

## Pakiet nr 20 Testy ELISA

LP	NAZWA TOWARU	J. MIARY	ILOŚĆ op.	CENA JED.NETTO	WARTOŚĆ NETTO	CENA JED.BRUTTO	VAT %	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1	Chlamydia pneumoniae IgM	op	42						
2	Toxoca IgG	op	28						
3	Borelia IgG (możliwość wykonania oznaczenia z surowicy i PMR)	op	70						
4	Borelia IgM (możliwość wykonania testu z surowicy i PMR)	op	70						
5	Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM(zestaw z wspólną płytką dla obu klas i odrębnymi kopiujeatami w jednym zestawie	op	70						
6	Dzierżawa aparatu	mies	24						
7	reagent tips	op=4x108	20						
8	sample tips	op=4x108	82						
9	ds. vials control	op=33 szt	12						
10	ds. dilution strips	op= 250x8	12						
11	reagent tubes 15ml,	Op= 10 szt	10						
12	reagent tubes 25 ml	Op= 10 szt	2						
13	serwisowanie aparatu	12 mies	2						
RAZEM									

Oferent zapewni udział w kontroli zewnętrznej w/w badań 1 raz w roku.

Wymagania techniczne i użytkowe:

1. wykonanie badań w płytkach 96 dołkowych
2. Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczeń
3. Równoległe wykonywanie minimum 10 różnych protokołów badań
4. Automatyczna detekcja skrzepów, pęcherzyków powietrza, poziomu cieczy w celce reakcyjnej
5. Odczyt przy 1 i 2 długościach fal
6. Gowica ośmiokanałowa
7. Termostatowany inkubator
8. Możliwość tworzenia własnych aplikacji testów
9. Możliwość współpracy z LIS i udostępnienie interfejsu do połączenie aparatu z LIS
10. Automatyczna obróbka danych
11. Automatyczna kontrola jakości (reguła Westgarda, krzywa U)
12. Wymiary podstawy urządzenia < 60x70 cm

....., dnia .....

(podpis osoby-osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczęcią imienną)