PAKIET NR 23
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssak medyczny, elektryczny -5 szt, . montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2018

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany	
Ssak medyczny, elektryczny – 5szt.				
1	Maksymalny przepływ powietrza	70 l/min		
2	Maksymalne podciśnienie	do 95kPa (+0%/-10%)		
3	Zakres regulacji	(0÷95)kPa		
4	Pojemność butli	max 4x2 litry		
5	Typ części aplikacyjnej	CF		
6	Klasa izolacji elektrycznej	I		
7	Zasilanie napięciem zmiennym	230V/50Hz		
8	Bezolejowa, niewymagająca konserwacji pompa tłokowa	TAK		
9	Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia	TAK		
10	Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia	TAK		
11	Układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia	TAK		
12	Sterowanie łącznikiem nożnym	TAK		
13	Podstawa jezdna z możliwością blokady kółek	TAK		
14	Praktyczny uchwyt przewodu zasilającego	TAK		
15	Dwie szyny instrumentalne	TAK		
16	Możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników	TAK		

17	Pojemniki wielorazowe 1l lub 2l	TAK		
18	Cicha i ciągła praca	TAK		
19	Instrukcja w j. polskim	TAK		
Serwis i gwarancja				
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy		PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK		
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK		
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK		
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK		
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta		PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK		
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK		
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesięcy		PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK		
11	Bezpłatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w Sanoku z zakresu obsługi technicznej i konserwacji urządzenia poświadczone certyfikatem	TAK		