



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/185/2019

Sanok, dnia 25.06.2019r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/17/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego – część 3”

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

* Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki z 24 godzin do 48 godzin w wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

* Pytanie nr 2

Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale XI pkt. 1, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 4 do SIWZ na następującą:

- a) *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:*

.....?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 3

Czy ze względu na charakter pracy firm kurierskich oraz długi weekend Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert przetargowych z godziny 10:00 na godzinę 13:00?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 4

Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., wyroby medyczne klasy I nie wymagają przeprowadzania oceny zgodności

przez jednostkę notyfikowaną i w związku z tym przeprowadza ją sam producent. W wyniku tego producent wystawia deklarację zgodności zgodną z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, która w tym przypadku jest dokumentem potwierdzającym, że wyrób medyczny **klasy I** jest zgodny w wymaganiach zasadniczych i może być sprzedawany i użytkowany w naszym kraju. W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia na wezwanie Zamawiającego Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną w przypadku pakietu nr 7.

Odpowiedź: *Zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

*** Pytanie nr 5**

Czy chłodziarka ma być produktem medycznym przeznaczonym do przechowywania krwi, wpisanym do rejestru produktów medycznych, zgodnym z dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Ustawy z dn. 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych oraz oznaczonym stawką VAT 8%?

Odpowiedź: *Nie.*

*** Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w min. 3szuflady ze stali nierdzewnej z frontem przezroczystym, w których zmieści się min. 96workówz krwią o poj. 450 ml? Rozwiązanie w którym worki z krwią stoją pionowo i wysuwane są w szufladach jest wygodniejsze dla Użytkownika niż wieszanie worków na haczykach na półkach drucianych. Wiele polskich stacji krwiodawstwa i szpitali przeszło na ten system, który od lat jest standardem w placówkach krajów Europy Zachodniej.

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby dokładność regulacji i wyświetlania temperatury wynosiło 0,1°C?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga.*

*** Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka przystosowana była do pracy w temp.: +16/+43°C? Takie rozwiązanie sprawi, że urządzenie bezproblemowo będzie pracować w pomieszczeniu pozbawionym klimatyzacji

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało filtr RFI (przeciwzakłóceniewy), dzięki któremu chłodziarka nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga*

*** Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterownik elektroniczny wyświetlający komunikaty w języku polskim?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka posiadała komory wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w elektroniczny panel sterowniczy z cyfrowym wyświetlaczem temperatury pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty.

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w optyczny i dźwiękowy system alarmowy ostrzegający o przekroczeniu zadanej temperatury (za wysoka i za niska temperatura), niezamknięciu drzwi, braku zasilania oraz uszkodzeniu czujników?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wymaga, aby system alarmowy był zintegrowany ze sterownikiem czy ma być to osobne urządzenie?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w bateryjne podtrzymanie pracy sterownika i alarmów (do 24h w razie awarii zasilania)?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowniczym dało się odczytać godzinę i datę zaistniałego zdarzenia (np. alarmu przekroczenia temperatury)?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik szafy chłodniczej był blokowany hasłem uniemożliwiającym przypadkową zmianę parametrów pracy przed dostępem osób niepowołanych?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia nie dało się wyłączyć głównym włącznikiem na froncie urządzenia bez wpisania hasła?

Odpowiedź: *Dopuszcza, ale nie wymaga.*

*** Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w zintegrowany ze sterownikiem rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie danych temperaturowych na komputer?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga.*

*** Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka wyposażona była w wewnętrzne oświetlenie LED? Brak tego zapisu w specyfikacji oznaczać będzie, że Zamawiający dopuszcza urządzenie, w środku którego będzie ciemno?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga.*

*** Pytanie nr 21**

Czy z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanego materiału Zamawiający wymaga, aby drzwi chłodziarki wyposażone były w zamek, system automatycznego domykania i uszczelkę magnetyczną?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga.*

*** Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 150 litrów brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

*** Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość (600 mm x 600 mm x 1360 mm)? Wymiary wyspecyfikowane będą powodować, że w przypadku wyciągnięcia worków z krwią trzeba będzie kucać przy urządzeniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

*** Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zakresem regulacji temp. w zakresie +2C do +6C czyli odpowiedniej do przechowywania krwi? Taki szeroki zakres ustawianej temperatury od +3C do +16C sugeruje, że wyspecyfikowane jest urządzenie które nie służy do przechowywania krwi ale laboratoryjne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w kolorze szaro-zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga.

*** Pytanie nr 27**

Pakiet nr 6: zgrzewarka z kontrolą zgrzewania- parametry techniczne urządzenia:

punkt nr 14: szerokość rzeczywista zgrzeiny 10 mm – czy dopuszczalna jest szerokość rzeczywista zgrzeiny 15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach

Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo

Długość 2180 mm

Szerokość 780 mm

Wymiary leża : 1950 x 650 mm

Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 570 do 930 mm
za pomocą obustronnej dźwigni nożnej

Reg. Pozycji Trendelenburga : 15 st. i anty – Trendelenburga 12 st.
Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą

Leże dwuczęściowe pokryte odejmovanym materacem o gr. Min. 30 mm

Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych

Wózek wyposażony w lakierowane barierki boczne

Regulacja segmentu pleców do 80 st. Za pomocą sprężyny gazowej



Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości całkowitej równej 2080 mm? Parametr ten niewiele różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści wózek o którego wysokość oraz przechyły TB/aTB regulowane są za pomocą pedałów umiejscowionych po jednej stronie leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie przechyłu Trendelenburga 0-12 stopni oraz antyTrendelenburga również 0-12 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mechanizmu regulacji TB/aTB w blokadę ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o czterosegmentowym leżu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 34**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej składane wzdłuż leża ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 35**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, w którym podstawa wyposażona jest w pokrywę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS z miejscem na osobiste rzeczy pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 36**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości całkowitej równej 2080 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 37**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o regulacji wysokości w zakresie 600 - 910 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 38**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o o podwójnych kołach w osłonach antystatycznych o średnicy 150 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 39**

Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie przechyłu Trendelenburga 0-12 stopni oraz anty-Trendelenburga również 0-12 stopni ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o bezpiecznym obciążeniu równym 170 kg ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 41**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mechanizmu regulacji TB/aTB w blokadę ?

Odpowiedź: *Nie.*

*** Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej składane wzdłuż leża ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1965 x 590 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji wysokości leża 540-980 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne wózka na poziomie 15 stopni (za pomocą opisanej sprężyny gazowej z blokadą)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka, która nie wymaga zastosowania tunelu na kasetę RTG?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji wysokości leża 540-980 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne wózka na poziomie 15 stopni (za pomocą opisanej sprężyny gazowej z blokadą)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści obciążenie wózka na poziomie 225kg? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci poręczy bocznych malowanych proszkowo o właściwościach antybakteryjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 53**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załączników o numerach 1,2,3,4,5,6,7 w wersji edytowalnej w celu ich uzupełnienia.

Odpowiedź: Załączniki zostały wysłane.

*** Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 4,7**

Czy Zamawiający dopuści wózek, posiadający deklarację zgodności wystawioną przez producenta oraz zgłoszenie do Prezesa URPL, WMiPB, bez certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfikującą (oferowany wyrób nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności) - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*** Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka do transportu chorych o wymiarach leża wynoszących: 1850x590 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 560 do 980 mm? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, o szerokości wózka bez poręczy bocznych wynoszącej 590 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o długości całkowitej wózka wynoszącej 2030 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża za pomocą nożnej pompy hydraulicznej - wysokość maksymalna wynosząca 980 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o ruchomym segmencie oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-65°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją pozycji Trendelenburga wynoszącą 18°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z regulacją pozycji anty-Trendelenburga wynoszącej 10°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w zdejmowany materac wykonany z nieprzemakalnego materiału w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 150 mm z blokadą centralną i kierunkową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg potwierdzonym stosownym dokumentem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wg poniższego opisu i wizualizacji?

Taboret (fotel) z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, uchwyt do regulacji pod siedziskiem). Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna (wykonana z płaskownika) z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480 mm, zakres regulacji 490/630mm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy wykonanej z kształtownika o przekroju kwadratu, czteroramiennej na 4 kółkach fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe, zgodnie z poniższą wizualizacją. Podstawa fi 360mm, wysokość z uchwytem 880 mm, wysokość wiadra z podstawą 400mm, wysokość wiadra 280mm (10l).



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 2**

Z uwagi na fakt, że zaoferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym w gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), i tym samym nie podlega obowiązkowi wynikającemu z art. 58 ust. 1 powołanej Ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o możliwość przedłożenia atestu PZH potwierdzającego przeznaczenie wyrobu dla jednostek służby zdrowia i odstąpienie od wymogu dołączenia deklaracji zgodności CE i certyfikatu PN-EN ISO 13485

Odpowiedź: Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*** Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 stojaka o parametrach jak poniżej i zgodnie z wizualizacją?

Stojak do płynów infuzyjnych, wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm. Stojak przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej. Podstawa pięcioramienna (wykonana z blachy), wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 560mm. Stojak wyposażony w kolumnę (część niewysuwana) o średnicy 33,7 mm oraz rurę (część wysuwana) o średnicy 18mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

***Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 stojaka o parametrach jak poniżej i zgodnie z wizualizacją?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

***Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu 1500x650mm, wymiarach zewnętrznych (uwzględniających długość uchwyty i odbojniki boczne): 1615x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu 1200x650mm, wymiarach zewnętrznych (uwzględniających długość uchwyty i odbojniki boczne): 1315x720x880mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w kuwety ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

***Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z kółkami fi 100mm. Oponki wykonane są z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wg poniższego opisu i wizualizacji?

Taboret z siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, uchwyt do regulacji pod siedziskiem). Podstawa trójramienna (wykonana z płaskownika) z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480 mm, zakres regulacji 490/630mm.



Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie nr 76**

Czy Zamawiający przychyli się do naszej prośby i przesunie termin składania oraz otwarcia ofert o 7 dni czyli na dzień 02-07-2019r. Przesunięcie takie zapewni większej ilości oferentów możliwość składania ofert co niewątpliwie przełoży się na ich konkurencyjność.

Odpowiedź: *Termin został przesunięty na 03.07.2019r.*

***Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach

- długość całkowita 2115 mm
- szerokość całkowita 880 mm
- regulacja wysokości w zakresie 57- 99 cm
- oparcie regulowane w zakresie -25 do +60 st.
- regulacja Trendelenburga - 10 st.
- regulacja Anty-Trendelenburga - brak



Odpowiedź :*Zamawiający nie dopuszcza.*

***Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach

- ad.1 – tak
- ad.2 – dł. całkowita 2030mm
- as.3 – szer. całkowita 730mm
- as.4 – wymiary leża – 1900 x 600mm
- ad.5 – tak, w zakresie 600 do 960mm
- ad.6 – tak, pozycja Trendelenburga 6°, anty Trendelenburga 10°
- ad.7 – tak, materac odejmowany z tapicerowaną płytą OSB, gr. 3,5cm
- ad.8 – tak
- ad.9 – barierki ze stali nierdzewnej Inox (lepsze jakościowo i bardziej wytrzymałe, niż z powłoką chromowaną)
- ad.10 – tak, do 60°
- ad.11 – tak
- ad.12 – podstawa z metalowym koszem na butlę z tlenem – jest on mocowany do ramy dolnej oraz posiada on pasy umożliwiające mocowanie butli, miejsce w obudowie na podręczne rzeczy pacjenta
- as.13 – tak

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

***Pytanie nr 79**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zadań 4, 5, 7 do 42 dni od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

***Pytanie nr 80**

Czy Zamawiający dla potwierdzenia parametrów oferowanych zgodzi się na potwierdzenie tychże parametrów przez autoryzowanego przedstawiciela producenta / dystrybutora? W pakiecie nr 7, w opisie

przedmiotu zamówienia, wiersz 1, wyraźnie bowiem znajduje się wymóg potwierdzenia wszystkich parametrów przez producenta!

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 81 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2090 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 82 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej 790 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 83 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem o szerokości 1920 x 650 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości leża hydrauliczną w zakresie 570 – 910 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresach $20^0/12^0$, co nieznacznie odbiega od warunków opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół przyłóżkowy (de facto szafkę przyłóżkową), wyposażoną w boczną wnękę wypełnioną tworzywową wypraską o wewnętrznej wysokości całkowitej 715mm?

Pozostałe parametry zgodne z warunkami opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 87 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół przyłóżkowy (de facto szafkę przyłóżkową), w której pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną znajduje się wolna przestrzeń o wysokości 17,5 cm (to tylko 0,5 cm mniej niż wymóg wskazany w opisie przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 88 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości bez poręczy bocznych 650 mm, jednakże szerokość zewnętrzna mierzona od krążka do krążka odbojowego wynosi 790 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 89 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości wraz z poręczami bocznymi 790 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 90 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2070 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 91 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2090 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 92 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości do 910 mm, co jest parametrem lepszym niż wyznaczony w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 93 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z oparciem pleców regulowanym sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie 0-65°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z przechyłem Trendelenburga w zakresie do 20°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 95**

Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy towaru do 45 dni. Prośba ta uzasadniamy okresem urlopowym a co za tym idzie zmniejszonymi mocami produkcyjnymi w firmach produkcyjnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

***Pytanie nr 96**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w formularzu ofertowym możliwość różnych okresów gwarancji na poszczególne pakiety. Prośba ta uzasadniona jest tym iż Zamawiający przewiduje w sposobie oceny punktację w zależności od okresu udzielonej gwarancji a może być ona różna w zależności od pakietu.

Odpowiedź: Tak, każdy pakiet jest osobno oceniany.

***Pytanie nr 97**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej o parametrach jak poniżej:

Szafka przyłóżkowa jednostronna (szuflada,drzwiczki) z blatem oraz korpusem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV. Szafka z płyty meblowej laminowanej białej. Blat i fronty z płyty meblowej laminowanej- kolor do wyboru szafka wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm(czarne) w tym 2 z blokadą.

Wymiary 430x460x880mm

Wymiary części szafki z drzwiczkami: 390x360x410 mm

Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x330x120 (szerokośćxgłębokośćxwysokość)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie nr 98**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach

Długość materaca/ całkowita **195/218 cm**

Szerokość materaca /całkowita **65 /78 cm**

Wysokość **60-96 cm**

Regulacja kąta podglówka **0° do 80°**

Pozycja Trendelenburga **0° do 15°**

Pozycja Anty-Trendelenburga **-12° do 0°**

Masa własna **85 kg**

Maksymalne obciążenie **180 kg**

Spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 99 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wózek do transportu o zakresie regulacji wysokości 500-900 mm oraz wymiarach leża 1950x680 mm co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym od opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wózek o pozycji Trendelenburga/Anty-Trendelenburga +/-12°?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

***Pytanie nr 101 dotyczy pakietu nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na wózek, gdzie miejsce na podręczne rzeczy pacjenta znajduje się na pokrywie podstawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na wózek do transportu o zakresie regulacji wysokości 500-900 mm oraz wymiarach leża 1950x680 mm co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym od opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na wózek o pozycji Trendelenburga/Anty-Trendelenburga +/-12°?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

***Pytanie nr 104 dotyczy pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wózek o średnicy kół 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia

Z poważaniem