

PAKIET NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stół medyczny zabiegowy z szufladą i z półką – 5 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Stół medyczny zabiegowy z szufladą i z półką – 5 szt.			
1	1xblat w formie wyciąganej tacy z szufladą, 4xkuweta z tworzywa sztucznego, 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm z boku stoika	TAK	
2	Stół wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	TAK	
3	Stelaż stoika wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą	TAK	
4	Wymiary całkowite:805x480x890 mm [szerokość x głębokość x wysokość] +/- 10 mm wymiary powierzchni użytkowej blatu: 610x360x17 mm [szerokość x głębokość x wysokość] +/- 10 mm wymiary szuflady: 655x385x155 mm [szerokość x głębokość x wysokość] +/- 10 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokość x głębokość x wysokość] +/- 10 mm wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokość x głębokość x wysokość] +/- 10 mm	TAK	
5	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	TAK	
6	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	

