

PAKIET NR 2**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lodówki do przechowywania krwi i osocza – 1 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Lodówka do przechowywania krwi i osocza – 1 szt.			
1	Lodówka do przechowywania krwi i osocza	TAK	
2	Chłodziarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza	TAK	
3	Pojemność brutto/ netto- 142/133 l.	TAK	
4	Wymiary zewn. w mm. (SxGxW) -597/615/820	TAK	
5	Zużycie energii w ciągu 24 h – 0,747 kWh	TAK	
6	Układ chłodzenia- dynamiczny	TAK	
7	Odszranianie – automatyczne	TAK	
8	Zakres temperatury – od +3 °C do +16 °C	TAK	
9	Kolor obudowy biały	TAK	
10	Drzwi-pełne	TAK	
11	Materiał wnętrza – tworzywo sztuczne	TAK	
12	Rodzaj sterowania – elektroniczne	TAK	
13	Wyświetlacz -zewnętrzny cyfrowy	TAK	
14	Alarmy po przywróceniu zasilania	TAK	
15	Interfejs – RS 485	TAK	
16	Złącze beznapięciowe- tak	TAK	
17	Ilość półek – 3	TAK	
18	Max. obciążenie półek – 45 kg.	TAK	
19	Zamek – w wyposażeniu	TAK	

20	Maksymalna fluktuacja 4,6 °C ,	TAK	
21	Maksymalny gradient 4,2 °C.	TAK	
22	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	