

PAKIET NR 1**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Stojak na kroplówki – 15 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozwój) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Stojak na kroplówki – 15 szt.			
1	Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm +/- 10 mm przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej	TAK	
2	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	TAK	
3	Podstawa z kształtownika o przekroju kwadratu, pięcioramienna na kółkach (ze stali kwasoodpornej) o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą	TAK	
4	średnica podstawy: 600 mm +/- 10 mm	TAK	
5	kolumna stojaka wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. o średnicy 25 i 16 mm	TAK	
6	głowica zakończona 4 haczyki ze stali kwasoodpornej	TAK	
7	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URW MiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	TAK	
8	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	