

PAKIET NR 1**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa taboret medyczny – 10 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Taboret medyczny – 10 szt.			
1	Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję	TAK	
2	Podstawa wykonana z kształtownika giętego o przekroju kwadratu , ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50mm, w tym dwa z blokadą	TAK	
3	Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią nożną	TAK	
4	Wymiary: średnica podstawy: 600 mm +/- 10 mm średnica siedziska: 350 mm +/- 10 mm wysokość siedziska: 680-940 mm +/- 10 mm	TAK	
5	Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki przez Zamawiającego - minimum 10 kolorów do wyboru	TAK	
6	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	TAK	
7	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	