

PAKIET NR 1**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojak na kółkach z wiadrem z uchwytem do zabiegów urologicznych – 2 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent :

Typ urządzenia :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Stojak na kółkach z wiadrem z uchwytem do zabiegów urologicznych – 2 szt.			
1	Stojak na wiadro z jednym uchwytem do przemieszczania	TAK	
2	Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9	TAK	
3	Podstawa wykonana z kształtownika o przekroju kwadratu, pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą,	TAK	
4	Wymiary: średnica podstawy: 480 mm +/- 10 mm wysokość stojaka z uchwytem do przemieszczania: 883 mm +/- 10 mm wysokość wiadra z podstawą: 340 mm +/- 10 mm wysokość wiadra: 245 mm +/- 10 mm	TAK	
5	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny	TAK	
6	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	