SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do PNCL – 1 komplet. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Zestaw do PCNL			
1	Drut prowadzący typu Lunderquist z zagiętą, elastyczną końcówką, rozmiar kompatybilny z kaniulą do nakłucia UKM - 1 szt	TAK	
2	Kaniula rozszerzająca, śr. 3 mm, złożona z kaniuli zewnętrznej i wewnętrznej, umożliwiająca wprowadzenie pod drucie prowadzącym - 1 szt.	TAK	
3	Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr. oraz 2 giętkie druty prowadzące z kulką i 2 sztywne druty prowadzące z kulką w części dystalnej - 1 zestaw	TAK	
4	Optyka nefroskopowa o szerokim kącie widzenia, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, kompatybilna z płaszczem 24 i 26 Fr., wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - równoległy okular, - kanał roboczy do instrumentów i sonotrod o śr. 3,5 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Kontener do sterylizacji - 1 szt.	TAK	
5	Płaszcz nefroskopu, rozm. 26 Fr., wyposażony w: - zdejmowany obrotowy adapter z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia odsysania, - obrotowe mocowanie optyki nefroskopowej, - 1 szt.	TAK	
6	Obturator drążony kompatybilny z płaszczem nefroskopu o rozm. 26 Fr. - 1 szt.	TAK	
7	Płaszcz nefroskopu, rozm. 24 Fr., wyposażony w: - zdejmowany obrotowy adapter z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia odsysania,	TAK	

	- obrotowe mocowanie optyki nefroskopowej, - 1 szt.		
8	Obturator drążony kompatybilny z płaszczem nefroskopu o rozm. 24 Fr. - 1 szt.	TAK	
9	Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 27 Fr. - 1 szt.	TAK	
10	Kleszcze do usuwania kamieni i skrzepów, wkład roboczy z branszami okienkowymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 10,5- 11,5 Fr., dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 1 szt.	TAK	
11	Kleszcze do usuwania kamieni, wkład roboczy z branszami trójzębnymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 10,5 - 11,5 Fr, dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 1 szt.	TAK	
12	Sonda druciana do litotrypsji pneumatycznej, śr. 1 mm, kompatybilna z litotryptorem pneumatycznym Calcusplit firmy Karl Storz - 2 szt.	TAK	
13	Sonda druciana do litotrypsji pneumatycznej, śr. 1,6 mm, kompatybilna z litotryptorem pneumatycznym Calcusplit firmy Karl Storz - 2 szt.	TAK	
14	Rurka ssąca z prowadnicą włókna laserowego dł. 40 cm – 1 szt.	TAK	
15	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyki nefroskopowej, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 520 x 250 x 84 mm - 1 szt.	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	