SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa resektoskop kompletny monopolarny – 2 komplety. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Resektoskop kompletny monopolarny – 2 komplety			
1	Płaszcz resektoskopu, obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami, przyłącza napływu i odpływu zintegrowane z płaszczem zewnętrznym wyposażone w końcówki LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki, płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 2 szt.	TAK	
2	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr. - 2 szt.	TAK	
3	Optyka do resektoskopu, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach, - 2 szt.	TAK	
4	Element roboczy resektoskopu monopolarnego, aktywny, uchwyty na palce zamknięte, obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki, kompatybilny z optyką o średnicy 4 mm i długości 30 cm - 1 szt.	TAK	
5	Elektroda resektoskopowa tnąca pętlowa, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr. - 12 szt.	TAK	
6	Elektroda resektoskopowa koagulacyjna, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 26 Fr. - 6 szt.	TAK	
7	Przewód HF monopolarny do elementu roboczego, z wtykiem do diatermii - 1 szt.	TAK	

8	Element roboczy resektoskopu bipolarnego, aktywny, działający w oparciu o technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu wysokiej częstotliwości, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe, uchwyty na palce zamknięte, obrotowe mocowanie do płaszcza i optyk, kompatybilny z optyką o średnicy 4 mm i długości 30 cm - 1 szt.	TAK	
9	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 2 szt.	TAK	
10	Elektroda resektoskopowa tnąca pętlowa, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej - 12 szt.	TAK	
11	Elektroda resektoskopowa koagulacyjna lub waporyzacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej - 6 szt.	TAK	
12	Kabel bipolarny – 1 szt.	TAK	
13	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm, - 2 szt.	TAK	
14	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm - 2 szt.	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE

7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	