SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cystoskopów kompletnych – 5 kompletów. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Cystoskop kompletny – 5 kompletów			
1	Płaszcz cystoskopowy: - rozmiar płaszcza 22 Fr., - długość robocza 22 cm, - zintegrowane boczne przyłącza do aspiracji i irygacji z mocowaniami LUER-Lock, a w dalszej części z mocowaniem stożkowym uszczelniającym dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, - przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, - płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki, - w zestawie obturator. - 3 zestawy	TAK	
2	Płaszcz cystoskopowy: - rozmiar płaszcza 20 Fr., - długość robocza 22 cm, - zintegrowane boczne przyłącza do aspiracji i irygacji z mocowaniami LUER-Lock, a w dalszej części z mocowaniem stożkowym uszczelniającym dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, - przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, - płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki, - w zestawie obturator. - 3 zestawy	TAK	
3	Płaszcz cystoskopowy: - rozmiar płaszcza 19 Fr., - długość robocza 22 cm, - zintegrowane boczne przyłącza do aspiracji i irygacji z mocowaniami LUER-Lock, a w dalszej części z mocowaniem stożkowym uszczelniającym	TAK	

	dren zakładany na "wcisk" bez końcówki LUER-Lock, - przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, - płaszcz wyposażony w obrotowe mocowanie łącznika optyki, - w zestawie obturator. - 2 zestawy		
4	Łącznik optyki wyposażony w jeden kanał instrumentowy z metalowym, rozbieralnym kranikiem wraz z uszczelką z otworem o śr. 1,2 mm - 5 szt.	TAK	
5	Element cystoskopowy do zaginania cewników wychodzących z cystoskopu (dźwignia Albarrana), wyposażony w 1 kanał instrumentowy z metalowym rozbieralnym kranikiem oraz silikonową uszczelką z otworem 1,2 mm, regulacja odgięcia z mechanizmem zapadkowym, w zestawie mandryn, kompatybilny z płaszczem cystoskopowym 20 Fr. i 22 Fr. - 3 szt.	TAK	
6	Optyka cystoskopowa, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 2 szt.	TAK	
7	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm – 2 szt.	TAK	
8	Kleszcze cystoskopowe biopsyjne, giętkie, rozm. 9 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm - 4 szt.	TAK	
9	Kleszcze cystoskopowe do usuwania ciał obcych, giętkie, rozm. 9 Fr., obie bransze ruchome, długość 40 cm - 4 szt.	TAK	
10	Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm, obie szczęki ruchome - 4 szt.	TAK	
11	Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, kompatybilne z płaszczem cystoskopowym o rozmiarze 25 Fr., 22 Fr. i 20 Fr. - 2 szt.	TAK	
12	Płaszcz Uretrotomu 20 FR - 1 szt.	TAK	
13	Obturator kompatybilny z płaszczem. - 1 szt.	TAK	
14	Element pracujący uretrotomu optycznego Sasche, bierny, z możliwością użycia jako element pracujący resektoskopu monopolarnego, wyposażony w	TAK	

	zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki - 1 szt.		
15	Optyka cystoskopowa, długość 30 cm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 1 szt.	TAK	
16	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm - 1 szt.	TAK	
17	Nóż zimny z ostrzem w kształcie haczyka, do uretrotomu optycznego, kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. - 6 szt.	TAK	
18	Nóż zimny z ostrzem okrągłym, do uretrotomu optycznego, kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. - 6 szt.	TAK	
19	Nóż zimny LUDVIK z ostrzem prostym ząbkowanym, do uretrotomu optycznego, kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21 Fr. - 6 szt.	TAK	
20	Uretrotom OTIS-MAUERMAYER, rozwierany równolegle, długość powierzchni rozszerzającej cewkę 16 cm, w zestawie 2 noże - 1 zestaw	TAK	
21	Nóż zamienny do uretrotomu OTIS-MAUERMAYER - 6 szt.	TAK	
22	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm, - 5 szt.	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	

4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	