SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ureterorenoskop /optyki URS/ z koszem – 4 komplety. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Ureterorenoskop /Optyka URS/ z koszem - 4 komplety			
1	Kąt patrzenia URS-u: 6°	TAK	
2	Długość tubusu URS-u: 43 cm	TAK	
3	Kanał roboczy prosty o rozmiarze min. 6 Fr.	TAK	
4	Końcówka dystalna URS-u atraumatyczna, zaokrąglona o rozmiarze nie większym niż 8 Fr.	TAK	
5	Rozmiar tubusu URS-u w odcinku dystalnym nie większy niż 9,5 Fr.	TAK	
6	Rozmiar tubusu URS-u w pozostałym odcinku nie większy niż 12 Fr. z jednym łagodnym stożkowym przejściem	TAK	
7	Wejście kanału roboczego URS-u wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów. Mocowanie portu do URS-u poprzez szybkozłącze	TAK	
8	Wejście portu wyposażone w dwustopniową uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest poza kanałem roboczym (w zestawie 10 szt. uszczelek)	TAK	
9	URS wyposażony w 2 boczne przyłącza do aspiracji i irygacji osadzone pod kątem prostym do osi długiej URS-u, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny kranik z dodatkowym pokrętłem do precyzyjnej regulacji przepływu montowany zamiast standardowego kranika	TAK	
10	Oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie URS-u obok przyłącza światłowodu	TAK	
11	Oznakowanie kodem Data Matrix lub QR z zakodowanym nr seryjnym i nr katalogowym umożliwiające szybką identyfikację URS-u przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	
12	Możliwość sterylizacji URS-u w autoklawie 134°C	TAK	
13	W zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania URS-u wyposażony w dedykowane przyłącza do podłączenia do myjni automatycznej w	TAK	

	celu przepłukiwania kanału roboczego, zdejmowanego portu oraz uszczelek, wyposażony w dodatkowy koszyk na drobne akcesoria, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 664 x 150 x 80 mm - 1 szt.		
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	