SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opaska pneumatyczna uciskowa do zabiegów w polu bezkrwawym – 1 komplet. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Opaska pneumatyczna uciskowa do zabiegów w polu bezkrwawym – 1 komplet.			
Zestaw do wykonywania zabiegów operacyjnych na kończynach w niedokrwieniu z możliwością wykonywania dożylnego znieczulenia odcinkowego.			
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019		
2	Pneumatyczne urządzenie /zasilacz do wytworzenia i utrzymania bezkrwawego pola w kończynach , oraz dożylnego znieczulenia odcinkowego.	TAK	
3	Zasilanie sprężone powietrze . Ciśnienie pracy 2-10 bar	TAK	
4	Przewód zasilający o długości 4 m zakończony końcówką zgodną z posiadanym przez zamawiającego gniazdem instalacji sprężonego powietrza.	TAK	
5	Możliwością podłączenia do niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych oraz pojedynczego mankietu do każdego z gniazd	TAK	
6	Dwa osobne manometry analogowe oraz jeden potencjometr do ustawienia zadanych ciśnień , dwa przyciski spustowe do gniazd mankietu dwukomorowego	TAK	
7	Przycisk do przełączania między komorami mankietów	TAK	
8	Zegar cyfrowy z możliwością ustawienia czasu zabiegu/ funkcja odliczania wstecznego z sygnałem dźwiękowym po wyzerowaniu zegara	TAK	
9	Możliwość ustawienia czasu zabiegu z alarmem.	TAK	
10	Ręczna pompka/gruszka na wypadek braku zasilania	TAK	
11	Silikonowe dreny spiralne kodowane kolorami z szybkozłączkami do podłączania mankietów	TAK	
12	Wskaźnik na pulpicie pokazujący podłączenie do sprężonego powietrza.	TAK	
13	Zakres regulacji dla mankietów uciskowych 0-600mm Hg	TAK	
14	Dokładność pomiaru na zegarze +/- 10mmHg	TAK	

15	Urządzenie/ zasilacz z uchwytem na obudowie zamocowane na mobilnym stojaku (blokowane dwa kółka) z koszykiem na akcesoria	TAK	
16	Waga samego zasilacza nie więcej niż 4 kg	TAK	
17	Wymiary zasilacza 150 x 320 x 200 mm	TAK	
18	Zaślepka kontrolna do przewodów - do szybkiej kontroli i identyfikacji nieszczelności w systemie	TAK	
19	Gwarancja 24 miesiące	TAK	
20	Instrukcja w języku polskim	TAK	
21	Dostępność części zamiennych	TAK	
22	Opcjonalna możliwość domówienia różnych rozmiarów mankietów pojedynczych (9 rozmiarów) oraz mankietów podwójnych (8 rozmiarów)	TAK	
Mankiety uciskowe pojedyncze			
1	Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego : na ramię , duży, o wymiarach: długość x szerokość 46cm x 7,5cm (część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę. 1 szt	TAK	
2	Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, stożkowy : na udo, duży , o wymiarach: długość x szerokość 86cm x 9cm (część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę. 1 szt.	TAK	
Mankiet uciskowy podwójne			
1	Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego: na ramię ,duży o wymiarach: długość x szerokość 46cm x 12cm (część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę. 1 szt.	TAK	
2	Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego: na udo , duży o wymiarach: długość x szerokość 86cm x 15cm (część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę. 1 szt.	TAK	
Taśma Esmarcha			
1	Taśma Esmarcha wielorazowa (bez latexu) o długości 5m szerokość 8cm. 1 szt.	TAK	
2	Taśma Esmarcha wielorazowa (bez latexu) o długości 5m szerokość 12cm. 1 szt.	TAK	
Folia zabezpieczająca na mankiety uciskowe			
1	Foliowy rękaw -osłona mankietu: zabezpiecza mankiet przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku, jałowy : rozmiar średni (box = 50 szt.) 100 szt	TAK	
2	Foliowy rękaw -osłona mankietu: zabezpiecza mankiet przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku, jałowy : rozmiar duży box = 50 szt.) 100 szt.	TAK	
Serwis i gwarancja			

1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	