SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestaw do artroskopii – 2 komplety. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2017

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Zestaw do artroskopii – 2 komplety			
1	Optyka artroskopowa 4.0mm/30º długość 140mm, szerokokątna; szafirowa soczewka na dystalnym zakończeniu; wyposażona w trzy adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (Storz, Wolf, ACMI), autoklawowalna	TAK	
2	Kaseta sterylizacyjna do oferowanej optyki artroskopowej	TAK	
3	Kaniula do oferowanej optyki śr. 6,5 mm (przepływ ciągły) dwa zawory obrotowe, obturator ołówkowy do oferowanej kaniuli	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji bezwarunkowej na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Gwarancja bezwarunkowa obejmuje max. 4 wymiany optyki związane z użytkowaniem, zalaniem, ukrytych wad produktów.	TAK	
4	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
5	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
6	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
7	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
8	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
9	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
10	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesięcy	PODAĆ ILE
11	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	

12	Bezpłatne personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	