SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wideolaryngoskop – 1 szt. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Wideolaryngoskop – 1szt.			
1	Sztywny endoskop intubacyjny do intubacji poprzez dostęp poza zębami trzonowymi przy niewielkim rozwarciu ust	TAK	
2	Tubus roboczy endoskopu o długości 35 - 40 cm, wykonany z metalu	TAK	
3	Koniec dystalny tubusu roboczego endoskopu zagięty na stałe pod kątem 40° - 45°	TAK	
4	Średnica zewnętrzna tubusu roboczego endoskopu 5 mm, umożliwiająca zastosowanie rurek intubacyjnych o śr. wew. > 5,5 mm	TAK	
5	Kąt pola widzenia endoskopu 90° -110°	TAK	
6	Wyposażony w standardowy okular z regulacją kąta pochylenia, umożliwiający bezpośrednią obserwację oraz podłączenie głowicy kamery endoskopowej i wyświetlanie obrazu na ekranie przenośnego, wielofunkcyjnego monitora	TAK	
7	Łącznik światłowodu umożliwiający bezpośrednie podłączenie bateryjnego źródła światła jak również światłowodów popularnych firm jak Storz, Olympus, R. Wolf, bez stosowania dodatkowych adapterów	TAK	
8	Wyposażony w ruchomy łącznik z blokadą do zamocowania rurki intubacyjnej w odpowiedniej odległości w stosunku do końca dystalnego tubusu roboczego	TAK	
9	Ruchomy łącznik do zamocowania rurki intubacyjnej wyposażony w przyłącze umożlwiające podawanie tlenu przez rurkę intubacyjną podczas intubacji	TAK	
10	Endoskop nadający się do pełnego zanurzenia w środkach myjąco - dezynfekcyjnych w temp. do min. 60°C	TAK	

11	Endoskop nadający się do sterylizacji w STERRAD NX / 100NX oraz w autoklawie	TAK	
12	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania sztywnego endoskopu intubacyjnego, silikonowe uchwyty stabilizujące endoskop, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 570 x 80 x 52 mm - 1 szt.	TAK	
Bateryjne źródło światła - 1 szt.			
1	Przenośnie źródło światła LED zasilane bateryjnie, mocowane bezpośrednio do przyłącza światłowodowego sztywnego endoskopu intubacyjnego	TAK	
2	Praca bateryjna przez min. 100 min.	TAK	
3	Jasność min. 150 000 lx	TAK	
4	Żywotność diody LED min. 45 000 godzin	TAK	
5	Możliwość dezynfekcji powierzchniowej	TAK	
6	Wodoszczelne	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	