SPZOZ/PN/27/2019

PAKIET NR 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestaw do ogrzewania pacjenta w trakcie zabiegu – 1 komplet. montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Producent : …….....
Typ urządzenia : …….
Kraj pochodzenia : …….
Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Zestaw do ogrzewania pacjenta w trakcie zabiegu – 1 komplet			
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019	TAK	
2	Urządzenie ogrzewające pacjenta ciepłym powietrzem	TAK	
3	Min. 4 zakresy temperatury: - temp. otoczenia - 32°C - 38°C - 43°C	TAK	
4	Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach z koszykiem na koce, min. 3 koła muszą posiadać blokadę	TAK	
5	Regulowana wysokość uchwytu podstawy jezdnej	TAK	
6	Mocowanie aparatu za pomocą zacisku typu imadło	TAK	
7	Możliwość zamocowania aparatu zarówno na pionowych jak i poziomych uchwytach	TAK	
8	Uchwyt do przenoszenia, ciężar urządzenia nie więcej niż 5 kg	TAK	
9	Niewielkie wymiary urządzenia: max. 20x35x40 cm (G x S x W)	TAK	
10	Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia.	TAK	
11	Uchwyt przewodu grzewczego w celu zabezpieczenia przed ściąganiem koca z pacjenta	TAK	
12	Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m	TAK	
13	Duża wydajność – przepływ powietrza minimum 1400 l/min	TAK	
14	Szybkie osiągnięcie temperatury – max 30 sek.	TAK	
15	Panel sterujący na przedniej ścianie urządzenia	TAK	
16	Uruchomienie procesu ogrzewania poprzez włączenie urządzenia	TAK	
17	Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury	TAK	
18	Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA H13 99,99%	TAK	

19	Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym	TAK	
20	Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy	TAK	
21	Cicha praca urządzenia – poziom hałasu max 49 dB	TAK	
22	Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 650W.	TAK	
23	Dostępne koce ogrzewające wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych RTG. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza.	TAK	
24	Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 15 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)	TAK	
25	Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego	TAK	
26	W zestawie jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (do każdego urządzenia): - koc na całe ciało dla dorosłych (długość 230cm +/- 3cm) - 30 szt. - koc na całe ciało dla dorosłych o dodatkowych właściwością termoizolacyjnych, pokryte warstwą aluminiową (długość 230cm +/- 3cm) – 1 szt.	TAK	
27	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
Serwis i gwarancja			
1	Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące]	min. 24 miesięcy	PODAĆ ILE
2	Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty)	TAK	
3	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h.	TAK	
4	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	
5	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy	TAK	
6	Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji	zgodnie z zaleceniami producenta	PODAĆ ILE
7	Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca	TAK	
8	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat	TAK	
9	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów	min. 6 miesiecy	PODAĆ ILE
10	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	
11	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem	TAK	