



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/141/2021

Sanok, dnia 27-04-2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/04/2021 pn. „dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku –tlenoterapia” dla SPZOZ Sanok

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści hełm wyposażony w uszczelniony port dostępu do pacjenta umożliwiający prowadzenie rutynowych czynności pielęgnacyjnych w miejsce zamka błyskawicznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie hełmu z 4 portami (2 osadzone na sztywnym pierścieniu obejmującym hełm, 2 umieszczone w czaszy hełmu).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 1**

Prosimy o dopuszczenie hełmu bez możliwości dostarczenia nebulizatorów lub dookreślenie w jaki sposób nebulizacja ma być prowadzona, aby uniknąć kontaktu leku z oczami pacjenta. .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu dwuramiennego o dł. 2m

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 1**

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne (w tym bakterie, włączając szczepy odporne na leczenie, grzyby, wirusy i pleśnie) jest ochrona przeciwdrobnoustrojowa oparta na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę również czas pandemii i nakładające się na siebie czynniki ryzyka dla zdrowia personelu oraz pacjentów, oczekuj aby oferowany układ posiadał ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji, które zwłaszcza w pkt 3 (*zamek błyskawiczny o kącie otwarcia 240°*) umożliwia czasową rezygnację z wentylacji NIV przy pomocy hełmu przy równoczesnym zastosowaniu innych form wspomaganie oddechu (*np. podczas posiłków doustnych lub odzwyczajania od wentylacji NIV*) bez konieczności zdejmowania go. Zaproponowane przez Państwa rozwiązanie nie daje takiej możliwości.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sandku
mgr Grzegorz Panek