



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/212/2021

Sanok, dnia 12 lipca 2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 2 parametrów wymaganych pkt 36, 43 i 44

Czy Zamawiający zgodzi się usunąć punktację w tych wierszach tabeli lub zmieni punktację na „TAK – 1 pkt Nie – 0 pkt”? Wszyscy dopuszczeni obecnie wykonawcy spełniają te wymagania, więc punktowanie nie spełnia swojego podstawowego celu – rozróżniania rozwiązań lepszych i gorszych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 Dotyczy załącznika nr 2 parametrów wymaganych pkt 77

Prosimy o potwierdzenie, że Stacja Dell Precision T1700 opisana w p.77 posiada min. Windows 10, 8GB RAM, dysk 256GB, możliwość podłączenia 3 monitorów i może być wykorzystana jako stacja kliencka podłączona do serwera aplikacyjnego, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo komputera stacji klienckiej wymienionego w p.74 i w p.75?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza parametry natomiast nie wymaga dostarczenia dodatkowego komputera.

Pytanie nr 3 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 2

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 5

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5 Dotyczy Warunków gwarancji – pkt 11

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że prawidłowe działanie urządzenia może okazać się niemożliwe z wielu powodów, także w wyniku błędów obsługi czy czynników zewnętrznych (zasilania, zakłóceń EMC itp.). Większość usterek można usunąć po konsultacji telefonicznej z serwisem dostępnym we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8-21 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 Dotyczy Warunków gwarancji

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §6 ustępu 6 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem.”

Uzasadnienie

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad sprzętu, nie dostarczy towaru wolnego od wad lub nie wymieni wadliwego sprzętu bądź jego elementu lub podzespołu w terminie 21 dni od daty zgłoszenia awarii sprzętu. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Oświadczenie o odstąpieniu winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.

Uzasadnienie

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu 2 pkt 8) w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19”.

Uzasadnienie:

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania projektu osłon stałych,. Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia rtg. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11 Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o informację jakim zapasem mocy elektrycznej dysponuje na potrzeby mammografu.

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje zapasem mocy 20kW.

Pytanie nr 12 Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informację czy nowy aparat mammografu będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny aparat mammografu.

Odpowiedź: Nie, nowy aparat będzie zainstalowany w innym miejscu.

Pytanie nr 13 Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o podanie przekroju żył kabla przeznaczonego do zasilania mammografu

Odpowiedź:

-YKY 5x50mm² - kabel zasilający tablice

-5Gx6 Oflex Classics- 100 (linka) – kabel z tablicy do miejsca montażu mammografu

Pytanie nr 14 Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga utylizacji starego mammografu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 15 Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu mammografu i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia. Bezpośrednio po uruchomieniu zostanie przeprowadzone szkolenie obsługowe potwierdzone lista obecności

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 16

Czy przez zapis Załącznika nr 2 "Zestaw fantomów do kontroli jakości..." Zamawiający rozumie zestaw wyposażenia niezbędnego do wykonywania testów podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17

Czy wraz z zestawem należy zaoferować licencję na program do wspomaganie wykonywania testów podstawowych kontroli jakości w mammografii cyfrowej (obliczenia, przypominanie, raporty, archiwizacja raportów i obrazów testowych) ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 18

Dot. Pkt 5 Generator wysokoczęstotliwościowy – prosimy o podanie jaką minimalną częstotliwość Zamawiający uzna za spełniającą wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 10 kHz

Pytanie nr 19

Dot pkt 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, którego maksymalny prąd dla dużego ogniska będzie równy 120 mA? Parametr ten jest bezpośrednio związany z mocą generatora wysokiego napięcia. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż najbardziej zaawansowane technologicznie systemy mammograficzne, wykonują akwizycję z jak najmniejszym obciążeniem prądowo-czasowym – tak, by średnia dawka gruczołowa była jak najniższa przy zachowaniu bezkompromisowej jakości

obrazu. Prosimy o wyjaśnienie dla jakiego zakresu badań konieczne jest dostarczenie lampy generującej aż 180 mA? W mammografii przesiewowej takie wartości nie są stosowane, w związku z tym wymóg ten ma jedynie za zadanie utrudnić uczciwą konkurencję ograniczając możliwość zaoferowania urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dla urządzeń wykonujących badania mammograficzne, w tym skryningowe.

Odpowiedź Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Pkt 23 Automatyka AEC ma znaczący wpływ na optymalizację pracy oraz zapewnienie najniższej możliwej dawki otrzymanej przez pacjentkę przy zachowaniu najlepszej jakości zdjęcia. Dlaczego Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, za to wymaga i punktuje parametry niemające istotnego znaczenia klinicznego, jak na przykład wygórowany zakres obrotu głowicy, czy maksymalny prąd ogniska (służące jedynie ograniczeniu konkurencji). Wnosimy o punktowanie następujących rozwiązań:

- Inteligentny system AEC eliminujący pomiar z obszarów pomiarowych jeśli są one naświetlane bezpośrednim promieniem rtg lub nie dociera do nich żadne promieniowanie rtg
- Wstępny dobór kV ekspozycji na podstawie siły i grubości uciśniętej piersi
- Automatyczny dobór kV ekspozycji do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej

Odpowiedź Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Dot. Pkt 30 Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie polegające na ustawieniu przez technika maksymalnej wartości siły kompresji, a następnie realizowaniu kompresji do momentu osiągnięcia tej wartości, z możliwością aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna to on za stosowne. To rozwiązanie w tym samym stopniu wpłynie na komfort badanej pacjentki.

Odpowiedź Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Dot. Pkt 34 Zamawiający wymaga, aby minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiała badanie pacjentek siedzących na wózku inwalidzkim. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego

Zamawiający ogranicza tę wysokość do 70 cm? Biorąc pod uwagę, że wysokość siedziska wózka inwalidzkiego to standardowo 50 cm, niemożliwym jest aby pierś pacjentki znajdowała się na wysokości

20 cm nad siedziskiem wózka. Jest to nieuzasadnione ograniczanie konkurencji i narażenie finansów publicznych na wyższe koszty. Wymóg ten ma jedynie za zadanie utrudnić uczciwą konkurencję ograniczając możliwość zaoferowania urządzenia spełniającego wszystkie wymagania dla urządzeń wykonujących badania mammograficzne, w tym skryningowe, na zakup którego otrzymali Państwo dofinansowanie. Wnosimy o dopuszczenie minimalnej wysokości stolika 81 cm- jest to wartość umożliwiająca zbadanie każdej pacjentki.

Odpowiedź Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Dot. Pkt 35 Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający określił parametry mechaniczne ograniczające konkurencję i preferujące konkretne rozwiązanie?

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wysokość stolika wynoszącą 138 cm? Ta wysokość bezsprzecznie wystarczy do badania pacjentek wysokich, powyżej 180 cm.

Odpowiedź Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Dot. Pkt 36 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu głowica ma wykonywać obrót w tak dużym zakresie i wskazanie badań, które tego wymagają. Wymagania MZ dot. Programu profilaktyki raka piersi określają jedynie konieczność wykonania ekspozycji przy obrocie głowicy 180°. Wnosimy o zmniejszenie zakresu do 315° co i tak jest 75% większym zakresem od wymaganego i zwiększenie konkurencyjności postępowania. Zamawiający i tak punktuje ten parametr.

Odpowiedź Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Dot. Pkt 55 Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu kratka przeciwozproszeniowa ma być wysuwana podczas wykonywania zdjęć z powiększeniem? Procedury wzorcowe dotyczące badań mammograficznych określają że badania mają być wykonywane z kratką rozproszeniową. Wnosimy o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź Nie.

Pytanie nr 26

Dot. Stacja opisowa lekarska. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą deklaracji zgodności potwierdzającej znak CE dla oprogramowania Stacji lekarskiej?

Odpowiedź Nie.

Pytanie nr 27

Dot. Stacja opisowa lekarska. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dodatkowego monitora służącego do przygotowywania opisów przez lekarza?

Odpowiedź Nie.

Pytanie nr 28

Dot. Pkt 77. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia karty graficznej współpracującej z oprogramowaniem Windows 10?

Odpowiedź Nie.

Pytanie nr 29

Dot. Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści ręczne pobieranie wcześniejszych badań pacjentów z archiwum PACS?

Odpowiedź Nie.

Pytanie nr 30

Dot. Stacja opisowa lekarska. Czy Zamawiający będzie wymagał lub punktował któreś z poniższych funkcjonalności stacji opisowej:

- Próbkowanie sektorowe z reprezentacją 1:1 dla badań mammograficznych
 - Możliwość wyświetlenia zdjęcia z dowolnej modalności (US/CR/DR itp.) na monitorach mammograficznych w tym samym oknie co zdjęcia mammograficzne
 - Funkcja automatycznego tworzenia prostokątnej przysłony – usuwanie znaczników tworzonych przy wykonaniu projekcji ze zdjęcia
 - Funkcja automatycznego wyznaczania linii pomocniczych na innych projekcjach względem zaznaczonego obszaru
 - Obsługa znaczników CAD i wyświetlanie ich na obrazach diagnostycznych
 - Funkcja automatycznego wykrywania i oznaczania brodawki sutkowej.
 - Funkcja automatycznego wyznaczania odległości zaznaczonej zmiany od brodawki sutkowej.
 - Funkcja automatycznego wyświetlanie badania bieżącego i poprzedniego (current and prior) danego pacjenta do porównania (jeśli poprzednie badanie znajduje się na stacji)
 - Możliwość wyboru ile badań wstecznych (prior) ma się ładować z badaniem obecnym (current)
 - Funkcja automatycznego wykrywania obrysu piersi i automatyczne blendowanie obszaru piersi
 - Funkcja automatycznego wyrównywania wysokości obrazu w jednoczesnych wizualizacjach piersi lewej i prawej
 - Mammografia: Filtr CLACHE
- Obsługa HangingProtocols z wsparciem dla workflow przy ocenie badań w mammografii

Odpowiedź Nie, zgodnie z SWZ.

UWAGA!!!

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.