



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/213/2021

Sanok, dnia 12 lipca 2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Cz II

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT:

- automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgosłupa oraz żeber
- automatyczne wykrywanie zmian w kręgosłupie
- ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST/WHO
- porównywanie badań CT z 4 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw otwartych obu badań
- możliwość oceny badań naczyniowych CT, z automatycznym śledzeniem naczyń

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie stacji diagnostycznej bez powyższej funkcjonalności w przypadku zaoferowania stacji opisowej lekarskiej jako stacja kliencka do posiadanego serwera aplikacyjnego ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Zamawiający opisuje posiadany komputer jednocześnie opisuje wymagania dotyczące pamięci operacyjnej dysku twardego. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostawy nowego komputera stacji diagnostycznej czy wykorzystania posiadanego.

Odpowiedź: Nie wymaga, Zamawiający wykorzysta posiadany.

Pytanie nr 3

Dotyczy

Producent: EIZO

Model: RADIFORCE GX540

Rok produkcji: 2013

Karta: Eizo Med-X4900

Z uwagi na wiek monitorów prosimy o potwierdzenie, że posiadane monitory da się skalibrować do parametrów wymaganych rozporządzeniem

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4

Eizo Med-X4900

Czy w przypadku dostawy nowego komputera stacji Zamawiający wymaga również dostawy nowych monitorów i karty graficznej? Posiadana karta graficzna nie posiada sterowników do systemów nowszych niż Windows 8.1

Odpowiedź: Nie.

UWAGA!!!

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sandku
mgr Grzegorz Panek