



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 97 1600 1462 1871 2194 2000 004 BGŻ BNP PARIBAS

SPZOZ/SAN/ZP/214/2021

Sanok, dnia 13 lipca 2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/09/2021 pn. „Dostawa mammografu dla SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021-2022”

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Cz III

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkowe zapisy oraz punktację?

50.	Matryca detektora dla maksymalnego formatu	Min. (2300 x 3000) pikseli		≥ 25 mln pikseli – 5 pkt < 25 mln pikseli – 0 pkt
52.	Zakres dynamiki akwizycji min. 12 bit	TAK		≥ 16 bit – 5 pkt < 16 bit – 0 pkt
...	Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm min. 60%	TAK		≥ 70% – 5 pkt < 70% – 0 pkt

Zmiana zapisów pozwoli Zamawiającemu punktować bardziej zaawansowane rozwiązania. Zwiększy to konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się zredukować punktację do 5 pkt za ten parametr?

58.	Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza cięższych pacjentek	Max. 85 mm		≤ 70 mm – 5 pkt > 70 mm – 0 pkt
-----	---	------------	--	------------------------------------

Zwiększy to konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt. 88 Aparat gotowy do rozbudowy o funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty, aparat z tą opcją byłby oznaczony znakiem CE (...))”

Czy Zamawiający formułując powyższy zapis miał na myśli możliwość rozbudowy o funkcjonalność tomosyntezy realizowanej bez zatrzymania ruchu głowicy lampy tj. z płynnym ruchem w czasie skanowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4

Dotyczy formularza oferty kolumna stawka VAT

Mając na uwadze zasadę, iż odpowiedzi na pytania udzielone w poprzednim postępowaniu nie są wiążące w kolejnym, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nadal dopuszcza podanie danych w sposób opisany poniżej. A mianowicie czy poprawne i wystarczające będzie wpisanie w kolumnie stawka w zał. nr 1 do SWZ 8% i 23% lub innych jakie obowiązują Wykonawcę, jeżeli ten element zamówienia objęty jest różnymi stawkami VAT?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ma przekazać certyfikaty dotyczące samego urządzenia (Mammograf) czy też do jego części składowych takich jak detektor, konsola technika wyspecyfikowanych w OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga certyfikatów dotyczących samego urządzenia.

UWAGA!!!

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert.

Nowy termin składania ofert :16.07.2021r godz: 10:00

Nowy termin otwarcia ofert : 16.07.2021r godz: 11 :00

Termin związania ofertą: 14.08.2021r

Zamawiającego udostępni na stronie internetowej poprawioną SWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Pańek