



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/211/2021

Sanok, dnia 14 lipca 2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2021 pn. **dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku** SPZOZ Sanok

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających lepszy poziom AQL = 0,65. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic foliowych posiadających powierzchnię zewnętrzną gładką. Pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice pokrywane poliuretanem. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic obustronnie polimeryzowanych (*brak wewnętrznej warstwy polimerowej o strukturze sieci*). Rękawice posiadają lepszy poziom AQL = 0,65. Koperta zewnętrzna rękawic papierowa, wewnętrzna papier/folia. Rękawice pakowane hermetycznie. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom AQL, pozostałe parametry zgodnie z swz.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic lateksowych. Rękawice nie są trójwarstwowej. Posiadają powierzchnię zewnętrzną teksturowaną, pokrycie powierzchni wewnętrznej stanowi powłoka polimerowa. Rękawice w kolorze naturalnym. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Koperta zewnętrzna rękawic papierowa, wewnętrzna foliowa. Rękawice pakowane hermetycznie. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic lateksowych. Rękawice nie są trójwarstwowej. Posiadają powierzchnię zewnętrzną gładką, pokrycie powierzchni wewnętrznej stanowi powłoka polimerowa. Rękawice w kolorze brązowym. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Koperta zewnętrzna rękawic papierowa, wewnętrzna foliowa. Rękawice pakowane hermetycznie. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic neoprenowych. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic wykonanych z poliizoprenu oraz neoprenu. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 8 - dot. SWZ**

Wnosimy o modyfikację rozdziału IX pkt 2 SWZ poprzez dookreślenie iż przedmiotowym środkiem dowodowym jakie żądać będzie zamawiaczy są również próbki szczegółowo wymienione w Rozdziale XX SWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 9 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2);
- b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił 3);
- c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 10 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany

ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 11 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobciążonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 12 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 28 , poz. nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28, pozycji nr 2 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielonych od siebie koreczków?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 28 , poz. nr**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji 1 wymaga, aby kaniule posiadały minimum 3 paski kontrastujące w RTG

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w pak 14 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik operacyjny Foley'a z dużym balonem uszczelniającym 30-50ml rozmiar: CH 16-26, cewnik ma posiadać 4 otwory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 30-50ml, przy pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ.

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do respiratora dla dorosłych o dł. 150 cm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do respiratora dla dzieci o średnicy 15 mm, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 18 - dot. SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr 22, poz. nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na testy konfekcjonowane po 250 pasków/500 wskaźników z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na testy zgodne z SWZ pakowane po 250 sztuk w opakowaniu, z przeliczeniem ilości opakowań do zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zestaw do kontroli wsadu składający się z PCD oraz 100 sztuk wskaźników typ 6? Ilość opakowań zostanie przeliczona do zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na plomby pakowane po 1000 sztuk w opakowaniu? Ilość opakowań zostanie przeliczona do zapotrzebowania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 24, poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o gramaturze 57 g/m²? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 24, poz. nr 1-2**

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na rękawy o następujących parametrach wytrzymałościowych:

Papier:

- Wytrzymałość na przepuklenie 359 kPa na sucho
- Wytrzymałość na przepuklenie 87 kPa na mokro
- Niezwilżalność wodą 33s
- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7,4 kN/m; w kierunku poprzecznym 3,9 kN/m
- Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 2,48 kN/m; w kierunku poprzecznym 1,42 kN/m

Folia:

Przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów

8-warstwowa nie licząc warstwy kleju
Grubość 52µm
Zgrzewalna w temperaturze 150-200°C
Siła rozrywania w kierunku maszyny 59,4 MPa
Siła rozrywania w kierunku poprzecznym 46,8 MPa
Elastyczna (wydłużenie nie mniej niż 70%)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 25 - dot. pakietu nr 24, poz. nr 2**

Czy w miejsce rękawa o rozmiarze 7,5 cm x 2,5 cm x 100 m Zamawiający zgodzi się na rękaw o rozmiarze 7,5 cm x 3 cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 24, poz. nr 2**

Czy w miejsce rękawa o rozmiarze 25 cm x 6,5 cm x 100 m Zamawiający zgodzi się na rękaw o rozmiarze 25 cm x 6 cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 24, poz. nr 2**

Czy w miejsce rękawa o rozmiarze 30 cm x 6,5 cm x 100 m Zamawiający zgodzi się na rękaw o rozmiarze 30 cm x 6 cm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dla dzieci czystego mikrobiologicznie spełniającego pozostałe kryteria.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ oddechowy dla dzieci czysty mikrobiologicznie spełniający pozostałe kryteria.

Ponadto dokonuje się sprostowania w pak. 2, poz. 2

JEST

Pakiet nr 2 – Układ oddechowy do respiratora

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu	Jm.	Ilość
1	Układ oddechowy j.u., czysty mikrobiologicznie czysty lub sterylny, anestetyczny z PCV do respiratora, rury karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y dla DOROSŁYCH, śr. 22mm			800
2	Układ oddechowy j.u. sterylny z PCV do respiratora, dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm			40

MA BYĆ Pakiet nr 2 – Układ oddechowy do respiratora

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa produktu	Jm.	Ilość
1	Układ oddechowy j.u., czysty, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, anestetyczny z PCV do respiratora, rury karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y dla DOROSŁYCH, śr. 22mm			800
2	Układ oddechowy j.u. czysty, mikrobiologicznie czysty lub sterylny z PCV do respiratora, dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 15mm			40

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 3, poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczuleń z trzecią rurą o długości 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 3, poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do znieczuleń czystego mikrobiologicznie spełniającego pozostałe kryteria.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 33, poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 210 cm czystego mikrobiologicznie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dodatkowego drenu przedłużającego zbyt krótki przyrząd ogranicza możliwość ruchu pacjenta (odległość panel-pacjent).

*** Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 3, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe z dodatkową trzecią rurą o dł. 1m z workiem 3l lub 1l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość, natomiast nie dopuszcza pojemności worka. Pojemność zgodnie z zapisami SWZ.

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 7, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści drene Kehra o długości 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 14, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 14, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya posiadające 2 otwory?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 15, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zbiorniki na wydzieliny z drzewa oskrzelowego o poj. 100ml lub 40ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki dwunastnicze o dł. 121cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 38 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków na leki w op.a'90szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 5**

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków szklanych zarejestrowanych jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.

*** Pytanie nr 40 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 7,8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w op.a'100szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 41 - dot. pakietu nr 20, poz. nr 1b**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH12-24 z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 20, poz. nr 1c**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH26-30 z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr 20, poz. nr 1c**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a, który jest wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu z silikonową powierzchnią, która pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 21, poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 22, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 46 - dot. pakietu nr 22, poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 47 - dot. pakietu nr 23, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści grubość folii 0,15 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 48 - dot. pakietu nr 23, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści długość 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 49 - dot. pakietu nr 28, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 50 - dot. pakietu nr 28, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 30, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne tylko z optycznym indykatozem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, z lepszym poziomem AQL=1.0, oraz poziomem protein $\leq 89\mu\text{g/g}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom AQL, natomiast poziom protein zgodnie z SWZ.

*** Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M oraz L do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 54 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne obustronnie polimerowane, anatomiczne bez poszerzonej części grzbietowej dłoni, w opakowaniu podwójnym, wewnętrznym papierowym i zewnętrznym foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 55 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 4**

Pakiet 31, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, bezpudrowe, syntetyczne, wykonane z nitylu, sterylne, kształt anatomiczny, rolowany brzeg mankietu. AQL 1,0. Mediana siły zrywu min 13N - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 10 na min 3 poziomie) - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie papier-folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,0-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 31, poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice poliizoprenowe, obustronnie polimerowane, anatomiczne bez poszerzonej części grzbietowej dłoni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 57 - dot. pakietu nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do oceny próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 58 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową min. 50cm x 70cm w miejsce serwety włókninowej 45x72cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 59 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 60 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 50cm x 75cm z centralnym otworem o śr. 7 cm, bez rozcięcia? (w miejsce serwety 60x60cm z centralnym otworem z rozcięciem)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 61 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy w ampułkostrzykawce 6ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zestawu typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 63 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści pęsety plastikowe niebieską i zieloną 13cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 64 - dot. pakietu nr 13, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw powiększony o pojemnik okrągły – miseczkę 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 65 - dot. pakietu nr 39, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne 2-warstwowe o gramaturze 2 x 17g/m², szer 60 cmx 80 mb, perforowane co 37,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 66 - dot. pakietu nr 42, poz. nr 1,2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 67 - dot. pakietu nr 42, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne w rozmiarze 100 x 225 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 68 - dot. pakietu nr 42, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 69 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 2m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 70 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 1,6m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 71 - dot. pakietu nr 3, poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 72 - dot. pakietu nr 3, poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 73 - dot. pakietu nr 4, poz. nr 3**

Czy zamawiający dopuści rurkę o długości do 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, taka jest w pozycji 1.

*** Pytanie nr 74 - dot. pakietu nr 8, poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, oraz plastikową obręczą umożliwiającą łatwy chwyt i obsługę zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 75 - dot. pakietu nr 17, poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści prowadnice o długości 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 76 - dot. pakietu nr 17, poz. nr 2**

Czy zamawiający dopuści prowadnice o długości 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 77 - dot. pakietu nr 33, poz. nr 1**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 2 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dodania dodatkowego drenu przedłużającego.

*** Pytanie nr 78 - dot. pakietu nr 43 , poz. nr 9**

W związku z wycofaniem ze sprzedaży opisanego rozmiaru prosimy o dopuszczenie torebek zgodnych z SWZ o rozmiarze 380 x 760 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 79 - dot. pakietu nr 2 , poz. nr 2**

Czy Zamawiający oczekuje rur 15M, które są dedykowane dla dzieci?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 80 - dot. pakietu nr 3 , poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza trzecią rurę o długości 120 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 81 - dot. pakietu nr 29, poz. nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje elektrody z samoprzylepnym hydrożelem przewodzącym i podłożem micropore, z dłuższym odprowadzeniem 90 cm, radioprzeźiernej, repozycjonowalnej, kształt owalny 22x30, która zalecana jest do inkubatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 82 - dot. pakietu nr 30 , poz. nr 1**

Czy Zamawiający wymaga kraników wykonanych z poliamidu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 83 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych, anestetyczny, j. u., rozciągliwy do 2 m, z workiem oddechowym 2l, bezlateksowym z łącznikiem prostym i gałęzią 1,5 m, ze złączem rur 22 mm, złączem trójkąta Y i łącznikiem kolankowym z portem kapno, średnica rur 22 mm, nie zawierającym PCV i ftalanów, pojedynczo pakowany, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje rur wewnątrz gładkich a nie rozciągliwych.

*** Pytanie nr 84 - dot. pakietu nr 2 , poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści układ do respiratora ze złączem Y, dla dzieci, z PCV, dł. 1,6 m, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: TAK – mikrobiologicznie czysty.

*** Pytanie nr 85 - dot. pakietu nr 17 , poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę śr. 5 mm/dł. 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 86 - dot. pakietu nr 17, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę śr. 3,3 mm/dł. 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 87 - dot. pakietu nr 33**

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe o dł. 2,1 m mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem zaferowania dodatkowego drenu.

*** Pytanie nr 88 - dot. załącznika nr 4 do SIWZ wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem oraz wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 3 do wysokości 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 89 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 90 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 91 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 92 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu po 500 sztuk+ przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 93 - dot. pakietu nr 12, poz. nr 5 i 6**

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli standardową taśmę o dużej wytrzymałości na warunki sterylizacji, czy dodatkowo wzmocnioną, niebieską taśmę do pakowania bardzo ciężkich zestawów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 94 - dot. pakietu nr 25**

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200st.C oraz niezwilżalności papieru wodą 27s?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 95 - dot. pakietu nr 25, poz. nr 2**

Czy w miejsce rękawa o szerokości 12,5cm Zamawiający dopuści rękaw 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 96 - dot. pakietu nr 25**

Czy Zamawiający dopuści próbki dwóch wybranych rękawów (jednego z fałdą i jednego płaskiego) w ilości 5mb?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 97 - dot. pakietu nr 21, poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 98 - dot. pakietu nr 21, poz. nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 99 - dot. pakietu nr 26, poz. nr 1-2**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: TAK

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź: TAK.

*** Pytanie nr 100 - dot. pakietu nr 28, poz. nr 2**

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 101 - dot. pakietu nr 33**

Czy zamawiający dopuści dren o długości nie mniejszej / równej niż 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem zaferowania drenu dodatkowego.

*** Pytanie nr 102 - dot. pakietu nr 40**

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaferowania w pakiecie nr 40 oryginalnych zestawów wkładów jednorazowych wytwarzanych przez producenta wstrzykiwacza Medard Stellant. Zestawy pakowane w jednym opakowaniu zawierają:

- Dwa wkłady o poj. 200ml
- Złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” o długości 152,4cm
- Złącza szybkiego napełniania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 103 - dot. pakietu nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego tj. Układu oddechowego dwururowego, karbowanego dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1 m, bezlateksowy worek 2 L, rura z konektorem i worek osobno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga rur wewnątrz gładkich zgodnie z SWZ.

*** Pytanie nr 104 - dot. pakietu nr 30**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby kranik posiadał niezależnie obracająca się nakrętkę luer lock umożliwiającą podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

*** Pytanie nr 105 - dot. pakietu nr 32**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do rozmiaru CH20 mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika, tak jak obecnie dostarczane?

Odpowiedź: TAK

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka, tak jak stosowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 106 - dot. pakietu nr 34**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować rękawice, które posiadają otwór do-
zujący zabezpieczony folią chroniącą przed dekontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 107 - dot. pakietu nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego drenu o długości 300 cm średnicy
wewnętrznej 5mm i zewnętrznej 24 FR..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*** Pytanie nr 108 - dot. pakietu nr 22, poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy do pomp rozmiarze 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 109 - dot. pakietu nr 26, poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych IS jałowego
z ftalanami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 110 - dot. pakietu nr 27**

Czy Zamawiający wymaga kaniuli (neoflon) z 4 paskami widocznymi w promieniach RTG.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 111 - dot. pakietu nr 27**

Czy Zamawiający wymaga kaniuli (neoflon), której cewnik wykonany jest z PUR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 112 - dot. pakietu nr 28, poz. nr 1**

Czy Zamawiający wymaga kaniuli, której cewnik wykonany jest z PUR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 113- dot. pakietu nr 28, poz. nr 2**

Czy Zamawiający wymaga koreczka, którego trzpień znajduje się poniżej krawędzi co zwiększa
aseptyczność pracy dla personelu medycznego.

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 114 - dot. pakietu nr 30**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 115 - dot. pakietu nr 30**

Czy Zamawiający wymaga karnika trójdrożnego do lipidów.

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 116 - dot. pakietu nr 32, poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarze CH 08 – CH 20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 117 - dot. pakietu nr 35, poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35, poz. 1 zestawu do przezskórnej gastrostomii w wersji
„Pull” w rozmiarach 20Fr i 24Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 118 - dot. pakietu nr 35, poz. nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 35, poz. 3 zestawu do opaskowania żyłaków przelyku
przystosowanego do współpracy z endoskopem o średnicy 8.6 – 11.5 mm, pozostałe parametry
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 119 - dot. SWZ**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkty były magazynowane i transportowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*** Pytanie nr 120 - dot. SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 121 - dot. SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 122 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgłębniki żołądkowe w rozmiarach Ch 6- 24 o długości 800mm lub 1250 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko dłuższe.

*** Pytanie nr 123 - dot. pakietu nr 20 , poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki Foley, j.u. jałowe, w rozmiarach:

a) Ch6-10 balon 3-5ml, b) Ch12-22 balon 5-10-30ml, c) Ch24-26 balon 10-30ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 124 - dot. pakietu nr 22 , poz. nr 2**

Czy Zamawiający wymaga by na opakowaniu każdej sztuki przedłużacza widniała informacja o objętości wypełnienia przedłużacza?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 125 - dot. pakietu nr 26 , poz. nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał komorę kroplową o długości minimalnej 60mm w części przezroczystej, wykonanej z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 126 - dot. pakietu nr 26, poz. nr 1,2**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy z uchwytem na powieszenie drenu i specjalnym miejscem z boku zaciskacza na umieszczenie igły biorczej po zakończeniu procedury?

Odpowiedź: TAK

*** Pytanie nr 127 - dot. pakietu nr 26, poz. nr 1,2**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały nazwę producenta umieszczoną na zaciskaczu lub korpusie przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 128 - dot. pakietu nr 30, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kranik tylko z optycznym indykatoem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 129 - dot. pakietu nr 39, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podkłady higieniczne celulozowe 2 warstwowe o gramaturze 19g/m² szer.60cm x 80mb, dzielone na listki 0,24-0,25mb?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 130 - dot. pakietu nr 6, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania dren o średnicy wewnętrznej 7mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 131 - dot. pakietu nr 7, poz. nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania dren T-Kehr o długości 36cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 132 - dot. pakietu nr 7, poz. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania dren do drenażu jamy otrzewnej bez trokara?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 133 - dot. pakietu nr 7, poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania cewnik Pezzer w rozmiarach CH20 - 36?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 134 - dot. pakietu nr 15, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym o pojemności 25ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 135 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kieliszki pakowane w opakowania a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 136 - dot. pakietu nr 19, poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kieliszki wielorazowego użytku na leki z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 137 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści - Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Układ zawiera: karbowane ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, układ zabezpieczony kapturkiem, wewnątrz lekko karbowany.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rur karbowanych - wewnątrz gładkich. Zgodnie z zapisem SWZ.

*** Pytanie nr 138 - dot. pakietu nr 2, poz. nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści - Jednorazowy układ oddechowy dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Układ zawiera: karbowane ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, układ zabezpieczony kapturkiem, wewnątrz lekko karbowany.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rur karbowanych - wewnątrz gładkich. Zgodnie z zapisem SWZ.

*** Pytanie nr 139 - dot. pakietu nr 3, poz. nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści - Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2L wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 140 - dot. pakietu nr 4, poz. nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści – Rurkę – przedłużacz o całkowitej dł. 15 cm. Przedłużacz zabezpieczony kapturkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 141 - dot. wzoru umowy § 9, ust. 1.**

Prosimy o wprowadzenie następującej zmiany: Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 142 - dot. wzoru umowy, § 9, ust. 1.**

Prosimy o wprowadzenie następującej zmiany: w przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 143 - dot. pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wymaga przewodnic do trudnej intubacji wzmocnionych na całej długości, wykonanych z plecionki włókien żywicznych? Takie przewodnice są bezpieczniejsze dla użytkownika od przewodnic nie wzmocnionych, wykonanych tylko z PVC

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wymagania zgodnie z SWZ.

*** Pytanie nr 144 - dot. pakietu nr 37**

Czy Zamawiający wymaga rurek zbrojonych silikonowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 145 - dot. pakietu nr 37**

Czy Zamawiający wymaga rurek zbrojonych ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch ringów dookoła rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymaga.

*** Pytanie nr 146 - dot. pakietu nr 37**

Czy Zamawiający wymaga rurek zbrojonych z oznaczeniem rozmiaru na rurce, łączniku 15mm i baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oznaczenie rozmiaru w dowolnym miejscu na rurce.

UWAGA!!!

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaofferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem
D Y R E K T O R
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Panek

