



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/313/2021

Sanok, dnia 19 listopad 2021r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2021 pn. „dostawa sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku” dla SPZOZ Sanok

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) przedstawia treść wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

*** Pytanie nr 1 - dot. pakietu nr 18, poz. 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 18, poz. 1 zestawu do przezskórnej gastroskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w rozmiarach 20 i 24Fr do wyboru, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 2 - dot. pakietu nr 18, poz. 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 18, poz. 3 zestawu do opaskowania żyłaków przetyku przystosowanego do współpracy z endoskopem 8.6 – 11.5mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 - dot. pakietu nr 60, poz. 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 60, poz. 1 kleszczy biopsyjnych owalnych o średnicy szczęk 2.4mm, długości 240cm, bez igły, współpracujących z kanałem roboczym o średnicy 2.8mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 - dot. pakietu nr 60, poz. 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 60, poz. 2 igły o ostrzykiwania o średnicy 0.64mm (23G), długości 240cm, długości igły 4mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 - dot. pakietu nr 55**

Prosimy o wyjaśnienie czy w podanej nazwie urządzenia nie doszło do przypadkowej omyłki pisarskiej. Z wiedzy wykonawcy wynika że na rynku nie jest dostępne urządzenie o wskazanej przez Zamawiającego nazwie, za to jest urządzenie Mistral-Air. Czy to do tego urządzenia mają być przeznaczone oferowane koce?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do urządzenia Mistral – Air.

*** Pytanie nr 6 - dot. pakietu nr 55**

W związku z tym że niektórzy producenci koców grzewczych zastrzegają ich użycie z konkretnym urządzeniem (aby np. nie narażać pacjenta na przypadkowy uraz termiczny) co widnieje np. w Instrukcji obsługi urządzenia czy też koca, prosimy o wyjaśnienie, czy potwierdzając kompatybilność koców ze wskazanym ewentualnie ogrzewaczem Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wymienionego urządzenia o kompatybilności oferowanych koców ze wskazanym przez Zamawiającego urządzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał.

*** Pytanie nr 7 - dot. pakietu nr 5**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga 13-15F. W zakresie tym mieszczą się cewniki ostre (krótkoterminowe) jak i długoterminowe(permanenty) Prosimy o weryfikację rozmiaru i ujęcie go w zakresie 14,5-15,5F co jest charakterystycznym rozmiarem dla cewników permanentnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 15,5F

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż nastąpiła omyłka przy podaniu ilości – cewnik długość 27 cm

JEST

<u>Długość 19 cm</u>	<u>szt</u>	<u>10</u>
<u>Długość 23 cm</u>	<u>szt</u>	<u>50</u>
<u>Długość 27 cm</u>	<u>szt</u>	<u>100</u>

MA BYĆ

<u>Długość 19 cm</u>	<u>szt</u>	<u>10</u>
<u>Długość 23 cm</u>	<u>szt</u>	<u>50</u>
<u>Długość 27 cm</u>	<u>szt</u>	<u>10</u>

*** Pytanie nr 8 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wymaga minimalne wyposażenie: Iгла wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 - dot. pakietu nr**

Niniejszym informujemy, że obecnie obowiązuje umowa na cewniki permanentne ważna do dnia 22.09.2022 (postępowanie o numerze SPZOZ/PN/10/2020) i prosimy o uzasadnienie czym kierował zamawiający tworzy kolejne postępowanie na ten sam produkt (cewnik permanentny) w sytuacji trwania umowy, biorąc pod uwagę, że obecna umowa została wykorzystana w 1/5.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy postępowania.

*** Pytanie nr 10 - dot. pakietu nr 21**

Osprzęt do aparatów elektrochirurgicznych EMED Spectrum, Erbe, Valleylab Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę szpatułę prostą 2x16mm dł. 80mm do uchwytu elektrody 4mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długościach 19cm, 23cm i 28cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 12 - dot. umowy**

§ 9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazany rachunek bankowy nr w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest dokonanie dostawy zamawianego towaru do siedziby Zamawiającego.

Faktura winna być wystawiona w języku polskim”?

Uzasadnienie: W związku z tym, że faktury generuje wewnętrzny automatyczny system, wymaganie dodatkowych danych (numeru umowy) znacznie utrudnia proces wysyłki faktur.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 - dot. pakietu nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaferowanie zestawów o rozmiarach 4F, 4,7F, 6F.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 - dot. pakietu nr 18**

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z poliamidową prowadnicą, do współpracy z endoskopami 8,6 -9,2 mm i 9,5-13,0 mm.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z nylonową prowadnicą, zawierających 6 podwiązek.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 15 - dot. pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z popychaczem bez wąsów, rozmiary 4,7-9Ch, przewodnik o długości 150 cm, o średnicy w zakresie 0,028" do 0,038" w zależności od średnicy cewnika.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 16 - dot. pakietu nr 32**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków o długości 90 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 17 - dot. pakietu nr 60**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie dodatkowo do igieł opisanych w SWZ igieł o średnicy ostrza 0,6 mm i długości ostrza 6 mm.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 18 - dot. pakietu nr**

Pakiet nr 8, Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie przewodnika 0,035" o długości 145cm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 19 - dot. pakietu nr**

Pakiet nr 8, Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarach 3.0 Fr, 3.7 Fr, 4.7 Fr?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 25**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki dwustronne o długości 250 cm, średnica drutu prowadzącego 1,7 mm, średnica włosa na obu końcach 6 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 30, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań o śr. 0,8 mm lub 0,6 mm, z ostrzem o długości 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 22 - dot. pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w pozycji 1,2,3 pakiet 5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy, poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5FR i długościach: 19/40cm, 23/49 cm, 28/49 cm?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 123 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 23 - dot. pakietu nr 22 lp. 1**

Czy zamawiający dopuści Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów niemieckiego producenta firmy UROMED z przewodnikiem w rozmiarze 0,035” dla zestawów Ch. 6 i 7 oraz przewodnikiem 0,038” dla rozmiarów Ch. 8 i 9 przy czym cewniki Ch. 9 będą dostępne w długościach 26-30 cm?

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 24 - dot. pakietu nr 23 lp. 1**

Czy zamawiający dopuści Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza niemieckiego producenta firmy UROMED w rozmiarze Ch.12 -Ch.14 z cewnikiem ze zintegrowanym balonem nie zwiększającym zewnętrznej średnicy cewnika umożliwiając zastosowanie mniejszej średnicy trokar/kaniulę oraz mniej bolesną wymianę lub usunięcie cewnika? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 25- dot. pakietu nr 51 lp. 1**

Czy zamawiający dopuści Tamponadowy (uszczelniający balon 50-80 ml) cewnik pooperacyjny niemieckiego producenta firmy UROMED w rozmiarze Ch.18 - Ch.24 z 2 bardzo dużymi otworami drenującymi i otwartą końcówką? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ (opisem przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 26 - dot. pakietu nr 40**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40: taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, jednorodną z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², końce zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), nie prasowaną termicznie ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 27 - dot. pakietu nr 13**

Czy w pakiecie nr 13 Zamawiający dopuści protezy o średnicy 5 mm (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego)?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 28 - dot. pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z miseczką plastikową 120 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 29 - dot. pakietu nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z miseczką plastikową 250 ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.*

*** Pytanie nr 30 - dot. pakietu nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnika Sengstekena w rozmiarach: Ch 16, 18, 20?

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

*** Pytanie nr 31 - dot. pakietu nr 38, poz. 2**

Czy Zamawiający ma na myśli butelkę płaską czy harmonijkową?

Odpowiedź: *Zamawiający ma na myśli butelkę harmonijkową.*

*** Pytanie nr 32 - dot. pakietu nr 51, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników z balonem 30ml lub 30-50ml?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 33 - dot. pakietu nr 51, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewników z 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody.*

*** Pytanie nr 34 - dot. pakietu nr 17, Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dezynfekcji z 6 tupferami wielkości jajka wykonanych z włókniny? – pozostały skład zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

*** Pytanie nr 35 - dot. pakietu nr 53, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ramach pozycji nr 1 jałowych jednorazowych zbiorników o pojemności 300 ml oraz 800 ml w ilości odpowiednio: poz. 1 - 100 szt. – zbiorniki poj. 300ml - 200 szt. – zbiorniki poj. 800ml z podaniem wyceny osobno za zbiorniki 300ml i zbiorniki 800ml?

lub

prosimy o określenie dokładnych ilości zbiorników 300ml i 800ml jakie można zaoferować w ramach pozycji nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko 800ml.

*** Pytanie nr 36 - dot. pakietu nr 53, poz. nr 2-3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z zapisami SWZ o grubości opatrunków 3,3 cm zamiast 3,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 37 - dot. pakietu nr 53, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z zapisami SWZ o wym. 25 x 15 x 3,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 38 - dot. pakietu nr 53, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania silikonowej warstwy kontaktowej spełniającej wymagania SWZ, która w zależności od stanu rany może pozostawać na ranie przez kilka dni, o ile względy medyczne tego wymagają, z kontrolą rany po trzech dniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 - dot. załącznika nr 1 pkt. 7**

W oparciu o Rozdział III pkt. 2 i XIV pkt. 1, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarka przy określaniu terminu związania ofertą (90 dni tj. do dnia: 23.02.2022r.)

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia określonego w części XIV. SWZ

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ *.(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert)*

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zaszła omyłka w części XIV. SWZ
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ *.(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert)*

JEST

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ *.(tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert)*

MA BYĆ

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ *.(tj. przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert)*

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje poprawy omyłki i umieszcza na stronie prawidłową specyfikację.

*** Pytanie nr 40 - dot. zapisów wzoru umowy**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych w § 4 do wysokości 1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 41 - dot. zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 42 - dot. pakietu nr 2 poz. 1-2**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na włókninę o gramaturze 57 g/m²? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny wydanych przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia gramatury oraz parametrów wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 868 dla oferowanej włókniny wydanych przez producenta.

Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta, a nie dystrybutora? Barrierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 42.1 - dotyczy pakietu 25 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szczoteczki jednorazowe do czyszczenia endoskopów, pakowane pojedynczo, nie sterylne, o średnicy 1,75 mm, długości 230 mm, 2 główkach o średnicy 5/5 mm i długości 20/20 mm na obu końcach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 43 - dot. pakietu nr**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od zawiadomienia” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 10 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) w przypadku nie dostarczenia towaru w o kreślonym umową terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5%** wartości **brutto** towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem.**

3) w przypadku odmowy dostawy towaru, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **2,5%** wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 44 - dot. pakietu nr 29, pozycja nr 3**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz prosty, wewnątrznie karbowany o długości 15 cm?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 45 - dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic w opakowaniach a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości rękawic. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 46 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację rozdziału IX pkt 2 SWZ poprzez dookreślenie iż przedmiotowym środkiem dowodowym jakie żądać będzie zamawiaczy są również próbki szczegółowo wymienione w Rozdziale XX SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

*** Pytanie nr 47 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a) 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2);
- b) 0,5% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił 3);
- c) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 4).

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

*** Pytanie nr 48 - dot. projektu umowy**

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie

wymaga formy aneksu." **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.
Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

*** Pytanie nr 49 - dot. projektu umowy**

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”*

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawca, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska *„stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutom związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu*

sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.”
(M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021).

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

*** Pytanie nr 50 - dot. wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 i § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

*** Pytanie nr 51 - dot. pakietu nr 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 52 - dot. pakietu nr 9, poz. 1**

W związku z wejściem dnia 26.05.2021 r. Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR), Wykonawca ma w obowiązku dostarczyć wyrób medyczny przeznaczony do użycia, w oryginalnym opakowaniu handlowym, dzięki czemu będzie on w pełni identyfikowalny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w dowolnym rozmiarze z poz. 1, co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty przez Wykonawcę? Produkty z poz. 1 są produktami jednorodnymi, różniącymi się wyłącznie rozmiarem, więc jednoznacznie potwierdzą zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga rozmiaru L, XL.*

*** Pytanie nr 53 - dot. pakietu nr 40 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z materiału: polipropylen monofilament, taśma w całości dziana, bez konieczności stosowania osłonek, sterylna, gramatura ok 65 g/m², grubość siatki 0,49 mm., porowatość ok. 70%, grubość nitki 0,16 mm, rozmiar: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm., wytrzymałość na rozciąganie min. 90N. Odpowiednio dobrany splot i materiał sprawiają, że taśma nie odkształca się podczas implantacji, końcówki taśmy z uchwytyami do mocowania na aplikatorze, zabezpieczone rurką termokurczliwą?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 54 - dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru niedostarczonego?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

*** Pytanie nr 55 - dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 56 - dot. pakietu nr 18, poz. 2**

Czy Zamawiający w celu poprawy konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie z pakietu 18 poz. 2 i zaoferowanie klipsownicy w 100 % zgodnej z SIWZ w nowoutworzonym pakiecie np. 18 A ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 57 - dot. warunków umowy § 2 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający deklaruje zakup przedmiotu umowy o wartości odpowiadając ej minimum 25% wartości umowy brutto. Zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości wskazanych w Załączniku nr 1, nieprzekraczające minimalnego poziomu wartości umowy określonego w zdaniu poprzedzającym, nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno finansowych, natomiast Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy, o ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 58 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 59 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 60 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 61 - dot. warunków umowy § 4 ust. 1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 7%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 62 - dot. warunków umowy § 4 ust. 2**

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 63 - dot. warunków umowy § 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru przekraczającego 5 dni, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku, obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, jak również zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 64 - dot. warunków umowy § 4 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 65 - dot. warunków umowy § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu na wymianę wadliwego towaru określonego w ust. 5 Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów zachowując roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 66 - dot. warunków umowy § 4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający w przypadku udokumentowanych trzech nieterminowych dostaw zamówionego towaru lub trzykrotnej odmowy dostawy zamówionego towaru może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 67 - dot. warunków umowy § 7 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w terminie (max 6 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 68 - dot. warunków umowy § 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 69 - dot. warunków umowy § 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 70 - dot. pakietu nr 40**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Taśma podcewkowa TOT - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m².
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy
4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte w technice out-in oraz in -out

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

21-75-pominięto

Pytanie nr 76 - dot. pakietu nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że dla Pakietu 19 obowiązującym, maksymalnym, wymaganym terminem sukcesywnej dostawy jest 5 dni roboczych zgodnie z ppkt. b) pkt. 9. Kryteria (w %) i ich opis, część XX.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy SWZ zgodnie z załącznikiem – nowa poprawiona specyfikacja. Obowiązującym, maksymalnym, wymaganym terminem sukcesywnej dostawy jest 5 dni roboczych – dotyczy wszystkich pakietów.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje poprawy omyłki i umieszcza na stronie prawidłową specyfikację.

*** Pytanie nr 77 - dot. pakietu nr 31**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym oraz okienkiem Murphego – do przedłużonej intubacji – w rozmiarach 4,5-10?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 78 - dot. pakietu nr 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie zestawu do nebulizacji do układu oddechowego składającego się z samouszczelniającego łącznika T do włączenia do układu oddechowego, z końcówkami 22F-22M, umożliwiającego podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta, oraz nebulizatora posiadającego szybkozłącze 22F o pojemności 10 ml, wyskalowanego co 2ml, o budowie stożkowej, działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz drenu

tlenowego wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającego przepływ tlenu w przypadku

zagięcia cewnika, odłączalnego, przezroczystego, o długości 2,1 m, z końcówką standardową, zestaw pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem kompatybilności z układem oddechowym.

*** Pytanie nr 79 - dot. pakietu nr 34**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską dziecięcą i drenem o dł. 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 80 - dot. pakietu nr 35**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z maską dla dorosłych i drenem o dł. 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 81 - dot. załącznika nr 4 do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 2 do wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem oraz wynikającej z §4 ust. 1 pkt. 3 do wysokości 1% wartości towaru, którego dostawy Wykonawca odmówił?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 82 - dot. pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę jednorazową koncentryczną rozmiar 0,46mm i długości 37 mm w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

*** Pytanie nr 83 - dot. pakietu nr 31 poz.1.**

Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje rurek intubacyjnych z odsysaniem z nadmankietu, przeznaczonych do przedłużonej intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rurek silikonowanych do przedłużonej intubacji.

*** Pytanie nr 84 - dot. pakietu nr 31 poz. 2.**

Czy Zamawiający wymaga przewodnic do trudnych intubacji wzmocnionych, wykonanych z plecionki włókien żywicznych pokrytych tworzywem medycznych, znacznie bardziej elastycznych od przewodnic wykonanych tylko z PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wymaga zgodnie z SWZ.

*** Pytanie nr 85 - dot. pakietu nr 22**

Czy Zamawiający w pak 22 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania w moczowodzie do 12 miesięcy.

Cewnik poliuretanowy o wygładzonej powierzchni, perforowany na całej długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalowany co 5cm. Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty. Zestaw fabrycznie wstępnie złożony i gotowy do aplikacji w składzie:

- cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz,
- przewodnik pokryty teflonem, klamra zaciskowa.

Zestaw zawierający popychacz umożliwiający sterowalność zestawu.

Wymagane rozmiary od 4,8CH – 8CH

4,8Ch, dł. 24-26cm/popychacz dł. 90cm/prowadnik 0,028" dł. 150cm
6Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,028" dł. 100cm
7Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035" dł. 100cm
8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045" dł. 100cm
9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035" dł. 100cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 86 - dot. pakietu nr 32, poz. 1**

Czy Zamawiający w pak 32 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:
Koszyk Dormia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 65mm, dł. koszyczka 20mm, liczba drutów 4) z uchwytem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 87 - dot. pakietu nr 32, poz. 2**

Czy Zamawiający w pak 32 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:
Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 1,1mm, dł. 65mm, dł. koszyczka 20mm, liczba drutów 5) z uchwytem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 88 - dot. pakietu nr 51**

Czy Zamawiający w pak 51 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:
Cewnik operacyjny Foleya z dużym balonem uszczelniającym 30-50ml rozmiar: CH 16-26, miękka zastawka, cewnik posiada 4 otwory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 89 - dot. pakietu nr 22, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów krótkoterminowego do 3 miesięcy: cewnik podwójnie zagięty wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, typ otwarty/zamknięty, widoczny w promieniach RTG, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny 43 cm w wersji cystoskopowej oraz 83 cm w wersji do URS, prowadnica z powłoką PTFE, zacisk. Cewnik oraz popychacz fabrycznie połączone.

Zestaw do URS: rozmiar CH4.8 długość 26/28/30cm, popychacz 83cm, prowadnica 150cm.

Zestaw cystoskopowy: rozmiar CH6 i CH7 długość 26/28 cm, popychacz 43cm, prowadnica 100cm.

Takiego jak obecnie stosowany

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje zestawów długoterminowych.

*** Pytanie nr 90 - dot. pakietu nr 23 poz 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w rozm. 10-13 F, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z workiem czy bez worka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zestawy z workiem.

*** Pytanie nr 91 - dot. pakietu nr 9**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic o długości min. 288 mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rękawic o dł. min. 270mm.

*** Pytanie nr 92**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35 stopni Celsjusza, igieł, cewników, zgłębników 5-37 stopni Celsjusza, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkty były magazynowane i transportowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

*** Pytanie nr 93**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Za przedmiot zamówienia do chwili dostarczenia towaru do zamawiającego odpowiada dostawca – Wykonawca.

*** Pytanie nr 94 - dot. pakietu nr**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Za przedmiot zamówienia do chwili dostarczenia towaru do zamawiającego odpowiada dostawca – Wykonawca.

*** Pytanie nr 95**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Za przedmiot zamówienia do chwili dostarczenia towaru do zamawiającego odpowiada dostawca – Wykonawca.

*** Pytanie nr 96 - dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 4 poz. 1 przedłużaczy do pomp infuzyjnych dł. 150cm bez ftalanów o pojemności resztkowej 1,7ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w SWZ.

*** Pytanie nr 97 - dot. pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 4 poz. 1 przedłużaczy do pomp infuzyjnych dł. 150cm bez ftalanów posiadających na opakowaniu 1 szt. nadrukowaną informację o wartości pojemności resztkowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 98 - dot. pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 9 poz. 1 rękawice nitrylowe bezpudrowe pakowane w opakowania a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 99 - dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 15 poz. 1 dren balonowy pakowany w opakowania 30 mb z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości mb i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 100 - dot. pakietu nr 16**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 16 poz. 1, 2 masek tlenowych z rezerwuarem bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 101 - dot. pakietu nr 30**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 30 poz. 1, 2, 3 łączników sterylnych?

Odpowiedź: TAK.

*** Pytanie nr 102 - dot. pakietu nr 31**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 31 poz. 1 rurek intubacyjnych z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankieta? Jeżeli tak czy zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji rurek dostępnych od rozmiaru 5,0 do 10,0 co 0,5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga , nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 103 - dot. pakietu nr 31**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 31 poz. 2 przewodnic j.u. do trudnej intubacji o średnicy 3,3mm i 5,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

*** Pytanie nr 104 - dot. pakietu nr 34,35**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakietach 34, 35 nebulizatorów z maską (komplet) bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zaproponowane produkty mają spełniać wszystkie kryteria dla wyrobów medycznych.

*** Pytanie nr 105 - dot. pakietu nr 38**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 38 poz. 2 butelki bez mieszka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 106 - dot. pakietu nr**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 38 poz. 2 butelki całe w formie mieszka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 107 - dot. pakietu nr 45**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 45 masek krtaniowych silikonowych j.u.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

*** Pytanie nr 108 - dot. pakietu nr 51**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie 51 poz. 1 cewników operacyjnych Foley z balonem 30 – 50ml z min. 2 otworami w części dystalnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 109 - dot. pakietu nr 22, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do szynowania moczowodów z cewnikiem wykonanym z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem - zestaw cystoskopowy z popychaczem dł.40cm, zestaw do URS z popychaczem dł. 75cm, średnica przewodnicy: 0.035". System Otwarty/Zamknięty CH 4,8; CH6; CH7 - dł 26, 28, 30cm. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Czas stosowania do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ w Sanoku
mgr Grzegorz Pańek