



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/17/2012

Sanok, dnia 17 stycznia 2012r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku.

SPROSTOWANIE

do udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców -
pismo SPZOZ/SAN/ZP/16/2012 z dnia 16 stycznia 2012r.

JEST

Pytanie nr 5 dot. SIWZ, załącznik nr 2

Lampa rtg.pkt. bb) „Minimalna rozdzielczość w obydwu kierunkach – 12 par linii”

Powyższy parametr nie ma odniesienia do lampy mammografu. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy lub jeśli został umieszczony omyłkowo prosimy o anulowanie tego wymogu.

Odpowiedź: W/w wymóg nie dotyczy parametrów lampy rtg tylko kolumny mammografu z ramieniem C.

MA BYĆ

Pytanie nr 5 dot. SIWZ, załącznik nr 2

Lampa rtg.pkt. bb) „Minimalna rozdzielczość w obydwu kierunkach – 12 par linii”

Powyższy parametr nie ma odniesienia do lampy mammografu. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy lub jeśli został umieszczony omyłkowo prosimy o anulowanie tego wymogu.

Odpowiedź: Parametr ten nie dotyczy lampy. Wykonawca ma zapewnić w testach akceptacyjnych po zainstalowaniu i uruchomieniu aparatu minimalną rozdzielczość w obydwu kierunkach min. 12 par linii.

Wykonawca musi to potwierdzić w tabeli - załącznik nr 2 do SIWZ – lub złożyć stosowne oświadczenie.

UWAGA:

Wobec udzielonego sprostowania mającego wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem