



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych**

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/24/2012

Sanok, dnia 24 styczeń 2012r.

**ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY/
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/02/2012

I. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy **KOSMED Sp. z o.o., ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce**

Uzasadnienie prawne – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne - Treść oferty jest niezgodna z SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – zestawienie wymaganych parametrów techniczno- użytkowych (załącznik nr.2 do SIWZ) tj.

- Wykonawca nie opisał i nie określił w swojej ofercie zgodnie z załącznikiem nr.2 do SIWZ zaoferowanej *wywoływarki filmów dedykowanej do mammografii ze zbiornikiem na odczynniki min 25 litrów ,umieszczone pod wywoływarką automatyczna regeneracja odczynników* , natomiast złożył ofertę wariantową czego Zamawiający nie dopuścił. Oferując dwie Wywoływarki - wywoływarka Kodak oraz Optimax (zgodnie z przedstawionymi dokumentami tj. karty katalogowe oraz deklaracją zgodności)
- oferowany mammograf nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w części Lampa RTG pkt aa) tj. *Zamawiający wymagał cyfrowego wyświetlacza parametrów ekspozycji, wyświetlający m.in. parametry ekspozycji, kąt pochylenia ramienia, siłę kompresji , grubość piersi po kompresji*, natomiast Wykonawca zaoferował dwie wyświetlacze Graficzny wyświetlacz LCD wyświetlający: wymagany parametry ekspozycji, oraz oddzielny wyświetlacz cyfrowy wyświetlający: kąt pochylenia ramienia C, siłę kompresji, grubość piersi po kompresji

wobec powyższego oferta ta jako niezgodna z treścią SIWZ podlega odrzuceniu.

II Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia

Uzasadnienie prawne – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3

Uzasadnienie faktyczne –na przedmiotowe postępowanie została złożona jedną oferta która podlegała odrzuceniu

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”

Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, w szczególności na załączonym firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie spraw spornych Zamawiający zastrzega sobie prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem nadania faksu oraz wysłania korespondencji listowej.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 KOSMED Sp. z o.o., ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce

2 .a/a