



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/20/2012

Sanok, dnia 20 stycznia 2012r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/04/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na na zakup litotryptora laserowego zintegrowanego fabrycznie z wózkiem jezdnym do
rozbijania kamieni i cięcia wraz z wyposażeniem
dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniem wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY SIWZ

* Pytanie nr 1- dot. zał. nr 6, pkt. 2

Zamawiający wymaga, aby czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonych usterek od momentu przyjęcia zgłoszenia i przyjazdu do Kupującego wynosi max do 24 godzin. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w powyższym punkcie na (...) max 48 godzin z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

* Pytanie nr 2 - dot. zał. nr 6, pkt. 5

Ogólnie przyjęte jest, iż trzykrotna naprawa tego samego podzespołu zobowiązuje Gwaranta do wymiany tegoż elementu na nowy.

Czy zatem Zamawiający nie dopuścił się pomyłki w zapisie w p-t 5, który brzmi „Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę urządzenia na nowy – 3?”

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w p-t 5 (załącznik nr 6) na zapis o brzmieniu: „W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu gwarant zobowiązuje się wymienić wadliwy element na nowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia p-t 5 (załącznik nr 6) na zapis o brzmieniu:

„Maksymalna liczba napraw tego samego elementu / podzespołu powodująca wymianę urządzenia na nowy – 3.”

*** Pytanie nr 3 - dot. zał. nr 6, pkt. 8**

Zamawiający zawarł zapis w pkt. 8), który brzmi: „Świadczenie usług serwisowych w siedzibie Kupującego ”

Chcemy zaznaczyć, że podstawowe usługi serwisowe świadczy się oczywiście w siedzibie Kupującego, natomiast laser jest specyficznym urządzeniem i w przypadku awarii np. optyki może zajść konieczność dokonania jego naprawy w specjalnie przystosowanym dla tego miejscu.

Pragniemy zauważyć, iż zapis ten nierozdzielnie łączy się z pozostałymi zapisami załącznika nr 6 gdzie mówi się o konsekwencjach wynikających z przedłużającej się naprawy oraz konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego.

Czy zatem w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 8) i jego zmianę na:

„Świadczenie usług serwisowych w siedzibie Kupującego, w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Kupującego dostarczenie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach i funkcjonalności

Odpowiedź: *Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 8) i nadaje mu następujące brzmienie:*

„Świadczenie usług serwisowych w siedzibie Kupującego za wyjątkiem napraw, które muszą zostać wykonane ze względów technicznych poza siedzibą Zamawiającego.

*** Pytanie nr 4 - dot. zał. nr 6, pkt. 13**

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej wszystkie zapisy serwisowe dotyczące obsługi i podstawowej konserwacji konieczne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu spełni zapis w punkcie 13 załącznika nr 6.

Jednocześnie chcemy zauważyć, że dokonywanie jakichkolwiek innych czynności serwisowych, wykraczających poza opisane w instrukcji obsługi, może skutkować uszkodzeniem sprzętu oraz utratą prawa do gwarancji.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza pod warunkiem że Wykonawca przeprowadzi w tym zakresie szkolenie.*

Z poważaniem