



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/237/2011

Sanok, dnia 18.02.2011r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/06/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Sanoku.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy**

#### **\* Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1-2**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania fartucha operacyjnego posiadającego szwy ultradźwiękowe, które zapewniają ciągłość materiału oraz tworzą barierę przed przenikaniem bakterii, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo personelu medycznego w warunkach sali operacyjnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza**

#### **\* Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z miękkiej włókniny typu SMMS składającej się z 4 warstw polipropylenowych. Środkowe warstwy mikrowłókien stanowią pewną selektywną barierę dla mikroorganizmów, krwi i innych płynów. Fartuchy wykonane z włókniny SMMS są bardziej miękkie, lżejsze oraz posiadają wyższą przepuszczalność powietrza niż konwencjonalne materiały. Pragniemy zaznaczyć, iż pozostałe parametry wymagane w SIWZ pozostają bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **\* Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów higienicznych wykonanych z włókniny foliowej (PP-PE laminat) w kolorze białym, posiadających mankiety ściągane lekko gumką, poły zachodzące na siebie na plecach oraz wiązanych na troki, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 3 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, nie wydzieli pakietu**

#### **\* Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha ochronnego w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 3 poz. 13**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90x100 cm lub 150x175 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3 poz. 17**

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem o średnicy 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 3 poz. 8-10; 18-19**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 3 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy pozycji**

**\* Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 38 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dzieci w rozmiarze 4-9 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 9 – dotyczy projektu umowy §3 ust. 2,4**

Wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzemieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez Zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawiać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. „Rażąco Wygórowanie” jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym, PiP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także realizacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004r. IV CK 522/03, OSP 2005, z 7-8, poz. 97, P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2, K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006r. IV CSK 89/05, OSP 2007, z .6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007r. IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem „rażącego wygórowania” mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykona je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

- §3 pkt.2 do kwoty 0,2%,
- §3 pkt.4 do kwoty 0,2%,

**Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną w zakresie § 3 pkt. 2 do kwoty 1% wartości towaru nie dostarczonego. W zakresie § 3 pkt. 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy, nie wprowadza zmian.**

**\* Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 40**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie cewników o średnicy 14,5 Fr wraz z zestawami do zakładania występujących w następujący długościach (mufka/cewnik): 19/36 cm, 23/40

cm, 28/45 cm? Pozwoli to Wykonawcy zaproponować cewnik renomowanego producenta po konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 41**

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie cewników o średnicy 14,5 Fr wraz z zestawami do zakładania występujących w następujących długościach (mufka/cewnik): 23/40 cm, 28/45 cm? Pozwoli to Wykonawcy zaproponować cewnik renomowanego producenta po konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści w tej pozycji zgłębnik żołądkowy o długości 800mm lub 1250mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 2 poz. 1a**

Prosimy wyszczególnić jakie jest zapotrzebowanie Zamawiającego na poszczególne rozmiary zgłębników żołądkowych w przedziale od Ch22 do Ch32, ze względu na różne ceny zgłębników w zależności od rozmiaru.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, 80% z tego przedziału stanowić będzie rozmiar Ch22, pozostałe zgłębniki stosuje się sporadycznie w zależności od potrzeb.**

**\* Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zgłębnik dwunastniczy o długości 1250mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków plastikowych w op. =70szt. z odpowiednim przeliczeniem tj. 715 op?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga wieszaków jednoczęściowych czy dwuczęściowych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wieszaków jednoczęściowych.**

**\* Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 14 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończeniu infuzji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga**

**\* Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 14 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przyrządy nie zawierały lateksu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga**

**\* Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji strzykawki cewnikowe z łącznikiem Luer z przedłużoną skalą do 60 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 2,2 (pomarańczową)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dren do podawania tlenu przez nos o długości 2,0 – 2,2 mb?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 28 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji przedłużacz do pomp infuzyjnych z kranikiem o długości 25 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 53 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści aby termometr zasilany był bateriami typu AAA?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 53 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści aby pomiar temperatury realizowany był w czasie ok.3s?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 14 poz.1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały przezroczystą, elastyczną komorę kroplową wolną od PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga**

**\* Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 50**

Czy Zamawiający dopuści protezy dializacyjne zwięzane do średnicy 4mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 28 – dotyczy projektu umowy §3 pkt.2**

Prosimy o zmianę na zapis:

„(...) W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 0,5% wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni (...)”

**Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną w zakresie § 3 pkt. 2 do kwoty 1% wartości towaru nie dostarczonego.**

**\* Pytanie nr 29 – dotyczy zadania nr 4 poz. nr 1**

Czy cewniki Foley mają posiadać 3 czy 4 otwory drenujące?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby posiadały minimum 2 otwory.**

**\* Pytanie nr 30 – dotyczy zadania nr 4 poz. nr 5**

Czy worki na mocz posiadały port do pobierania próbek? Umożliwia to nierozłączalnie zamkniętego systemu jaki stanowi worek na mocz połączony z cewnikiem Foleya, co zapobiega wzrostowi ryzyka wprowadzenia infekcji do układu moczowego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z portem do pobrania próbek.**

**\* Pytanie nr 31 – dotyczy zadania nr 4 poz. nr 6**

Czy Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem, że skuteczne zabezpieczenie zamkniętego systemu do zbiórki przed refluksem moczu w kierunku pacjenta zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego?

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się ze stwierdzeniem.**

**\* Pytanie nr 32 – dotyczy zadania nr 4 poz. nr 11**

Czy cewniki do karmienia przez nos mają być wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym? Substancje z tej grupy są silnie toksyczne, a ze względu na lipofilność (powinowactwo do tłuszczów), cewniki zawierające ftalany już po 24 godzinach tracą swoje właściwości mechaniczne. Cewniki nie zawierające ftalanów mogą być bezpiecznie stosowane przez okres nawet do 4 tygodni a ponadto ich cena nie odbiega od ceny standardowych cewników zawierających ftalany.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby cewniki były nietoksyczne, niepirogenne oznakowane zgodnie z obowiązującymi wymogami.**

**\* Pytanie nr 33 – dotyczy zadania nr 15**

Czy strzykawki dwuczęściowe mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta na cylindrze, co pozwala na jej zidentyfikowanie nawet bez opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby strzykawki były trzyczęściowe z logo producenta na cylindrze.**

**\* Pytanie nr 34 – dotyczy zadania nr 15**

Czy skala na cylindrze ma odpowiadać nominalnej objętości strzykawki?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby skala na cylindrze odpowiadała nominalnej objętości strzykawki.**

**\* Pytanie nr 35 – dotyczy zadania nr 16 poz. nr 2,3**

Czy strzykawki mają posiadać na cylindrze minimum logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki w wyświetlanym menu pompy?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały logo producenta oraz skalę odpowiadającą objętości strzykawki.**

**\* Pytanie nr 36 – dotyczy zadania nr 17**

Czy kaniule noworodkowe mają posiadać przepływ 13ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały przepływ 13ml/min.**

**\* Pytanie nr 37 – dotyczy zadania nr 17, 18**

Czy w związku z wejściem w życie dyrektywy 2007/47/WE zmieniającej dyrektywę 90/385/EWG, która nakazuje oznaczenie asortymentu tylko w przypadku kiedy dany produkt zawiera substancje szkodliwe, to czy zaoferowany produkt wyprodukowany po dacie wejścia w życie tej dyrektywy ma być oznakowany zgodnie z jej wymogami- czyli Zamawiający oczekuje informacji o zawartości lateksu lub PCV jeśli dany produkt go posiada lub braku informacji na opakowaniu jeśli produkt jest bez lateksu i PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby asortyment był oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**\* Pytanie nr 38 – dotyczy zadania nr 18 poz. nr 1**

Czy Zamawiający poprzez opis kaniule posiadające koreczki uniemożliwiające samoczynnemu otwieraniu się ma na myśli kaniule wyposażone w samodomykający się koreczek portu bocznego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, dopuszcza samodomykający się koreczek portu bocznego.**

**\* Pytanie nr 39 – dotyczy zadania nr 19 poz. nr 1,2,3**

Czy strzykawki mają posiadać na cylindrze minimum logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki w wyświetlanym menu pompy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, strzykawki mają posiadać logo producenta oraz skalę.**

**\* Pytanie nr 40 – dotyczy zadania nr 24**

Czy kraniki mają posiadać maksymalna objętość wypełnienia 0,22ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga**

**\* Pytanie nr 41 – dotyczy zadania nr 24**

Czy kraniki trójdrożne mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty? Sytuacja taka jest podyktowana względami bezpieczeństwa pracy oraz tylko takie rozwiązania gwarantuje równomierny przepływ w kraniku bez zmiany ciśnień.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 42 – dotyczy zadania nr 26 poz. 1**

Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga**

**\* Pytanie nr 43 – dotyczy zadania nr 26 poz. 3**

Czy łączniki do odsysania z regulacją siły ssania mają być przejrzyste?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga**

**\* Pytanie nr 44 – dotyczy zadania nr 44 poz. nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie katetera moczowodowego w rozmiarze 4,8.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 45 – dotyczy zadania nr 44 poz. nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów w rozmiarze 4,8 zamiast 5F.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw od szynowania moczowodów w rozmiarze 4,8F**

**\* Pytanie nr 46 – dotyczy zadania nr 45**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 47 – dotyczy zadania nr 45**

Czy Zamawiający oczekuje rękawic podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza**

**\* Pytanie nr 48 – dotyczy zadania nr 52**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu weryfikacji spełnienia wymogów w opisie przedmiotu, oczekuje załączenia do oferty karty danych technicznych materiału, z którego wykonany jest zaoferowany produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje załączenia do oferty karty danych technicznych.**

**\* Pytanie nr 49 – dotyczy zadania nr 53**

Czy termometr ma posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczność użytkowania?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

**\* Pytanie nr 50 – dotyczy zapisów SIWZ**

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

**Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety.**

**\* Pytanie nr 51 – dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów sterylnych z włókny polipropylenu typu SMS, wykończone poliestrowym mankietem, pozostałe elementy zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 52 – dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 3 ust. 2 na:

„W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.”

**Odpowiedź: Zamawiający obniża karę umowną w zakresie § 3 pkt. 2 do kwoty 1% wartości towaru nie dostarczonego, zgodnie z wcześniej udzieloną odpowiedzią**

**\* Pytanie nr 53 – dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 ust. 2 na:

„Okres niezmienności ceny jednostkowej netto obowiązuje w okresie trwania umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**\* Pytanie nr 54 – dotyczy wzoru umowy § 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 na:

„Nie dopuszcza się sprzedaży wierzytelności osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

## **UWAGA!!!**

**Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

*Z poważaniem,*