



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/19/2015

Sanok, dnia 25 lutego 2015r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2015 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniem wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1 - dot. pkt. 4,5:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o zbliżonych wymiarach
(dł. 318 x szer 156 x wys 270) oraz nieznacznie wyższej wadze (do 5,5kg)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dot. pkt. pomiaru ciś. nieinwazyjnego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomiar automatyczny z interwałami od 1 do 480 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dot. – pkt. 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający pod pkt.6 „Zasilanie z sieci i z wbudowanego
akumulatora przez min. 2 godz.” rozumie awaryjne zasilanie dla akumulatora z wbudowanych
akumulatorów przez min. 2 godziny przy ustawianiu pomiarów EKG, SPO2 oraz NIBP co 15
minut?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy z uwagi na wysoki priorytet pomiarów SPO2 Zamawiający będzie wymagał aby pomiar
ten odbywał się w technologii redukującej artefakty ruchowe a także uzyskującej czytelne
wyniki przy niskiej perfuzji typu Nellcor, Massimo lub FAST?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pomiar SPO2 posiadał wskaźnik perfuzji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Z uwagi na nieruchomą informatyzację szpitali, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał kompatybilność wysyłania danych w standardzie HL7?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Nowy termin składania ofert upływa 02.03.2015 r. o godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert 02.03.2015 r. o godz. 11⁰⁰

Z poważaniem