

**Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/08/2011- dot. zadania nr 1**

**DANE OGÓLNE**

NAZWA .....

TYP/ MODEL.....NR KATALOGOWY.....

ROK PRODUKCJI.....ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....

KRAJ PRODUKCJI.....WYKONAWCA/PRODUCENT.....

**Parametry techniczno – funkcjonalne  
myjki ultradźwiękowej**

	<b>Dane ogólne i parametry eksploatacyjne</b>		
	<b>Myjka ultradźwiękowa do mycia i dezynfekcji osprzętu endoskopowego (kleszczy biopsyjnych, pętł oraz kleszczy rektoskopowych)</b>		
1.	Wymiary wanny – długość od 50 do 55 cm	TAK	
2.	Pojemność 6-7 l	TAK	
3.	Moc ultradźwiękowa (max) okres 2x320W	TAK	
4.	Częstotliwość 40kHz	TAK	
5.	Moc układu grzania 300W	TAK	
6.	Regulator temp. 30-80°C	TAK	
7.	Układ czasowy 1-30 min	TAK	
8.	Waga max 7 kg	TAK	

....., DNIA .....

.....  
*(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczętką imienną)*