



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/65/2015

Sanok, dnia 23 kwietnia 2015r.

do wszystkich uczestników

SPROSTOWANIE do pisma SPZOZ/SAN/ZP/64/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/11/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ Sanok

DOTYCZY przedmiotu zamówienia

JEST

** Pytanie nr 57 - dot. zad. nr 14 - Elektrody EKG*

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, żeby elektrody do badań holterowskich miały wycięcie umożliwiające przełożenie kabla zapobiegające przesuwaniu się przewodów w trakcie badań.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga wycięcia.*

Poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje elektrod z kabelkiem czy bez. Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje elektrod bez kabelka.*

Dopuszcza wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.

MA BYĆ

** Pytanie nr 57 - dot. zad. nr 14 - Elektrody EKG*

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, żeby elektrody do badań holterowskich miały wycięcie umożliwiające przełożenie kabla zapobiegające przesuwaniu się przewodów w trakcie badań.

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga wycięcia.*

Poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje elektrod z kabelkiem czy bez.

Odpowiedź: *Zamawiający oczekuje elektrod bez kabelka.*

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowania z właściwym przeliczeniem ilości szt.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza wycenę elektrod za opakowanie do 50 szt z właściwym przeliczeniem ilości szt – dotyczy zadania nr 14, poz. 1,2,3.*

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem