



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/348/2011

Sanok, dnia 17 czerwca 2011r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej dla SPZOZ Sanok

### W związku z zapytaniem wykonawców ustalono co następuje:

#### Pytanie nr 1 - dot. SIWZ.

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za nieterminowe dostawy do 0,2% wartości niedostarczonej partii towaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie nr 2 - dot. zad. nr 7, poz. 1,2,3,4,5

a) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zestawu taką ilością pól testowych aby wystarczyły na wykonanie 500oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zestawu taką ilością pól testowych aby wystarczyły na wykonanie 500oznaczeń.

b) Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 2 test kasetkowy o wysokiej czułości i specyficzności >99% opłaszczonych przeciwciałami monoklonalnymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

c) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 opakowanie 6x5ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

d) Czy zamawiający wymaga w pozycji nr 3 surowicy ludzkiej czy zwierzęcej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji nr 3 surowicy zwierzęcej.

e) Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. nr 4 z pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

f) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 test do wykrywania hemoglobiny (krwi utajonej w kale) o czułości wynoszącej 50ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3 - dot. zad. nr 11, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. nr 3 produktu równoważnego – Viabank w opakowaniu 80szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w poz. nr 3 produktu równoważnego – Viabank w opakowaniu 80szt.

**Pytanie nr 4 - dot. zad. nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 testy w postaci krążków tabletkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5 - dot. zad. nr 22**

a) Czy Zamawiający dopuści zaferowanie dyspenserów do płytek 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

b) Czy zamawiający dopuści zaferowanie jednej pozycji krążków (temocyлина) w postaci krążków tabletkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6 - dot. zad. nr 23**

a) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 i 4 test jakościowy i ilościowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 test tylko jakościowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7 - dot. zad. nr 24**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 podłoże na płytkach o średnicy 140mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8 - dot. zad. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 6 na min. 3 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu ważności odczynników z 6 na min. 3 miesiące.

**Pytanie nr 9 - dot. zad. 20**

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji , gdy: - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o sprecyzowanie terminu związania z ofertą, gdyż siwz podaje sprzeczne informacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

W załączniku nr 1 do SIWZ formularz ofertowy jest :

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

**MA BYĆ**

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

**Pytanie nr 11 - dot. zad. nr 20**

Czy w związku z zakończeniem produkcji Master Kalibratorów do kalibracji odczynników i zastąpieniem ich Kalibratorami typu Standard Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu Kalibratorów typu Standard i dokonanie potrzebnych poprawek w nazwach w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 - Wymogów SIWZ:**

- a) Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże dla zadania 5 i 15 dostawy odczynników laboratoryjnych na kwotę min. 14 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga dla zadania nr 5 – 5 000zł natomiast dla zadania 15 – 9 000zł.

**Pytanie nr 13 - dot. zad. nr 7 – odczynniki różne II:**

- a) Prosimy o doprecyzowanie do jakiego analizatora jonoselektywnego będą zastosowane zestawy odczynnikowe z poz 4?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zestawy odczynnikowe z poz. 4 będą zastosowane do analizatora CORNING 614.

- b) Czy ze względu na inny charakter odczynników z poz 4 w stosunku do pozostałych produktów (poz 4 to odczynniki do analizatora, a pozostałe pozycje to testy manualne, co ogranicza konkurencyjność), Zamawiający wydzieli tą pozycję do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14 - dot. zad. nr 15 – Enterotesty:**

- a) Czy w poz 2, 3, 6 i 16 Zamawiający wymaga testów bezodczynnikowych, w których napełniania zbiorników reakcyjnych następuje przy zastosowaniu automatycznej pipety dozującej właściwą objętość zawiesiny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej.

- b) Czy w poz 2 i 16 Zamawiający dopuści testy zawierające 24 cechy biochemiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- c) Czy w poz 3 Zamawiający wymaga testu zawierającego 8 cech biochemicznych przeznaczonego do przesiewowego różnicowania 13 z najczęstszych, klinicznie istotnych, gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin, czy też testu zawierającego 21 cech biochemicznych przeznaczonego do identyfikacji 34 gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej.

d) Czy w poz 5 Zamawiający wymaga również wyceny niezbędnych odczynników?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny niezbędnych odczynników.

e) Czy w poz 16 Zamawiający wymaga również wyceny niezbędnego nośnika zawiesiny?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny niezbędnego nośnika zawiesiny.

f) Czy ze względu na fakt, że opisane testy wymagają zastosowania sterylnego olejku parafinowego Zamawiający powiększy zadanie o 2 op. w/w odczynnika?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zwiększenie w zadaniu o 2 op. w/w odczynnika.

**Pytanie nr 15 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje aparatów, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone na płycie CD – lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje aparatów, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie.

**Pytanie nr 16 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby katalogi, foldery, ulotki informacyjne osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 17 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31**

Załącznik nr 6 W związku z zapisami we wzorze umowy §9 ust 4 -Zamawiający może być zwolniony z płacenia kary na pisemny wniosek - czy Zamawiający wyraża zgodę na podobne warunki dla Wykonawcy poprzez zmianę zapisu w §4.3 na W przypadku przejściowego braku produktów w magazynie Wykonawcy Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2. „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18 - dot. zad. 1,2,31**

Załącznik nr 6a §4 ust4 – czy Zamawiający wyraża zgodę zna zmianę zapisu na „ Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” – zgodnie z zapisami umowy załącznik nr 6?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31**

Wzór umowy zał. nr 6 i 6a : Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dopuszczającego zmianę cen brutto oferowanych towarów w przypadku urzędowej zmiany stawek VAT i zmiana ta będzie następowała automatycznie w dniu wejścia przepisów prawnych bez konieczności wprowadzania tych zmian w formie aneksu. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do treści umowy".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 - dot. zad. 1,2,31**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na 48h?7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21 - dot. wymogów SIWZ**

Czy zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w ofercie wykazu dostaw wraz z referencjami które rozpoczęły się przed 3 laty a zakończyły się w ciągu ostatnich 3 lat co jest zgodne z

wyrokiem KIO (Sygn. akt KIO/UZP 300/10 z dnia 17 marca 2010 r.) „należy wskazać, by była ona (dostawa) w tym okresie wykonana, czyli zakończona,” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie działał zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817 w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

**Pytanie nr 22 - dot. wymogów SIWZ**

Czy zapis mówiący o przedstawieniu w ofercie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – (jeżeli jest krótszy niż 3 lata), nie może być mniejsza niż suma wymaganych wartości dostaw dla ofert częściowych (zadań) – oznacza że Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jak Wykonawca przedłoży referencje ( po jednej na każde oferowane zadanie) a suma tych referencji będzie odpowiadała sumie wymaganych wartości dostaw dla ofert częściowych?

**Odpowiedź:** Tak zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 23 - dot. wymogów SIWZ- oraz wzoru umowy**

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie zapisów dotyczących terminów ważności ( w siwz i §2 umowie jest zapis 6 miesięcy w §7 jest zapis mówiący o 8 miesiącach) jednocześnie czy Zamawiający dopuści odczynniki z następującymi terminami ważności:

\* Zadanie 1,2,16, 21 odczynniki minimum 6 miesięcy

\* Zadanie 24 poz1 1,4,10,11,13-15 – minimum 5 tygodni, poz. 2,3,12 – minimum 7 tygodni, poz. 5,8,9, minimum 8 tygodni, poz. 7 – minimum 10 tygodni.

\* Zadanie 31 odczynniki minimum 4-7 miesięcy (poz. 81 minimum 2 miesiące) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż §7 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt.

2. Wydawanie towaru następuje u Zamawiającego ( Zakład Analityki Medycznej SPZOZ SANOK ul. 800- lecia 26).

3. Wykonawca będzie dostarczony towar oznaczał na opakowaniach: nazwą wyrobu, ilością, datą ważności.

Data ważności dostarczonego towaru nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Magazynu Zakładu Analityki Medycznej, o którym mowa w pkt.2

**PONADTO**

Zamawiający dopuszcza odczynniki z następującymi terminami ważności:

\* Zadanie 1,2,16, 21 odczynniki minimum 6 miesięcy

\* Zadanie 24 poz1 1,4,10,11,13-15 – minimum 5 tygodni, poz. 2,3,12 – minimum 7 tygodni, poz. 5,8,9, minimum 8 tygodni, poz. 7 – minimum 10 tygodni.

\* Zadanie 31 odczynniki minimum 4-7 miesięcy (poz. 81 minimum 2 miesiące)

b) Załącznik nr 1– pkt 5.6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „ Gwarantujemy bezpłatny serwis – zgodnie z zaleceniami producenta przez okres trwania umowy. „,?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24 - dot. zad. 16:**

1) Czy paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą być plastikowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą być plastikowe.

2) Czy paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą pochodzić od jednego producenta?

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą pochodzić od jednego producenta.*

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie 30 sztuk w jednym opakowaniu?

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pytanie nr - dot. zad. 24:**

1) Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 13,14,15 konfekcjonowanie po 20 sztuk?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

2) Czy podłoża chromogenne muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji posiewów mikrobiologicznych?

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż podłoża chromogenne muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji posiewów mikrobiologicznych.*

**Pytanie nr - dot. zad. 31**

1) Poz. 88- Czy w rozumieniu Zamawiającego pełna automatyzacja aparatu dotyczy bezwzględnego wymogu, aby napełnianie kart, odczyt, inkubacja i usuwanie kart odbywało się w obrębie aparatu?

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w rozumieniu Zamawiającego pełna automatyzacja aparatu dotyczy bezwzględnego wymogu, aby napełnianie kart, odczyt, inkubacja i usuwanie kart odbywało się w obrębie aparatu.*

2) Poz. 93- Czy nie zaistniał błąd pisarski i Zamawiający wymaga możliwości oceny "dodatniej" butelki preinkubowanej, a nie "dodatkowej"?

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż poz. 93 w zadaniu 31 otrzymuje brzmienie:*

*„dzierżawa aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych metodą kolorometryczną (zmiana barwy sensora dla butelki preinkubowanej). Możliwość oceny **dodatniej** butelki preinkubowanej”.*

3) poz. 93 Czy w tym punkcie należy podać wartość „dzierżawy aparatu do posiewu ... „?

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż należy podać wartość „dzierżawy aparatu do posiewu ....*

**UWAGA:**

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, **należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

*Z poważaniem*