



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/348/2011

Sanok, dnia 17 czerwca 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniem wykonawców ustalono co następuje:

Pytanie nr 1 - dot. SIWZ.

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar za nieterminowe dostawy do 0,2% wartości niedostarczonej partii towaru?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - dot. zad. nr 7, poz. 1,2,3,4,5

a) Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zestawu taką ilością pól testowych aby wystarczyły na wykonanie 500oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 1 wymaga zestawu taką ilością pól testowych aby wystarczyły na wykonanie 500oznaczeń.

b) Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 2 test kasetkowy o wysokiej czułości i specyficzności >99% opłaszczonych przeciwciałami monoklonalnymi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

c) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 opakowanie 6x5ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

d) Czy zamawiający wymaga w pozycji nr 3 surowicy ludzkiej czy zwierzęcej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji nr 3 surowicy zwierzęcej.

e) Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. nr 4 z pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

f) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 test do wykrywania hemoglobiny (krwi utajonej w kale) o czułości wynoszącej 50ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dot. zad. nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. nr 3 produktu równoważnego – Viabank w opakowaniu 80szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie w poz. nr 3 produktu równoważnego – Viabank w opakowaniu 80szt.

Pytanie nr 4 - dot. zad. nr 13

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 testy w postaci krążków tabletkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dot. zad. nr 22

a) Czy Zamawiający dopuści zaferowanie dyspenserów do płytek 90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

b) Czy zamawiający dopuści zaferowanie jednej pozycji krążków (temocyлина) w postaci krążków tabletkowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 - dot. zad. nr 23

a) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 i 4 test jakościowy i półilościowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

b) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 test tylko jakościowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 - dot. zad. nr 24

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 13 podłoże na płytkach o średnicy 140mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 - dot. zad. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 6 na min. 3 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu ważności odczynników z 6 na min. 3 miesiące.

Pytanie nr 9 - dot. zad. 20

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji , gdy: - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Prosimy o sprecyzowanie terminu związania z ofertą, gdyż siwz podaje sprzeczne informacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż termin związania z ofertą wynosi 60 dni.

W załączniku nr 1 do SIWZ formularz ofertowy jest :

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

MA BYĆ

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pytanie nr 11 - dot. zad. nr 20

Czy w związku z zakończeniem produkcji Master Kalibratorów do kalibracji odczynników i zastąpieniem ich Kalibratorami typu Standard Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w postępowaniu Kalibratorów typu Standard i dokonanie potrzebnych poprawek w nazwach w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 - Wymogów SIWZ:

- a) Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże dla zadania 5 i 15 dostawy odczynników laboratoryjnych na kwotę min. 14 000 zł?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga dla zadania nr 5 – 5 000zł natomiast dla zadania 15 – 9 000zł.

Pytanie nr 13 - dot. zad. nr 7 – odczynniki różne II:

- a) Prosimy o doprecyzowanie do jakiego analizatora jonoselektywnego będą zastosowane zestawy odczynnikowe z poz 4?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zestawy odczynnikowe z poz. 4 będą zastosowane do analizatora CORNING 614.

- b) Czy ze względu na inny charakter odczynników z poz 4 w stosunku do pozostałych produktów (poz 4 to odczynniki do analizatora, a pozostałe pozycje to testy manualne, co ogranicza konkurencyjność), Zamawiający wydzieli tą pozycję do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 - dot. zad. nr 15 – Enterotesty:

- a) Czy w poz 2, 3, 6 i 16 Zamawiający wymaga testów bezodczynnikowych, w których napełniania zbiorników reakcyjnych następuje przy zastosowaniu automatycznej pipety dozującej właściwą objętość zawiesiny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej.

- b) Czy w poz 2 i 16 Zamawiający dopuści testy zawierające 24 cechy biochemiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- c) Czy w poz 3 Zamawiający wymaga testu zawierającego 8 cech biochemicznych przeznaczonego do przesiewowego różnicowania 13 z najczęstszych, klinicznie istotnych, gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin, czy też testu zawierającego 21 cech biochemicznych przeznaczonego do identyfikacji 34 gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej.

d) Czy w poz 5 Zamawiający wymaga również wyceny niezbędnych odczynników?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny niezbędnych odczynników.

e) Czy w poz 16 Zamawiający wymaga również wyceny niezbędnego nośnika zawiesiny?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny niezbędnego nośnika zawiesiny.

f) Czy ze względu na fakt, że opisane testy wymagają zastosowania sterylnego olejku parafinowego Zamawiający powiększy zadanie o 2 op. w/w odczynnika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zwiększenie w zadaniu o 2 op. w/w odczynnika.

Pytanie nr 15 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje aparatów, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone na płycie CD – lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje aparatów, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie.

Pytanie nr 16 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby katalogi, foldery, ulotki informacyjne osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31

Załącznik nr 6 W związku z zapisami we wzorze umowy §9 ust 4 -Zamawiający może być zwolniony z płacenia kary na pisemny wniosek - czy Zamawiający wyraża zgodę na podobne warunki dla Wykonawcy poprzez zmianę zapisu w §4.3 na W przypadku przejściowego braku produktów w magazynie Wykonawcy Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy odstąpić od naliczania kary umownej określonej w ust. 2. „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18 - dot. zad. 1,2,31

Załącznik nr 6a §4 ust4 – czy Zamawiający wyraża zgodę zna zmianę zapisu na „ Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” – zgodnie z zapisami umowy załącznik nr 6?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 - dot. zad. 1,2,16,21,24,31

Wzór umowy zał. nr 6 i 6a : Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dopuszczającego zmianę cen brutto oferowanych towarów w przypadku urzędowej zmiany stawek VAT i zmiana ta będzie następowała automatycznie w dniu wejścia przepisów prawnych bez konieczności wprowadzania tych zmian w formie aneksu. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do treści umowy".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 - dot. zad. 1,2,31

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na 48h?7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 - dot. wymogów SIWZ

Czy zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w ofercie wykazu dostaw wraz z referencjami które rozpoczęły się przed 3 laty a zakończyły się w ciągu ostatnich 3 lat co jest zgodne z

wyrokiem KIO (Sygn. akt KIO/UZP 300/10 z dnia 17 marca 2010 r.) „należy wskazać, by była ona (dostawa) w tym okresie wykonana, czyli zakończona,” ?

Odpowiedź: Zamawiający będzie działał zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817 w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pytanie nr 22 - dot. wymogów SIWZ

Czy zapis mówiący o przedstawieniu w ofercie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – (jeżeli jest krótszy niż 3 lata), nie może być mniejsza niż suma wymaganych wartości dostaw dla ofert częściowych (zadań) – oznacza że Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jak Wykonawca przedłoży referencje (po jednej na każde oferowane zadanie) a suma tych referencji będzie odpowiadała sumie wymaganych wartości dostaw dla ofert częściowych?

Odpowiedź: Tak zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 23 - dot. wymogów SIWZ- oraz wzoru umowy

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie zapisów dotyczących terminów ważności (w siwz i §2 umowie jest zapis 6 miesięcy w §7 jest zapis mówiący o 8 miesiącach) jednocześnie czy Zamawiający dopuści odczynniki z następującymi terminami ważności:

* Zadanie 1,2,16, 21 odczynniki minimum 6 miesięcy

* Zadanie 24 poz1 1,4,10,11,13-15 – minimum 5 tygodni, poz. 2,3,12 – minimum 7 tygodni, poz. 5,8,9, minimum 8 tygodni, poz. 7 – minimum 10 tygodni.

* Zadanie 31 odczynniki minimum 4-7 miesięcy (poz. 81 minimum 2 miesiące) ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż §7 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt.

2. Wydawanie towaru następuje u Zamawiającego (Zakład Analityki Medycznej SPZOZ SANOK ul. 800- lecia 26).

3. Wykonawca będzie dostarczony towar oznaczał na opakowaniach: nazwą wyrobu, ilością, datą ważności.

Data ważności dostarczonego towaru nie może być krótsza niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Magazynu Zakładu Analityki Medycznej, o którym mowa w pkt.2

PONADTO

Zamawiający dopuszcza odczynniki z następującymi terminami ważności:

* Zadanie 1,2,16, 21 odczynniki minimum 6 miesięcy

* Zadanie 24 poz1 1,4,10,11,13-15 – minimum 5 tygodni, poz. 2,3,12 – minimum 7 tygodni, poz. 5,8,9, minimum 8 tygodni, poz. 7 – minimum 10 tygodni.

* Zadanie 31 odczynniki minimum 4-7 miesięcy (poz. 81 minimum 2 miesiące)

b) Załącznik nr 1– pkt 5.6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „ Gwarantujemy bezpłatny serwis – zgodnie z zaleceniami producenta przez okres trwania umowy. „,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - dot. zad. 16:

1) Czy paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą być plastikowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą być plastikowe.

2) Czy paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą pochodzić od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności muszą pochodzić od jednego producenta.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konfekcjonowanie 30 sztuk w jednym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr - dot. zad. 24:

1) Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 13,14,15 konfekcjonowanie po 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2) Czy podłoża chromogenne muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji posiewów mikrobiologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż podłoża chromogenne muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej walidacji posiewów mikrobiologicznych.

Pytanie nr - dot. zad. 31

1) Poz. 88- Czy w rozumieniu Zamawiającego pełna automatyzacja aparatu dotyczy bezwzględnego wymogu, aby napełnianie kart, odczyt, inkubacja i usuwanie kart odbywało się w obrębie aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż w rozumieniu Zamawiającego pełna automatyzacja aparatu dotyczy bezwzględnego wymogu, aby napełnianie kart, odczyt, inkubacja i usuwanie kart odbywało się w obrębie aparatu.

2) Poz. 93- Czy nie zaistniał błąd pisarski i Zamawiający wymaga możliwości oceny "dodatniej" butelki preinkubowanej, a nie "dodatkowej"?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż poz. 93 w zadaniu 31 otrzymuje brzmienie:

*„dzierżawa aparatu do posiewów krwi i płynów ustrojowych metodą kolorometryczną (zmiana barwy sensora dla butelki preinkubowanej). Możliwość oceny **dodatniej** butelki preinkubowanej”.*

3) poz. 93 Czy w tym punkcie należy podać wartość „dzierżawy aparatu do posiewu ... „?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż należy podać wartość „dzierżawy aparatu do posiewu

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, **należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem