



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/132/2015

Sanok, dnia 4.08.2015r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku dla SPZOZ w Sanoku

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

*** Pytanie nr 1**

Czy w Zadaniu nr 18 poz.2 Zamawiający dopuści cewniki balonowe okluzyjne wykonane z poliuretanu (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 2**

Czy w Zadaniu nr 26 Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii w rozm. 3Fr-7Fr, z dwoma markerami cieniującymi – jeden umieszczony na dystalnym, a drugi na proksymalnym końca balonu (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości rur 1,5m oraz trzecią dodatkową rurą o długości 0,9m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 29 zestawu do kaniulacji tętnicy metoda Selinger'a o średnicy 1,2mm i długości 7,6cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 100ml cewnikową, która opcjonalnie wyposażono w jeden łącznik „luer”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA w rozmiarze 18G, 20G, 22G (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego) o długości 80mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do biopsji wątroby metodą MENGHINIEGO rozmiar 16G:

- igła biopsyjna 88mm
- ze specjalnym szlifem dla uzyskania doskonałych próbek tkanek
- cienkościenna igła dla zminimalizowania otworu po punkcji
- element zatrzymujący próbkę w igle
- zakończenie igły luer lock strzykawka aspiracyjna 10ml
- samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki
- podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia
- końcówka lock
- skalpel rozmiar E11
- igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm
- do pobierania soli fizjologicznej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

*** Pytanie nr 9**

zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr2 nierozłączalnego systemu zamkniętego do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych o parametrach:

- rozmiar cewników kodowany odpowiednim kolorem według standardu ISO
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- okrągła zastawka, automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu
- system gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylne

Odpowiedź: W zadaniu nr 6 nie ma pozycji nr. 2

*** Pytanie nr 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zbiornika o pojemności 15 ml pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o paroprzepuszczalności 850g/m²

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na folię chirurgiczną o rozmiarze 56 cm x 80cm powierzchnia klejąca 56cm x 78cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrowiec j. u. na uchwyt lampy operacyjnej o długości 80mm i szerokości 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 15**

Dotyczy zadania nr 37. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie producenta błon mammograficznych, na których Szpital obecnie pracuje.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy SIWZ

*** Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający oczekuje kalibracji sprzętu i optymalizacji ciemni w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę filmów mammograficznych i odczynników innego producenta niż obecnie używanych przez Szpital? Prosimy o określenie modeli oraz producentów sprzętu które Wykonawca będzie zobowiązany skalibrować.

Odpowiedź: Tak Zamawiający oczekuje kalibracji, sprzęt to: ITALRAY, oraz PROTEC COMP.2 Mammo

*** Pytanie nr 17**

Dotyczy zadania nr 37. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek do 10p. 100szt. z pozycji nr 1 tj. filmy do mammografii 18 x 24.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 18**

Zadanie 1 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o grubości 0,048mm oraz paro przepuszczalności 750g/m², pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 19**

Zadanie 5, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje aby w każdym pojedynczym opakowaniu poza szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, znajdował się bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 20**

Zadanie 5, poz.2

Czy Zamawiający wymaga systemu modułowego składającego się z pakowanych oddzielnie: uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania cewnika, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną oraz z kompatybilnego z nim cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr,?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

*** Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wymaga, aby port do przepłukiwania cewnika był typu luer co pozwala na wsunięcie do portu strzykawki z końcówką luer lub fiolki z solą fizjologiczną

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

*** Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwość stosowania uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych przez 7 dni była potwierdzona w instrukcji użycia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

*** Pytanie nr 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pobierania materiału do badań do odsysania (1 końcówka męska, 1 końcówka żeńska – bez cewnika) o pojemności 10 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

*** Pytanie nr 24**

Czy w przypadku zaoferowania filmów do mammografii innych niż obecnie używane przez Zamawiającego, będzie wymagał rekaliibracji aparatu mammograficznego oraz optymalizacji ciemni przez autoryzowany serwis, dokonanej na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga rekaliibracji.

*** Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o kompatybilności filmów z kasetami obecnie używanymi przez Zamawiającego, co umożliwi prawidłową współpracę w systemie kaseto-ekran-błona mammograficzna-odczynniki chemiczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompatybilności filmów z kasetami obecnie używanymi przez Zamawiającego.

*** Pytanie nr 26**

Zadanie 37 i 38

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania w zakresie pakietu 37 i 38 produktów tego samego producenta, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której zaoferowany asortyment byłby niekompatybilny, a tym samym – niezdatny do wspólnego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby produkty były kompatybilne.

*** Pytanie nr 27**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru**, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 8 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 1 ust. 1 Wykonawca przekazuje, a Zamawiający przyjmuje na bez odrębnego wynagrodzenia przechowanie sprzętu jednorazowego użytku w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 30**

Zadanie 15

Czy zamawiający dopuści „balon na przewodniku 0.18”” o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Dostępne długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 i 200 cm
- Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 mm
- Dostępne długości systemów dostarczania: 90 i 150 cm
- Ciśnienie nominalne: 8 atm.

oraz spełniające pozostałe wymagania zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 31**

Czy zamawiający dopuści „**stent montowany na balonie, przewodnik 0,035”**” o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Dostępne długości: 12, 16, 19, 29, 39 i 59 mm
 - Stent stopowy – kobaltowo chromowy
- oraz spełniający pozostałe wymagania zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 32**

Zadanie 42

Czy zamawiający dopuści „**balon do BTK**” o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Dostępne długości: 20, 40, 60, 80, 120 i 200 mm
- Dostępna długość shaftu: 90 i 150 cm
- Ciśnienie nominalne: 8 atm.

oraz spełniające pozostałe wymagania zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 33**

Paragraf 3 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni. Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą w cenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 34**

Paragraf 3 ust. 10

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu umowne odsetki za niepłacenie faktur w terminie w wysokości ustawowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 35**

Zadanie 11 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 11 załącznika nr 2 do siwz mikrocewników infuzyjnych o dostępnych długościach 135 lub 150cm, o średnicy zewnętrznej części proksymalnej 3F, kompatybilnych z przewodnikiem 0.018”, posiadających dwa markery odległe od siebie o 3cm lub jeden dystalny marker, cewniki pokrywane hydrofilnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 36**

Zadanie 15 - Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 15 załącznika nr 2 do siwz balon na przewodnik 0.035” o dostępnych średnicach 3-12mm i długościach: 20-200mm. Konfiguracje: dla średnicy 3-7mm – dł. 20-200mm; dla średnicy 20-12mm – 20-140mm. Długość shaftu: 80 i 135cm. Ciśnienie nominalne 5-10atm, RBP 8-15 atm w zależności od średnicy balonu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 37**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 40 (załącznik 2 do siwz) stentów samorozprężalnych z termiczną pamięcią kształtów wykonanych z jednego kawałka nitinolu wyciętego laserowo. Długość systemu wprowadzającego w zakresach: 75-80cm i 120-125cm. Średnica zestawu wprowadzającego maks 6F; średnica kanału wewnętrznego 0.035”. Dostępne konfiguracje: dla średnic 6, 7, 8, 9, 10mm, długość 20-140mm, dla średnicy 12mm długość 40-120mm, dla średnic 14mm długość 40-80mm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 38**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 zadania 40 (załącznik 2 do siwz) cewników diagnostycznych o średnicy 4-6F na przewodnik 0.035", dostępne różne końcówki (w tym z otworami 4-12 otworami bocznymi) i długości w zakresie 65-125cm. Ciśnienie 1200psi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 39**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 zadania 40 (załącznik 2 do siwz) koszulek interwencyjnych z zastawką i dilatatorem prostych i zagiętych o średnicy 6-7F, długości 45-55cm, w tym koszulek kontralateralnych o długości 40cm. Dobra widoczność w skopii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 40**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapisy umowy zostały zmienione tak, aby **§ 3 punkt 2 miał brzmienie:**

§ 3

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w określonym umową terminie Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości **0,2%** wartości towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka ta nie może trwać dłużej niż 5 dni.

Po upływie wyżej określonego 5 - cio dniowego terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku obciążając Wykonawcę różnicą kosztów, zachowując prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 41**

Zadanie nr 28 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bipolarne elektrody koagulacyjne, proste dł. 16,0 cm, końcówka 2mm tępa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 42**

Zadanie nr 28 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel łączący do elektrod bipolarnych dł. 4m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 43**

Paragraf 3 ust.4 Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 44**

Paragraf 8 ust.1 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: Zapłata należności za dostarczony towar będący przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę VAT, przelewem na wskazane konto w terminie 60dni od daty wystawienia faktur.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pepowiny mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 46**

Zadanie nr 17 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do angiografii śr. 0,038” o parametrach:

- bez skrzydełek,
- końcówka umożliwiająca nakłucie tętnicy w trudnych warunkach – końcówka igły wykonana w technologii dwustronnego ostrzenia
- ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (twarde blizny po wielokrotnych nakłuciach, miejsca po krwiakach, zwapnieniach)
- kompatybilna z przewodnikiem 0,035” do 0,038”
- światło wewnętrzne igły 18G, długość 7 cm
- kąt ścięcia końcówki igły 16 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.