

Zadanie 1 – Zestaw monitorujący pacjenta podczas transportu

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw monitorujący pacjenta podczas transportu	kpl.	1						
Razem:									

.....,dnia

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/15/2013

DANE OGÓLNE

NAZWA.....
TYP/ MODELNA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI..... ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 1 - Zestaw monitorujący pacjenta podczas transportu – 1 komplet

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I	MONITOR – 2 szt	TAK	
1.	Ekran kolorowy	TAK	
2.	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)	TAK	
3.	Przekątna ekranu min. 8.4”	TAK	
4.	Rozdzielczość ekranu co najmniej 800x600	TAK	
5.	Wyświetlanie min. 4 krzywych na ekranie	TAK	
6.	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów	TAK	
7.	Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwane przy pomocy pokrętła i dedykowanych przycisków	TAK	
II.	MONITOROWANIE		
1.	Ekg/Resp - jednoczesne wyświetlanie dwóch odprowadzeń EKG - pomiar respiracji z elektrod EKG, możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu - pomiar odchylenia odcinka z 7 odprowadzeń jednocześnie	TAK	

2.	NIBP - pomiar ręczny i automatyczny - wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich - funkcja pomocy przy nakłuciu żyły	TAK	
3.	SpO2/Pleth - wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych	TAK	
4.	Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów poszczególnych parametrów	TAK	
5.	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów	TAK	
6.	Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów na podstawie ich bieżących wartości	TAK	
7.	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów	TAK	
8.	Sygnalizowanie alarmów technicznych	TAK	
III.	AKCESORIA x 2		
1.	Przewód EKG pacjenta 3, 5 – odprowadzeniowy	TAK	
2.	Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych, , przewód połączeniowy do mankietów	TAK	
3.	Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci	TAK	
IV.	INNE PARAMETRY		
1.	Trendy tabelaryczne min. 120 godz.	TAK	
2.	Trendy graficzne min. 120 godz.	TAK	
3.	Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania minitrendów obok odpowiednich krzywych dynamicznych	TAK	
4.	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe min. 2 h pracy na akumulatorze	TAK	
5.	Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy urządzenia	TAK	
6.	Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora	TAK	
7.	Ciężar kardiomonitora z akumulatorem poniżej 3 kg	TAK	
8.	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1	TAK	
9.	Możliwość uaktualniania oprogramowania	TAK	
10.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK	
11.	Statyw na kółkach z koszykiem na akcesoria	TAK	

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, parametr oferowany”

Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy wymagany przez Zamawiającego parametr.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

.....dnia.....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczęcią imienną)