



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/354/ 2011

Sanok, dnia 6.07.2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/17/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Sanoku.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy

*** Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 30**

Czy Zamawiający dopuści również pokrowiec sterylny na kabel z taśmą przyklepną o wymiarach szerokość 13 i długość 235 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr36**

Czy Zamawiający dopuści również osłonę na aparat RTG z ramieniem C o wymiarach 104x230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 36**

Czy Zamawiający dopuści również osłonę na aparat RTG z ramieniem C o wymiarach 107x226 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający w zadaniu 13 poz. 2 „Szczoteczka cytologiczna(...)” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby szczoteczki spełniały wymogi Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

*** Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający w zadaniu 13 poz. 2 „Szczoteczka cytologiczna(...)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia/ Centralny Ośrodek Koordynujący), zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 13 poz. 2 „Szczoteczka cytologiczna (...)” do odrębnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 47**

Zwracamy się z uprzejmą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 47 tasiemek silikonowych w pdp. Nr 1 o wymiarach 1,5mm x 45cm, pakowanych po 2 szt. w jednej saszetce i w związku z tym zamianę oczekiwanych ilości sztuk na 100, oraz w pdp. Nr 2 o wymiarach :2,5mm x 90cm pakowanych pojedynczo w kolorach żółtym i niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 15**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikami moczowodowymi (pozycja 1-a), b), c)) i cewników moczowodowych śródoperacyjnych (pozycja 3-a), b), c), d)) o średnicach pętli 2 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 61**

Czy Zamawiający w p. 2 w załączniku nr 2 „Formularz cenowy przedmiotu zamówienia” dopuści kabel do elektrody neutralnej o długości 4m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 61**

Czy Zamawiający w p. 87 w załączniku nr 2 „Formularz cenowy przedmiotu zamówienia” dopuści kabel monopolarny o dł. 4m (kompatybilny z osprzętem endoskopowym firmy Karl Storz)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 61**

Czy Zamawiający w p.9 w załączniku nr „Formularz cenowy przedmiotu zamówienia” dopuści Kabel do resektoskopu Karl Storz dł. 3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 26 pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bipolarną rozm. 19-19,5 cm/1mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 61 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody neutralnej 1x użytku o dł. 4,5m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 61 poz. 3a**

Czy Zamawiający dopuści bipolarne elektrody koagulacyjne, dł. 16Cm, końcówka 2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 61 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kabel łączący do elektrod bipolarny dł. 4,5m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 50**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 50 wymaga, aby rurki posiadały samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Selingera?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i miał na myśli setony jałowe? Czy można zaoferować setony 4 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. a), b), c) setony jałowe 4 warstwowe, natomiast w poz. d) podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

Jeśli nie, czy można zaoferować setony niejaołowe pakowane w zbiorcze kartoniki: 2m x 1cm a'200, 2 x 2 cm a'120, 2mx 5cm a'68?

Odpowiedź: jw.

*** Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 16 poz. 3**

Czy Zamawiający miał na myśli serwetę włókninową? Czy wobec tego można zaoferować serwetę włókninową o wymiarach a)45x80cm, b)80x90cm, c) 160x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli serwety operacyjne z gazy 17-nitkowej.

*** Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 30 poz. 1**

Czy można zaoferować jałową foliową osłonę na przewody urządzeń medycznych z kolorową taśmą samoprzylepną oraz kartonikiem z wycięciami, który ułatwia mocowanie na urządzeniu, o wymiarach 15x250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 36 poz. 1**

Czy można zaoferować jałową osłonę foliową o rozmiarach 183x105 cm złożoną harmonijkową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pkt.1 a) siatki przepuklinowej o wymiarach 10 x16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z Zadania nr 45 pozycji nr 2 lub wyrazi zgodę na złożenie oferty na pozycje w tym zadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 45 pozycji nr 2 siatek o grubości 0,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 55**

Czy można zaoferować zestaw z serwetą włókninowo-foliową 3-warstwową o wymiarach 130x90cm zamiast 120x90cm oraz 75x90cm w miejsce 80x90cm? Pozostałe elementy bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 62**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zawierające takie ftalany, które w rękawiczce są dopuszczalne (DINP), a nie zawierające szkodliwych ftalanów DEHP (DOP)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 – dotyczy zadania nr 38**

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję dopuści system równoważny do opisanego w SIWZ, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy niezbędnej ilości kanistrów i mocowników? Jednocześnie proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że system posiada zawór odcinający źródło ssania ułatwiający szybką wymianę wkładu oraz króciec obrotowy o zmiennej średnicy dzięki czemu można zastosować różne średnice drenów bez konieczności użycia łączników. Stanowisk będzie 35, stanowisko powinno posiadać stojak, pojemnik wielorazowy przystosowany do dezynfekcji, aspirator rozlanych płynów, uchwyt do drenów.

*** Pytanie nr 29 – dotyczy zadania nr 38**

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 30 – dotyczy zadania nr 38**

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 31 – dotyczy zadania nr 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 20 woreczków ekstrakcyjnych, jednorazowych, poliuretanowych o średnicy 10,16cm i długości 12,70cm z elastyczną, metalową obręczą i trzonem średnicy 10mm, samorozprężalny 215 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 32 – dotyczy zadania nr 21**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w zadaniu 21 igły insuflacyjnej VERESSA w rozmiarze 13G x 120mm, reszta parametrów zgodna ze SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 33 – dotyczy zadania nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na kabel w rozmiarze 13 x 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 34 – dotyczy zadania nr 51 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia uniwersalnego o gramaturze 54g/m² o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm,

- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145cm,
- 2 samoprzylepna serwety operacyjne 75 x 90 cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm,
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 35 – dotyczy zadania nr 51 poz.2,3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS składającej się z 4 warstw polipropylenowych. Środkowe warstw mikrowłókien stanowią pewną, selektywną barierę dla mikroorganizmów, krwi i innych płynów. Fartuchy wykonane z włókniny SMMS są bardziej miękkie, lżejsze oraz posiadają wyższą przepuszczalność powietrza niż konwencjonalne materiały.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 36 – dotyczy zadania nr 51 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartuchów chirurgicznych o gramaturze 40 g/m² zaopatrzone w 2 etykiety samoprzylepne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 37 – dotyczy zadania nr 51 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania fartuchów chirurgicznych o gramaturze 40g/m² w części wzmocnionej 78g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 38 – dotyczy zadania nr 51 poz 4-5,11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania obłożeń operacyjnych spełniających wymagania normy PN-EN 13795 1,2,3 obowiązującej na terenie Unii Europejskiej wykonanych z:

poz. 4 – laminatu trójwarstwowego o gramaturze 74 g/m² wodoszczelność >200 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro > 200 kPa o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm
- 1 serweta do nakrycia stolica Mayo 80 x 145cm
- 1 serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 serweta operacyjna 150 x 200 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm
- 1 serweta z wycięciem „U” (6,5 x 95 cm) 200 x 260 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

poz. 5 – laminatu trójwarstwowego o gramaturze 74 g/m² wodoszczelności > 200 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro > 200 kPa o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna (pod nogę) 150 x 175 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Serweta posiada samouszczelniające się elastyczne otwory Ø 6 cm i Ø 5 cm 200 x 320 cm
- 1 rurka drenowa 130 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

poz. 11 - laminatu trójwarstwowego o gramaturze 74 g/m² wodoszczelności > 200 cm H₂O wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro > 200 k Pa o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, samoprzylepnym oknem oraz uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów 260 x 315 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 39 – dotyczy zadania nr 51 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 40 – dotyczy zadania nr 51 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończyne w rozmiarze 25 x 80 cm z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 10 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 41 – dotyczy zadania nr 51 poz. 6, 9-10,12**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 51 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 42 – dotyczy zadania nr 55 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 55 z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania zestawu do porodu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy Protect 150 x 100 cm
- 6 ręczników celulozowych 33 x 33 cm
- 2 biała serweta chłonna dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 serwety nieprzylepne Protect 45 x 75 cm
- 20 kompresów Medicomp 10 x 10 cm
- 1 nieprzemakalny podkład z wysokochłonnej, rozdrobnionej celulozy, Molinea Plus 57 x 90 cm
- 1 tamponTelasling rozmiar 6

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 43 – dotyczy projektu umowy**

§ 3, UST. 2- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. "Rażąco wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Książkowski, *Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym*, PiP 1970, z. 3-4, s. 520).

Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., [IV CK 522/03](#), OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., [IV CK 522/03](#), OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., [IV CSK 89/05](#), OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980 r., [I CR 229/80](#), OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007 r., [IV CSK 181/07](#), OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem "rażącego wygórowania" mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

- § 3 ust. 2 do kwoty 0,2%,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 44 – dotyczy zadania nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o rozmiarze 6F/15cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 45 – dotyczy zadania nr 6 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o rozmiarze 8F/20cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 46 – dotyczy zadania nr 6 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o rozmiarze 5F/10cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 47 – dotyczy zadania nr 6 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o rozmiarze 7F/15cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 48 – dotyczy zadania nr 6 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o rozmiarze 5F/10cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 49 – dotyczy zadania nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 120mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 50 – dotyczy zadania nr 9 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści igły do wkluć pp 18G o długości 75mm, 19G o długości 90mm, 20G o długości 75mm, 21G o długości 90mm, 22G o długości 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 51 – dotyczy zadania nr 9 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 90mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 52 – dotyczy zadania nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylne? Pragnę nadmienić, że Państwa zgoda nie spowoduje zawyżenia oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 53 – dotyczy zadania nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 54 – dotyczy zadania nr 45 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje siatki o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje siatki 45 +/- 1g/m²

*** Pytanie nr 55 – dotyczy zadania nr 46 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 56 – dotyczy zadania nr 46 poz. 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawek z kontrastującym tłokiem.

*** Pytanie nr 57 – dotyczy zadania nr 51 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych duży o składzie: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmoniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łątą chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łątą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 240cm Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łątą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 58 – dotyczy zadania nr 51 poz. 2,3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMS o gramaturze 45g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 59 – dotyczy zadania nr 51 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra o składzie: 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym.

80x30cm i 2oma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187kPa.

Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym 35 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 60 – dotyczy zadania nr 51 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samo uszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przyklepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 61 – dotyczy zadania nr 51 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 62 – dotyczy zadania nr 51 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści osłonę 30x80 cm, z taśmą 10x50cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 63 – dotyczy zadania nr 51 poz. 9,10**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki pakowane a 25szt., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 64 – dotyczy zadania nr 51 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego SPECIAL o składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm

1x serweta na stół MAYO 80 x 140cm

1x serweta ZR 200 x 320cm z folią operacyjną i torebką na płyny, otwór z folią 25 x 30cm

1x chłonny ręcznik dla noworodka

1x Uchwyt Velcro przyklepny 2 x 22 cm

1x taśma przyklepna 10 x 50cm

1 x Fartuch Standard L

3x Fartuch Standard XL

10x Serwet gazowy 45x45cm 4w z RTG i tas.

20x Tupfer gazowy 30x30cm

4x Ręcznik do rąk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 65 – dotyczy zadania nr 57 poz. 1**

Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe strzykawki posiadało opis w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

*** Pytanie nr 66 – dotyczy zadania nr 57 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z logiem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

*** Pytanie nr 67 – dotyczy zadania nr 57 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek z kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 68 – dotyczy zadania nr 59 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z dyszą standardową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 69 – dotyczy zadania nr 62 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe nie zawierające DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 70 – dotyczy zadania nr 62 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN 455 badaniami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 71 – dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający ma na myśli wymiennik ciepła i wilgoci z wbudowaną komorą rozproszania tlenu i samo domykającym się portem uszczelniającym umożliwiającym proste atramacyjne dla pacjenta odsysania z automatyczną zamykającą się zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

*** Pytanie nr 72 – dotyczy zadania nr 2**

Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać dwie membrany nawilżające dające gwarancję, że podawany tlen jest odpowiednio nawilżony i ogrzany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

*** Pytanie nr 73 – dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje, aby filtry miały na obwodzie naniesione wartości min. i max. objętości oddechowej VT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

*** Pytanie nr 74 – dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje, aby rurki intubacyjne były skalowane co 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 75 – dotyczy zadania nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje aby rurka była wyposażona w mleczy zdemontowany łącznik?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 76 – dotyczy zadania nr 32**

Czy Zamawiający oczekuje aby regulacja rurki była płynna czy skokowa?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje regulacji płynnej nie mniej dopuszcza skokową.

*** Pytanie nr 77 – dotyczy zadania nr 57**

Czy strzykawki mają posiadać na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, co pozwala na właściwy wybór i kontrolę ustawienia menu pompy. Pragniemy nadmienić, światowi producenci strzykawek produkują ww. produkty o tej samej pojemności z przeznaczeniem do różnego typu pomp (które podlegają różnym ustawieniom w menu pompy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

*** Pytanie nr 78 – dotyczy zadania nr 57**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe o pojemności 20 ml. (op. 80szt)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

*** Pytanie nr 79 – dotyczy zadania nr 57**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe o pojemności 20 ml (op. 120 szt)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

*** Pytanie nr 80 – dotyczy zadania nr 59**

Czy nebulizator ma rozбивać cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów (średnio 2,7 μm), co stanowi wielkość najbardziej optymalną do wnikania do tchawicy i oskrzeli? Nadmieniamy, że cząsteczki o większym rozmiarze mogą osadzać się wyżej tzn. w okolicach gardła i krtani pacjenta przez co zmniejszać się może skuteczność podawania leku.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje nebulizatora który tak będzie rozбивał cząsteczki leku aby wniknęły jak najgłębiej w drzewo oskrzelowe.

*** Pytanie nr 81 – dotyczy zadania nr 59**

Czy nebulizator ma pracować z taką samą wydajnością w każdej pozycji (0-90°) antyprzelewowa konstrukcja o pojemności min. 6 ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby nebulizator pracował z wydajnością określoną w pytaniu, dopuszcza się skalowanie co 2 ml.

*** Pytanie nr 82 – dotyczy zadania nr 62**

Czy Zamawiający oczekuje aby informacja o braku DOP w rękawiczkach była umieszczona na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje informacji na opakowaniu lub innym dokumencie .

*** Pytanie nr 83 – dotyczy zadania nr 51 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z trójwarstwowego laminatu w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm,

1 x serweta na stół Mayo 75 x 141 cm,

2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna

4 x ręcznik chłonny 9,5 x 24 cm

1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5 x 15 cm

1 x serweta dolna 196 x 200 cm przylepna

1 x serweta górna 160 x 260 cm przylepna spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 84 – dotyczy zadania nr 51 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladek z torbą na płyny w rozmiarach 96,5 x 118 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 85 – dotyczy zadania nr 26 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania Elektrody bipolarnej rozmiar 195mm, 1 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaofiarowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem