



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

Sanok, dnia 05.04.2013r.

SPZOZ/SAN/ZP/70/2013

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/19/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz dzierżawę sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy**

#### **\* Pytanie nr 1 - dot. zad.7**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający pokrętło do regulacji podciśnienia

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **\* Pytanie nr 2 - dot. zad.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak bez elektronicznego systemu wyłączającego pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania? Oferowane urządzenie posiada budowę, która nie pozwala na samoczynną zmianę regulacji siły ssania czy też podciśnienia. Zmian tych może dokonywać jedynie człowiek przy pomocy pokrętła do regulacji

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **\* Pytanie nr 3 - dot. zad.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak elektryczny którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 30 l/min ?

Nadmieniamy iż nasz ssak posiada możliwość precyzyjnego doboru wydajności ssania co pozwala na dostosowania siły ssania do potrzeb personelu medycznego w tym także na poziomie 20 l/min.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **\* Pytanie nr 4 - dot. zad.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak którego czas pracy na zasilaniu akumulatorowym wynosi co najmniej 65 min?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **UWAGA!!!**

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.