załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Podgrzewacz krwi oraz płynów infuzyjnych

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Podgrzewacz krwi oraz płynów infuzyjnych	szt	1						
							Razem:		

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI.....ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 2 – Podgrzewacz krwi oraz płynów infuzyjnych

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I	Urządzenie do podgrzewania krwi, preparatów krwiopochodnych, płynów infuzyjnych, płynów do wlewu dożylnego oraz wykorzystywanych do przemywania [fabrycznie nowy, oznakowanie CE]	TAK	
1.	Producent	Podać	
2.	Model/Typ	Podać	
3.	Rok produkcji	Podać	
4.	Urządzenie do pracy ciągłej	TAK	
5.	System zapewniający „suche grzanie” – bez udziału wody	TAK	
6.	Możliwość mocowania zarówno za pomocą uchwytu do stojaków kropłowek o różnych średnicach jak i ramienia łóżka oraz możliwość zawieszenia za pomoca paska	TAK, podać	
7.	Regulacja temperatury	36 – 39°C	
8.	Czytelny wyświetlacz umożliwiający kontrolę temperatury	TAK	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
9.	Czas podgrzewania	max. 2 min	
10.	Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 42 ^{o}C	TAK	
11.	Przepływ	1 – 20 ml/min	
12.	Współpraca ze standardowymi przyrządami produkcji krajowej i zagranicznej	śr. 4,1 – 5,0 mm	
13.	Wymiary urządzenia	max 110x55x265 mm	
14.	Masa urządzenia	max 1 kg	
15.	Zasilanie 230V, 50/60 Hz	TAK	
16.	Pobór mocy	max 120 W	
17.	Klasa ochronności min. I,BF,IPX2	TAK	
18.	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK	

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY" wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, parametr oferowany"

Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy wymagany przez Zamawiającego parametr.

<u>Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów</u>

.....dnia.....

.....
(podpis osoby osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)