załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2013 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Laryngoskop światłowodowy wraz z kompletem łyżek.

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena jednost netto	Cena jednostk brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent
1	Laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek	szt	1						
							Razem:		

.....,dnia .....

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2013

DANE OGÓLNE
NAZWA.....
TYP/ MODEL .....NA KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI.....ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI.....
KRAJ PRODUKCJI..... WYKONAWCA /PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYMAGANYCH

Zadanie 1 – Laryngoskop światłowodowy wraz z kompletem łyżek.

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Laryngoskop światłowodowy składający sie z 3 łyżek krzywych w rozmiarze 2,3,4 i rękojeści bateryjnej na baterie R-14	TAK	
2	Łyżki Macintosh o długościach roboczych 2-95mm, 3-110mm, 4-130mm z tolerancja +/- 2mm	TAK	
3	Łyżki o budowie modułowej z wymiennym światłowodem	TAK	
4	Światłowód jednoelementowy o średnicy 5mm stabilizowany zatrzaskiem kulkowym	TAK	
5	Prosty sposób montażu i demontażu światłowodu bez użycia dodatkowych narzędzi (wkrętak, klucz)	TAK	
6	Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni, bez elementów z tworzych sztucznych	TAK	
7	Możliwość sterylizacji w autoklawie – cykl 5 minutowy, temperatura 134°C, możliwość mycia w myjkach – dezynfektorach do 65°C . Wytrzymałość powyżej 1000 cykli sterylizacji, przy zachowaniu minimum 50% przewodności światłowodu	TAK	

Lp.	Parametr / warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
8	Łyżki stabilne dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron	TAK	
9	Trwałe laserowe oznaczenie typu i rozmiaru na korpusie łyżki i na światłowodzie	TAK	
10	Rękojeść o średnicy 28mm, radełkowana dla pewnego uchwytu	TAK	
11	Żarówka ksenonowa o mocy minimum 2,2W gwintowana, zabezpieczona przed samoistnym wykręceniem się	TAK	
12	Stalowa odporna na ścieranie, tulejka włącznik wokół żarówki	TAK	
13	Rękojeśći i łyżki wykonane w tzw „zielonym standardzie" zgodnie z normą ISO 7376	TAK	
14	Całość w sztywnym etui zabezpieczającym.	TAK	
15	Gwarancja 24 miesiące.	TAK	

W przypadku, gdy w rubryce „PARAMETR WYMAGANY" wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „, parametr oferowany"

Każda inna zostanie uznana za NIE, co spowoduje odrzucenie oferty.

Należy potwierdzić przez zaznaczenie w opisie technicznym oferowanego sprzętu, każdy wymagany przez Zamawiającego parametr.

<u>Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów</u>

.....dnia.....

.....
(podpis osoby osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)