

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/2011- dot. zadania nr 1.1

DANE OGÓLNE

NAZWA

TYP/ MODEL.....NR KATALOGOWY.....

ROK PRODUKCJI ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI

KRAJ PRODUKCJIWYKONAWCA/PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Centrala podglądowa (stanowiska centralnego nadzoru) – 1 szt.

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ / OPISAĆ
1	Możliwość pokazania aktualnie monitorowanych stanowisk pacjentów. Wyposażona w min. 2 ekrany typu LCD-TFT, kolorowy, min. 19". Rozdzielczość wyświetlania min. 1280x1024.	TAK/opisać	
2	Monitory podglądowe zainstalowane w pokoju lekarskim wyświetlające z centrali stan monitorowanych pacjentów.	TAK/opisać	

....., DNIA

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)