

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/2011- dot. zadania nr 4.2

DANE OGÓLNE

NAZWA

TYP/ MODEL.....NR KATALOGOWY.....

ROK PRODUKCJI ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI

KRAJ PRODUKCJIWYKONAWCA/PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Holter Ciśnienia Krwi (centrala + 4 rejestratory) – 1 szt.

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ / OPISAĆ
1	Zestaw komputerowy: wysokiej klasy komputer (procesor min. Intel Core 2 Duo E5700, RAM 2 GB, HDD 500 GB, nagrywarka DVD, czytnik kart pamięci all-in-one, monitor min. 19" drukarka laserowa monochromatyczna, zasilacz UPS, biurko komputerowe	TAK	
2	Pomiar i rejestrację ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz częstotliwości rytmu serca	TAK	
3	Możliwość podziału doby na podokresy pomiarowe z pomiarami co 10, 15, 30, 45, 60, 90 min	TAK	
4	Analiza statystyczna wyników badania	TAK	
5	Zakres mierzonego ciśnienia 25 - 260 mmHg z dokładnością ± 3 mmHg	TAK/podać	
6	Czas trwania rejestracji do 48h, do 250 pomiarów	TAK/podać	
7	Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia	TAK	
8	Pomiar na żądanie	TAK	
9	Graficzną i tabelaryczną prezentację wyników pomiarów	TAK	
10	Zasilanie 2 akumulatorki typu AA 1,2V	TAK	
11	Waga do 300g	TAK/podać	
12	Połączenie z komputerem : kabel USB	TAK	
13	Wymiary kompaktowe maksymalnie 130 x 70 x 33 mm	TAK/podać	

....., DNIA

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętką imienną)