

Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/2011- dot. zadania nr 12

DANE OGÓLNE

NAZWA

.....
TYP/ MODEL.....NR KATALOGOWY.....
ROK PRODUKCJI ROK WPROWADZENIA DO PRODUKCJI
KRAJ PRODUKCJIWYKONAWCA/PRODUCENT.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH
MYJNIA – DEZYNFEKTOR do kaczek i basenów - 2 szt.

Lp.	Parametry wymagane	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia	Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ / OPISAĆ
1.	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.	Tak	
2.	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90°C.	Tak (podać)	
3.	Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – 5÷7 min.	Tak (podać)	
4.	Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 130 cm,	Tak (podać)	
5.	Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną.	Tak	
6.	Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.	Tak (opis)	
7.	Wbudowana pompa detergentu i pompa środka zmiękczającego wodę.	Tak	
8.	Zamykana na klucz szafka do umieszczania 2 szt. pojemników o pojemności 5 litrów wewnątrz urządzenia.	Tak	
9.	Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej).	Tak	
10.	Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – do 3 kW.	Tak (podać)	
11.	Wypożone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.	Tak	
12.	Pojemność minimalna: – jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” – lub 1 „kaczka” – lub 1 „basen”	Tak (opis)	
13.	Mikroprocesorowe sterowni i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.	Tak (opis)	
14.	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.	Tak (opis)	
15.	Automatyczny przebieg procesu.	Tak (opis)	
16.	Możliwość podłączenia sterownika mikroprocesorowego	Tak (opis)	

	płuczki-dezynfektora do komputera PC.		
17.	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.	Tak (opis)	
18.	Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.	Tak (opis)	
19.	Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji.	Tak	
20.	Wyposażenie dla każdego urządzenia: - kaczki, wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt., - baseny z pokrywkami, wykonane z tworzywa sztucznego – 5 szt., - płyn zmiękczaący wodę – opakowanie 5 l – 1 szt., - detergent myjący - opakowanie 5 l – 1 szt.,	Tak	

Oświadczam/-y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

....., DNIA

.....
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczętą imienną)