

SPZOZ/SAN/ZP/293/2011

Sanok, dnia 28 kwietnia 2011r.

**do wszystkich uczestników postępowania**

**dot. postępowania nr SPZOZ/PN/21/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii w ramach zadania „Modernizacja SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia” zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.02.00-18-009/09-00, w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013**

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

***Pytanie nr 1 – dot. zad. 3***

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator nowej generacji o przekątnej ekranu 10,4cala wyposażony w unikatowy tryb inteligentnej wentylacji ASV?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

***\* Pytanie nr 2 – dot. zad. 3***

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator obrazujący wszystkie wymagane krzywe z jednoczesnym obrazowaniem dwóch, co pozwala na lepszą i dokładniejszą analizę ich przebiegu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

***\* Pytanie nr 3 – dot. defibrylatora***

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości rozbudowy go o pomiar CO2?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

***\* Pytanie nr 4- dot. defibrylatora***

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator, który opcje wyboru wyświetlanego EKG ma na panelu urządzenia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

***\* Pytanie nr 5 - dot. defibrylatora***

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator, którego czas ładowania do energii maksymalnej wynosi poniżej 6 sek?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*



**\* Pytanie nr 6 - dot. pompy strzykawkowe - pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową bez klawiatury numerycznej? Pompa obsługiwana jest za pomocą czytelnych przycisków funkcyjnych i numerycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 7- dot. pompy strzykawkowe - pkt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy infuzyjnej z szybkością dozowania 0,1-1100ml/h?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 8 - dot. pompy strzykawkowe - pkt. 14**

Czy Zamawiający dopuści pompę bez wewnętrznej listy leków?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 9 - dot. pompy strzykawkowe - pkt. 23**

Czy Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym 9h, przy przepływie 5ml/h?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 10 – dot. zad. 12- myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 12 - myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów – urządzenie z temperaturą dezynfekcji termicznej 80-85°C.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 11- dot. zad. 12- myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 12 - myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów – urządzenie, którego czas procesu płukania dezynfekcji dla standardowego programu do basenów wynosi 12-15min.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 12 - dot. zad. 12- myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający może wyjaśnić, co rozumie pod pojęciem „wodą ciepłą i zimną – surową nie uzdatnioną?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż powyższe sformułowanie oznacza wodę z publicznej sieci wodociągowej.

**\* Pytanie nr 13 - dot. zad. 12- myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 12 - myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów – urządzenie, którego mycie i dezynfekcje przedmiotów odbywa się za pomocą 9 dysz natryskowych w tym 1 obrotowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 14 - dot. zad. 12- myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 12 - myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów – urządzenie, której para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze nie jest podawana za pomocą dysz myjących lecz osobnym ujściem pary?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 15 - dot. zad. 12 - myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści w zad. 12 - myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów – urządzenie, które nie posiada możliwości suszenia wsadu po procesie płukania i dezynfekcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wydłuży okres wykonania zamówienia do 6 tyg.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**\* Pytanie nr 17 – dot. zad. nr 12- myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną pompą do detergentu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 18 – dot. zad. nr 12 - myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które ze względu na posiadanie jednej pompy posiada miejsce na 1 pojemnik 5L w obrębie urządzenia w niezamykanej szafce.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 19 – dot. zad. nr 12 - myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane 3\*230V 6kW lub 3\*230V 9kW lub 230V 6kV?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 20 - dot. zad. nr 12 - myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które nie posiada możliwości podłączenia do komputera PC.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 21 - dot. zad. nr 12 - myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające mycie i dezynfekcję za pomocą 1 głowicy i 2 dysz?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 22 - dot. zad. nr 12 - myjnia - dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego ostatnim etapem każdego cyklu jest chłodzenie zamiast suszenia? W przypadku myjni do kaczek i basenów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 23- dot. zad. nr 12 - myjnia – dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyposażeniem:

- kaczki, wykonane z tworzywa sztucznego – 5szt
- baseny z pokrywkami, wykonane z tworzywa sztucznego – 5szt
- detergent myjący – opakowanie 5L – 1szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 24 – dot. zad. 11 - kozetka**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z kątem uniesienia podglówka:  $-80^{\circ} + 45^{\circ}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**\* Pytanie nr 25 - dot. zad. 11 - kozetka**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z kątem uniesienia podglówka:  $0^{\circ} + 40^{\circ}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 26 - dot. zad. 11 - kozetka**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z kątem uniesienia podglówka:  $-30^{\circ} + 30^{\circ}$  ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 27 – dot. zad. 11 – parawan na kółkach 2 skrzydłowy**

Czy Zamawiający dopuści parawan na kółkach 3 skrzydłowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 28 - dot. zad. 11 – parawan na kółkach 2 skrzydłowy**

Czy zamawiający dopuści parawan o wymiarach min. 1340x1640mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 29 – dot. zad. 11 – ssak elektryczny**

Czy Zamawiający dopuści ssak z maksymalnym podciśnieniem – od 0-90kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 30 – dot. zad. nr 4 – Holter EKG oraz Holter ciśnienia krwi.**

Wątpliwości podlega zakres częstotliwości, który w SIWZ wynosi 0,05-100Hz(-3dB). Holtery, które mamy do zaoferowania spełniają wszystkie warunki za wyjątkiem zakresu częstotliwości, który w przypadku naszego urządzenia wynosi 0,05-60Hz (-3dB). Z naszego rozeznania wynika, że na rynku nie ma Holtera spełniającego wszystkie warunki specyfikacji o zakresie do 100Hz. Proszę o sprawdzenie tych parametrów ze szczegółowym opisem urządzenia podanym przez producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż należy zaoferować holter o zakresie częstotliwości od 0,05-60Hz (-3dB)

**\* Pytanie nr 31 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość rozbudowy o tryb umożliwiający automatyczne przełączenie się między dwoma trybami wentylacji w żądanych przez Użytkownika godzinach z jednoczesną regulacją jasności ekranu oraz głośność alarmów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**\* Pytanie nr 32 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość pracy zarówno w systemie jedno – jak i dwururowym z kontrolowaną ciśnieniowo zastawką wydechową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.

**\* Pytanie nr 33 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym oraz SpO2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.



**\* Pytanie nr 34 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość eksportu danych trendów oraz ustawień wentylacji oraz ekranu poprzez nośnik pamięci USB?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 35 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość konfiguracji trzech poziomów dostępu do ustawień respiratora?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 36 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by respirator posiadał możliwość zasilania w O2 z koncentratora butli oraz instalacji centralnej?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 37 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający będzie wymagał by poziom głośności turbiny powietrznej wbudowanej w respiratorze nie przekraczał 35dB przy maksymalnych ustawieniach parametrów wentylacji?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 38 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator ze zautomatyzowanymi ustawieniami parametrów wentylacji w zależności od aktualnych ustawień dla danego pacjenta przy wentylacji bezdechu? Punkt 19

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 39 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z kompresorem zintegrowanym jako podstawa jezdna? Pkt 7

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 40 – dot. zad. 3 respirator**

Czy Zamawiający wymaga by bateria na 45 min. podtrzymywała również pracę kompresora? Pkt 7

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga.*

**\* Pytanie nr 41 – dot. zad.2 – defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy, którego czas ładowania do energii 200J wynosi max 4s a do energii 360J poniżej 7s?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*

**\* Pytanie nr 42 – dot. zad. 2 – defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy, którego zakres pomiaru tętna to 20-300 uderzeń/minutę?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza.*



**\* Pytanie nr 43 – dot. zad. 2 – defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy, bez możliwości rozbudowy o moduł EtCO<sub>2</sub>?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 44 – dot. zad. 2 – defibrylator**

Czy Zamawiający wydłuży okres wykonania zamówienia do 6 tyg.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**\* Pytanie nr 45 – dot. zad. 2 - defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze bez akumulatorów 7,4kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 46 – dot. zad. 2 - defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru tętna od 18 do 300ud/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 47 – dot. zad. 2 - defibrylator**

Czy zamawiający dopuści defibrylator bez wydruków automatycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 48 – dot. zad. 2 - defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości wydruku 12 godzinnych trendów monitorowanych parametrów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 49 – dot. zad. 11- ssak elektryczny**

Czy zamawiający dopuści ssak elektryczny z maksymalnym przepływem 45l/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 50 – dot. zad. 11- ssak elektryczny**

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z maksymalnym podciśnieniem 93kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 51 – dot. zad. 11- ssak elektryczny**

Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej 12kg (21 kg z podstawą jezdnią)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 52 – dot. zad. 11.4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „parawan na kółkach 2 skrzydłowy” o wymiarach: 165cm x 134cm (wys. x szer)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 53 – dot. zad. 11.4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „parawan na kółkach 2 skrzydłowy” wykonany z rur stalowych chromowanych, w którym każde skrzydło wyposażone jest w dwa kółka i jedna stopkę?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.



**\* Pytanie nr 54 – dot. zad. 11.4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „parawan na kółkach 2 skrzydłowych” o wymiarach 180cm x 120cm (wys. x szer)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 55 – dot. zad. 11.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „stolik zabiegowy” wykonany z kształtownika stalowego pokrytego lakierem proszkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 56 – dot. zad. 11.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „stolik zabiegowy” wykonany ze stali kwasoodpornej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 57 – dot. zad. 11.7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „stolik zabiegowy” wyposażony w uchylne miski chromowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 58 – dot. zad. 11.8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „kozetkę”, w której kąt uniesienia podglówka realizowany jest w zakresie +/-30° ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 59 – dot. zad. 11.8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania „kozetkę”, w której kąt uniesienia podglówka realizowany jest w zakresie od - 80° do +45° ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 60 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 45 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**\* Pytanie nr 61 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza łóżka z długością całkowitą 2180mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 62 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z szerokością przy całkowicie opuszczanych jak i podniesionych barierkach 960mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 63 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wysokością minimalną 395mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**\* Pytanie nr 64 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z wysokością maksymalną 820mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**\* Pytanie nr 65 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe lub odejmowaną?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 66 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka bez funkcji autokonturu – funkcja ta występuje tylko w łóżkach z napędem elektrycznym i polega na jednoczesnej regulacji segmentu uda i segmentu oparcia pleców.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 67 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z barierkami pojedynczymi nieporuszającymi się wraz z segmentami leża wzdłuż leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 68 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z barierami i szczytami metalowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 69 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z czołem szuflady i drzwiczek z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**\* Pytanie nr 70 – dot. zad. 5 – łóżka szpitalne, szafki**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki z blatami z płyty meblowej lub HPL?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem