



SPZOZ/SAN/ZP/299/2011

Sanok, dnia 9 maja 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania nr SPZOZ/PN/21/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii w ramach zadania „Modernizacja SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia” zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.02.00-18-009/09-00, w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

***Sprostowanie do pisma SPZOZ/SAN/ZP/297/2011 z dnia 6 maja 2011r.
(dotyczy pytania nr 60 – 2.pkt.4)***

BYŁO

*** Pytanie nr 60 – dot. zad. nr 7.1 - Bieżnia**

1. **Pkt.1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni z prędkością taśmy regulowaną w zakresie 0-20 km/h, z regulacją prędkości co 0,1 km/h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. **Pkt.4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni, bez możliwości przeprowadzenia na niej „6- minutowego testu marszu”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. **Pkt.8.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni, w której długość użytkowa pasa bieżni wynosi 1300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. **Pkt.9.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni o wymiarach 2000x830x1250mm (DxSxW)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

MA BYĆ

*** Pytanie nr 60 – dot. zad. nr 7.1 - Bieżnia**

1. **Pkt.1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni z prędkością taśmy regulowaną w zakresie 0-20 km/h, z regulacją prędkości co 0,1 km/h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. **Pkt.4.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni, bez możliwości przeprowadzenia na niej „6- minutowego testu marszu”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



3. **Pkt.8.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżnię, w której długość użytkowa pasa bieżni wynosi 1300 mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

4. **Pkt.9.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżnię o wymiarach 2000x830x1250mm (DxSxW)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

5. **Pkt.10.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżnię o obciążalności do 150 kg?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Sprostowanie do pisma SPZOZ/SAN/ZP/293/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
(dotyczy pytania nr 25)**

BYŁO

Pytanie nr 25 - dot. zad. 11 - kozetka

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z kątem uniesienia podglówka: $0_0 + 40_0$?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

MA BYĆ

Pytanie nr 25 - dot. zad. 11 - kozetka

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z kątem uniesienia podglówka: $0_0 + 40_0$?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem