



SPZOZ/SAN/ZP/301/2011

Sanok, dnia 11 maja 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania nr SPZOZ/PN/21/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii w ramach zadania „Modernizacja SPZOZ w Sanoku – alokacja Oddziału Kardiologii – profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia” zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPK.05.02.00-18-009/09-00, w ramach projektu unijnego Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

**Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi do pytań :**

***wszędzie gdzie Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania i***

**JEST**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**MA BYĆ**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ łącznie z udzielonymi w odpowiedziach dopuszczeniami

*Sprostowanie do pisma SPZOZ/SAN/ZP/297/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.  
(dotyczy pytania nr 59 – 11.8 – kozetka)*

**JEST**

***\* Pytanie nr 59 – dot. zad. 11.8***

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania „kozetkę”, w której kat uniesienia podglówka realizowany jest w zakresie od - 80° do +45° ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**MA BYĆ**

***\* Pytanie nr 59 – dot. zad. 11.8***

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania „kozetkę”, w której kat uniesienia podglówka realizowany jest w zakresie od - 80° do +45° ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**Sprostowanie do pisma SPZOZ/SAN/ZP/297/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.  
(dotyczy pytania nr 40 – 4 (4.1 – holter EKG))**

**JEST**

**\* Pytanie nr 40 – dot. zad. 4 (4.1 – Holter EKG)**

1. Czy zamawiający dopuści oprogramowanie Holtera EKG bez analizy HRT

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pod pojęciem oprogramowanie Holtera EKG do analizy bezdechu nocnego będzie wymagał równoległej analizy danych z 2 kanałów EKG i kanału do saturacji SpO<sub>2</sub>?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia iż pod pojęciem oprogramowanie Holtera EKG do analizy bezdechu nocnego będzie wymagał równoległej analizy danych z 2 kanałów EKG i kanału do saturacji SpO<sub>2</sub>.

3. Czy Zamawiający dopuści rejestrator Holterowski EKG 3/12 kanałów o wym. 12x7x2,5cm o wadze 240g – gotowy do pracy, zasilany 2 baterie/ akumulatorki AA.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści rejestrator Holterowski EKG 3 kanałowy o wym. 8,6x6,0x2,0cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**MA BYĆ**

**\* Pytanie nr 40 – dot. zad. 4 (4.1 – Holter EKG)**

1. Czy zamawiający dopuści oprogramowanie Holtera EKG bez analizy HRT

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pod pojęciem oprogramowanie Holtera EKG do analizy bezdechu nocnego będzie wymagał równoległej analizy danych z 2 kanałów EKG i kanału do saturacji SpO<sub>2</sub>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza analizę bezdechu z 2 kanałów EKG i kanału saturacji przy dostarczeniu niezbędnego sprzętu umożliwiającego wykonanie analizy bezdechu dla każdego oferowanego modelu.

3. Czy Zamawiający dopuści rejestrator Holterowski EKG 3/12 kanałów o wym. 12x7x2,5cm o wadze 240g – gotowy do pracy, zasilany 2 baterie/ akumulatorki AA.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści rejestrator Holterowski EKG 3 kanałowy o wym. 8,6x6,0x2,0cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**UWAGA:**

*Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaofferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.*

*Z poważaniem*