



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/109/2015

Sanok, dnia 12 czerwca 2015r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/21/2015 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego *na dostawę nici chirurgicznych* dla potrzeb SPZOZ w Sanoku.

SPROSTOWANIE

do pisma SPZOZ/SAN/ZP/109/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.

dot. pytanie nr 10 (poz. 7), pyt. 11 (poz. 10), pyt. 16 (poz. 22,23)

JEST * Pytanie nr 10 – dot. zad. 1 (1.2)

6. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wykonany z poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) podtrzymujący tkankę 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia, wchłaniający się do 180 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 65 mm oraz dł. nici 240 cm na pętli, lub z igłą 48 mm i nicią 150 cm na pętli, pod warunkiem zachowania składu nici z pytania nr 5 dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. 3,4,6,7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamanie i odkształcenia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

MA BYĆ * Pytanie nr 10 – dot. zad. 1 (1.2)

6. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wykonany z poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu) podtrzymujący tkankę 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech tygodniach i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia, wchłaniający się do 180 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 65 mm oraz dł. nici 240 cm na pętli, lub z igłą 48 mm i nicią 150 cm na pętli, pod warunkiem zachowania składu nici **z pytania nr 6** dotyczącego tego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. 3,4,6,7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamanie i odkształcenia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

JEST * Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 1 (1.3)

9. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wchłaniający, wykonany z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i węglanu trimetylenu (26%), podtrzymujący tkankę 75% po 2 tyg. 40% po 3 tyg. wchłaniający się do 110 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamanie i odkształcenia) pod warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

MA BYĆ * Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 1 (1.3)

9. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny, wchłaniający, wykonany z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i węglanu trimetylenu (26%), podtrzymujący tkankę 75% po 2 tyg. 40% po 3 tyg. wchłaniający się do 110 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą typu Surgalloy (stop stali odporny na złamanie i odkształcenia) pod warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 9?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

JEST * Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 3 (3.1)

21. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wykonany z wchłaniającego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) o okresie podtrzymania rany 7 – 10 dni, wchłaniający się między 40-50 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 90 cm z igłą okrągłą przyostrzoną, pod warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, pod warunkiem zachowania parametrów nici z pytania 20?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

MA BYĆ * Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 3 (3.1)

21. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wykonany z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) o okresie podtrzymania rany 7 – 10 dni, wchłaniający się między 40-50 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 90 cm z igłą okrągłą przyostrzoną, pod warunkiem zachowania parametrów nici **z pytania 21?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, pod warunkiem zachowania parametrów nici **z pytania 21?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem