



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 80

tel./fax +48 13

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy

ul. Trembeckiego 11 a 35-500

NIP 687-16-40-438 REGON 141000000

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy

SPZOZ/SAN/ZP/246/2011

Sanok, dnia 1 marca 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/22/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratora z własnym źródłem powietrza oraz videogastroskopu z monitorem medycznym - dla SPZOZ w Sanoku.

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

Pytanie 1

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, punkt 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie istniejącego zapisu następującym:

„ Czas reakcji serwisu od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) – 5 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, punkt 3 oraz 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia oraz granicznego czasu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu;

„ Minimalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego podzespołu/elementu powodująca wymianę podzespołu/elementu na nowy – 3 naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach i funkcjonalności podczas serwisowania sprzętu medycznego trwającego dłużej niż 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usług serwisowych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy (dostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy po 5 naprawach tego samego istotnego elementu”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Serwis pogwarancyjny – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2 oraz 3 (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoka w usunięciu wad przedmiotu)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%?

Jednocześnie wnioskujemy o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłaszanie reklamacji wyłącznie w formie pisemnej (fax) oraz na zwiększenie czasu na rozpatrzenie reklamacji z 3 dni na 7 dni roboczych od dnia poddania urządzenia ekspertyzie w autoryzowanym serwisie w celu oceny zasadności reklamacji (dostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 12 miesięcy gwarancji na oferowany sprzęt z możliwością jego nieodpłatnego ubezpieczenia na kolejnych 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: Pytanie nie jest związane z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 12 - pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o kątach wygięcia końcówki góra/dół 210°/90°, prawo/lewo 100°/100°?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w komplecie (na własność szpitala) własnego procesora obrazu pracującego w systemie HD kompatybilnego z oferowanym wideogastroskopem i monitorem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o długości sondy wzornikowej 1100 mm? Obecny zapis wskazuje na aparat tylko jednej firmy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego o kontraście 450:1?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 – dot. zad. nr 1, punkt 27

Czy dopuszczają Państwo respirator, który nie posiada oprogramowania w j. polskim ale dostępne są inne języki takie jak np. j. Angielski? Język angielski jest językiem obecnie dosyć popularnym i używanym powszechnie w naszym kraju a prawdę mówiąc wszystkie skróty i parametry dotyczące wentylacji są z j. angielskiego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 – dot. zad. nr 1-*** pkt. 15,16**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez trybów PSV/T i PSV T?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 18**

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez automatycznych „triggerów”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 19**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez możliwości pracy w 4 trybach z programowaną objętością wydechową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 25**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z awaryjnym zasilaniem z akumulatora wewnętrznego przez 4h pracy w pełnym zakresie funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 28**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator o wadze wraz ze zintegrowanym akumulatorem i turbiną powietrzną 8,5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 – dot. zad. nr 2

*** pkt. 5**

Prosimy o dopuszczenie videogastroskopu firmy Olympus o parametrach odchyleń końcówki Góra 210stopni/Dół 90stopni; Lewo 100stopni/Prawo 100stopni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 6**

Prosimy o dopuszczenie videogastroskopu z 4 przyciskami na głowicy. Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 7**

Prosimy o dopuszczenie videogastroskoipu kompatybilnego z posiadanym przez pracownię zestawem Olympus serii 145

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 11**

Prosimy o dopuszczenie rozdzielczości monitora UXGA [1600x200@60Hz](#) o przekątnej 21,3 cala. Jest to typ monitora medycznego zaprojektowany specjalnie do zastosowań w medycynie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** pkt. 15** Prosimy o dopuszczenie monitora z kątem obserwacji +/- 85 stopni wyposażonego w specjalny system pokrycia matrycy tzw. antyreflex.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem