



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003

SPZOZ/SAN/ZP/131/2015

Sanok, dnia 23.07.2015r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/26/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku - powtórka

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

*** Pytanie nr 1**

Prosimy o informację czy w Pakiecie nr 1 przy aparatach do znieczulenia firmy Datex Ohmeda znajdują się również monitory. Jeśli tak, prosimy o ich dopisanie wraz z pełnymi nazwami.

Odpowiedź: Aparat do znieczuleń Excel 2010SE – monitor Covidocap 5nr FBUD 01826, Eastivia 5 PM 9000 BX748750QIOX Mindry 2607, Eastivia 5 IPM – 9800 DMA003385 Mindry 2010

*** Pytanie nr 2**

Prosimy o harmonogram przeglądów aparatów do znieczulenia firmy Datex Ohmeda Pakiet1.

Odpowiedź: Zamawiający nie ustalił harmonogramu przeglądów. Przeglądy wykonywane są na zasadzie zgłoszenia.

*** Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie harmonogramu przeglądów aparatów USG w pakiecie 25 oraz 26.

Odpowiedź: Zamawiający nie ustalił harmonogramu przeglądów. Przeglądy wykonywane są na zasadzie zgłoszenia.

*** Pytanie nr 4**

Prosimy o wydzielenie z pakietu numer 2 aparatu do znieczulania WATO EX -65 producenta Mindray.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zamierza wykonać przegląd urządzeń, do których nie są już produkowane części zamienne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*** Pytanie nr 6 - dot. zadania nr 28 poz. 6**

Prosimy o podanie modelu i numeru seryjnego wózka?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z zadania nr 28 poz. 6

*** Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przegląd endoskopów, ze względu na przyjęte procedury techniczne wynikające z dokumentacji technicznej producenta, został wykonany w siedzibie serwisu wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem przesłania sprzętu zamiennego.

*** Pytanie nr 8 - dot. wzoru umowy par.5, pkt.2**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów dotyczących „3 miesięcznej gwarancji na pozostałe usługi”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem przeglądu.

*** Pytanie nr 9**

Ponieważ Zamawiający tylko zaleca (nie wymaga) załączenie do oferty parafowanego projektu umowy w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może nie załączać do oferty parafowanego wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem zaleca nie wymaga.

*** Pytanie nr 10**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary odpowiedni z 5% na 2% i z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

*** Pytanie nr 11**

Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Nie

*** Pytanie nr 12**

Prosimy o bardziej precyzyjne określenie ilości narzędzi chirurgicznych, wchodzących w skład zadania 11.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilości kompletów narzędzi – było 60 kompletów jest 80 sztuk narzędzi.

*** Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie zakresu umowy dla pakietów nr 19 i 26, tylko z samych czynności przeglądowo konserwacyjnych, także na usługi naprawcze – nielimitowane usługi: dojazdu do/od siedziby Zamawiającego, diagnostykę oraz usługi naprawcze z wyłączeniem części zamiennych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający w celu dochowania należytej staranności i zabezpieczenia własnych interesów wyrazi zgodę na uzupełnienie par.6 wzoru umowy następującym zapisem: „ Zamawiający zastrzega sobie prawo, do sprawdzenia jakości wykonania usługi i części zamiennych, poprzez wykwalifikowany personel producenta aparatu lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku każdego, tak stwierdzonego nienależytego wykonania usługi Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% wynagrodzenia umownego określonego w umowie. Naliczenie powyższej kary umownej, nie wyklucza dodatkowych roszczeń i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne oraz rozwiązania umowy z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

*** Pytanie nr 15**

W celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projekt przyszłej umowy w zakresie zapisów par.5 ust.1:

1. W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości:

-2 % opłaty za czynności przeglądowo – konserwacyjne / walidację, testy techniczne określone w par.1 pkt.1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu.

- 5% opłaty za roczne czynności przeglądowo – konserwacyjnych określone w par.1 pkt.1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 16**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2 ust.2:

„Przeglądy wykonywane są w terminiedni (max 7 dni) od daty zgłoszenia przeglądu przez Zamawiającego w ramach opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne. Fakt wykonania czynności przeglądowych wykonawca wpisuje w paszport techniczny znajdujący się przy każdym aparacie oraz wystawia kartę wykonania przeglądu technicznego”

zapisem:

„Przeglądy wykonywane są w terminiedni (max 14 dni) od daty zgłoszenia przeglądu przez Zamawiającego w ramach opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne. Fakt wykonania czynności przeglądowych wykonawca wpisuje w paszport techniczny znajdujący się przy każdym aparacie oraz wystawia kartę wykonania przeglądu technicznego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

*** Pytanie nr 17**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2 ust.2:

„Przeglądy wykonywane są w terminiedni (max 7 dni) od daty zgłoszenia przeglądu przez Zamawiającego w ramach opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne. Fakt wykonania czynności przeglądowych wykonawca wpisuje w paszport techniczny znajdujący się przy każdym aparacie oraz wystawia kartę wykonania przeglądu technicznego”

zapisem:

„Przeglądy wykonywane są w terminiedni (max 14 dni roboczych) od daty zgłoszenia przeglądu przez

Zamawiającego w ramach opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne. Fakt wykonania czynności przeglądowych wykonawca wpisuje w paszport techniczny znajdujący się przy każdym aparacie oraz wystawia kartę wykonania przeglądu technicznego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

*** Pytanie nr 18**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.1:

„Opłata za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 uwzględniająca koszty dojazdu, części eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu, delegację serwisanta, jest płatna przez Zamawiającego w terminie 60 dni licząc od wystawienia faktury przez Wykonawcę po wykonaniu czynności przeglądowo konserwacyjnych oraz przedłożeniu dokumentacji (...).”

zapisem:

„Opłata za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 uwzględniająca koszty dojazdu, części eksploatacyjnych **wymaganych przez producenta** do przeprowadzenia przeglądu, delegację serwisanta, jest płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od wystawienia faktury przez Wykonawcę po wykonaniu czynności przeglądowo konserwacyjnych oraz przedłożeniu dokumentacji (...).”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 19**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.1:

„Opłata za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 uwzględniająca koszty dojazdu, części eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu, delegację serwisanta, jest płatna przez Zamawiającego w terminie 60 dni licząc od wystawienia faktury przez Wykonawcę po wykonaniu czynności przeglądowo konserwacyjnych oraz przedłożeniu dokumentacji (...).”

zapisem:

„Opłata za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 uwzględniająca koszty dojazdu, części eksploatacyjnych **wymaganych przez producenta** do przeprowadzenia przeglądu, delegację serwisanta, jest płatna przez Zamawiającego w terminie 60 dni licząc od wystawienia faktury przez Wykonawcę po wykonaniu czynności przeglądowo konserwacyjnych oraz przedłożeniu dokumentacji (...).”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 20**

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.4:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen przez okres obowiązywania umowy. Wysokość rocznej opłaty za czynności przeglądowo- konserwacyjne może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia ilości sprzętu objętego umową to jest w przypadku kasacji sprzętu, trwałego wycofania z użytkowania. O takiej zmianie Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony w terminie do 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności”

zapisem:

„Wykonawca gwarantuje stałość cen **netto** przez okres obowiązywania umowy. Wysokość rocznej opłaty za czynności przeglądowo- konserwacyjne może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia ilości sprzętu objętego umową to jest w przypadku kasacji sprzętu, trwałego wycofania z użytkowania. O takiej zmianie Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony w terminie do 30 dni od zaistnienia ww. okoliczności”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 21**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.3:

„Faktura płatna jest w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego”

zapisem:

„Faktura płatna jest w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 22**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §5 ust.1:

„W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości :

- 5% opłaty za czynności przeglądowo-konserwacyjne/ walidację, testy techniczne określone w § 1 pkt. 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu.

zapisem:

„W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości :

- 2% opłaty za czynności przeglądowo-konserwacyjne/ walidację, testy techniczne określone w § 1 pkt. 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 23**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §5 ust.1:

„W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości :

- 10% opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjnych określone w § 1 pkt. 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu”

zapisem:

„W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości :

- 5% opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjnych określone w § 1 pkt. 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 15 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

*** Pytanie nr 24**

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Z poważaniem

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.