



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/150/2013

Sanok, dnia 26 czerwca 2013r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia.

*** Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 1 – zakup defibrylatora z kardiowersją**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie energii defibrylacji w trybie AED od 500 do 360 J?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w zintegrowane łyżki wielorazowe dla dzieci i dorosłych oraz elektrody jednorazowe dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który przeprowadza automatyczny test przy każdym uruchomieniu urządzenia oraz zgodnie z ustawieniami fabrycznymi raz na dobę, lecz bez możliwości zaprogramowania tych testów przez Użytkownika? Użytkownik ma możliwość wykonania dodatkowo testu manualnie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru akcji serca od 30 do 300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości pomiaru respiracji? Do tego typu zabiegów służą inne wyspecjalizowane urządzenia, typu kardiomonitor. Podstawowym zadaniem defibrylatora jest bezpośrednie ratowanie życia. Toteż wymaganie parametru pomiaru respiracji nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i stanowi jedynie sztuczną blokadę parametrów innych czołowych producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego masa wraz z oprzyrządowaniem nie przekracza 8,85 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 2 – dot. zadania nr 3 – zakup ssaka elektrycznego**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 0-90 l/min ? Nadmieniamy, iż nasz ssak posiada możliwość precyzyjnego doboru wydajności ssania co pozwala na dostosowania siły ssania do potrzeb personelu medycznego w tym także na poziomie 60 l/min. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy ciągłej na sali operacyjnej, którego waga nie przekracza 24,50 kg, z podstawą jezdną umieszczoną na czterech kółkach umożliwiającą płynne i szybkie przemieszczanie ssaka? Ze względu na w pełni mobilną podstawę jezdną, waga w/w ssaka nie ma znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Proponowane rozwiązanie zapewnia komfort pracy przy długotrwałych zabiegach, dwa koła podstawy jezdnej wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą przypadkowe, niekontrolowane przesunięcie ssaka a podstawa jezdna cechuje się wysoką funkcjonalnością i mobilnością.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 3 – dot. zadania nr 3 – ssak elektryczny – pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający 2 butle o pojemności 3 litrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 4 – dot. zadania nr 3 – ssak elektryczny – pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalny przepływ 80l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 5 – dot. zadania nr 3 – ssak elektryczny – pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalny przepływ 35l/min?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 6 – dot. zadania nr 3 – ssak elektryczny – pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalne podciśnienie 90kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 7 – dot. zadania nr 3 – ssak elektryczny – pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalne podciśnienie 96kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 8 – dot. zadania nr 3 – ssak elektryczny – pkt.**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający głośność do 65dB?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 9 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze 7,1 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 10 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z ekranem LCD o przekątnej 5,8 cala z możliwością wyświetlania dwóch krzywych dynamicznych? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 11 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z zakresem energii defibrylacji od 2 do 360J energii dwufazowej? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 12 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z energią defibrylacji dwufazowej w trybie AED od 150 do 360JJ. Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 13 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta, który posiada łyżki twarde z których można ustawić tylko ładowanie i wyładowanie? Pozostałe funkcje są dostępne z panelu głównego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

*** Pytanie nr 14 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym 2 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 15 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta, którego czas ładowania akumulatora od 0 do 100% wynosi maksymalnie 4 godziny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 16 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z zakresem monitorowania rytmu serca od 20 do 300 B/min? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 17 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta bez możliwości pomiaru respiracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 18 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta, którego masa wraz z łyżkami defibrylacyjnymi wynosi 6,46 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 19 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby w trybie AED defibrylator był wyposażony w algorytm wykrywający artefakty ruchowe, chroniąc w ten sposób pacjenta przed błędną interpretacją rytmu EKG? Jest to rozwiązanie standardowe w defibrylatorze z trybem AED.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.*

*** Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wymaga aby codzienny autotest był wykonywany również z trybu pracy akumulatorowej bez dostępu do zasilania 230V?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

*** Pytanie nr 21 – dot. zadania nr 1, Lp. 2:**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 640x480 pixeli?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 22 – dot. zadania nr 1, Lp. 6:**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearą (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej ?

Opatentowana w 2000 roku fala dwufazowa ZOLL Rectilinear Biphasic (RLB) charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skutecznością defibrylacji i kardiowersji, co zostało potwierdzone w Wytycznych 2005/ 2010 Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji, cyt: „Brakuje dowodów naukowych na potwierdzenie tezy, że jeden rodzaj dwufazowej fali czy defibrylatora jest skuteczniejszy niż inny. ... Energia pierwszego wyładowania impulsu dwufazowego nie powinna być niższa niż 120 J dla fali RLB i 150 J dla fali BTE. Optymalnie pierwsza wartość energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150 J dla wszystkich rodzajów fal” („Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej” Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 36).

Niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa została w pełni zaakceptowana w opublikowanych w listopadzie 2010 r. Międzynarodowych Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Zalecenia zawarte w w/w Wytycznych odwołują się do Wytycznych 2005 określających protokół defibrylacji dwufazowej w sposób następujący, cyt.:

„Gdy potwierdzone zostanie VF/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie (150-200J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych). Jeśli natomiast utrzymuje się VF/VT wykonaj drugie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) ...Gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenalinę i natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) i powrót do BLS...”, (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 51).

Tak więc Wytyczne nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J, podają natomiast dopuszczalny zakres energii defibrylacji mieszczący się w przedziale od 150 do 360 J. Najnowszewytyczne 2010 podtrzymują sformułowania zawarte w Wytycznych 2005 nie wprowadzając zmian w zakresie zalecanych poziomów energii defibrylacji dwufazowej.

Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie jak Philips, Schiller, ZOLL a także Corpuls, Cardio Aid, Reanibex. Wymóg specyfikacji w obecnej postaci promuje starszą technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń

najnowocześniejszych, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadających wszelkie dopuszczenia do stosowania w działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 23 – dot. zadania nr 1, Lp. 7:**

Czy Zamawiający dopuści nieskoenergetyczny defibrylator dwufazowy marki ZOLL z czasem ładowania do pierwszego zalecanego poziomu energii defibrylacji do 5 sekund, przy czym czas ładowania do energii maksymalnej 200 J nie przekracza 7 sekund?

Różnica czasu ładowania nie ma żadnego znaczenia klinicznego, tym bardziej, że w proponowanym defibrylatorze marki ZOLL czas ładowania do zalecanego pierwszego zalecanego przez producenta oraz wskazanego w Wytycznych 2010 dla fali dwufazowej ZOLL RLB poziomu energii defibrylacji 120 J wynosi max. 5 sekund, zaś do energii maksymalnej 7 sekund.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 24 – dot. zadania nr 1, Lp. 10**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie 50 do 200J?

Nieskoenergetyczne defibrylatory dwufazowe wykorzystujące impuls ZOLL RLB zapewniają skuteczną defibrylację przy obniżonych poziomach energii.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 25 – dot. zadania nr 1, Lp. 11:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z programowaniem przez użytkownika wartości energii dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią do 200 J ?

Nieskoenergetyczne defibrylatory dwufazowe wykorzystujące impuls ZOLL RLB zapewniają skuteczną defibrylację przy obniżonych poziomach energii.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

*** Pytanie nr 26 – dot. zadania nr 1, Lp. 13:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający bezpieczne rozładowanie energii poprzez zmianę poziomu energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz płycie czołowej aparatu ?

Rozładowanie energii za pomocą wydzielonego na defibrylatorze przycisku implikuje działania niezgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa obsługi defibrylatorów, które nie dopuszczają manipulacji łyżkami defibrylacyjnymi w trakcie obsługi aparatu (szczególnie po naładowaniu kondensatora). Bezpieczne rozładowanie energii za pomocą elementów sterujących na łyżkach umożliwia pełną obsługę defibrylatora w trakcie interwencji bez konieczności zabronionego w wytycznych odkładania łyżek lub zapięcia łyżek w gniazdach aparatu.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

*** Pytanie nr 27 – dot. zadania nr 1, Ad Lp. 19:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji przezskórnej w technologii ZOLL NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA ? Skuteczność stymulacji zewnętrznej jest uwarunkowana nie tylko wartością prądu stymulacji lecz także parametrami impulsu stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji (niższe amplitudy prądu zapewniające skuteczną stymulację)

w porównaniu z innymi technologiami wykorzystującymi m.in. impulsy trapezoidalne o szerokości 5 lub 20 ms. Zapewnienie skutecznej stymulacji niższym prądem ma istotne znaczenie dla pacjenta, redukuje bowiem niekorzystne efekty uboczne stymulacji zewnętrznej (oparzenia skóry, stymulację mięśni). Ponadto większa rozdzielczość regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 28 – dot. zadania nr 1, Lp. 23:**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z możliwością wydruku 2 krzywych w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 29 – dot. zadania nr 1, Lp. 29, 30:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający 240 minut monitorowania lub 100 defibrylacji z maksymalną energią przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 4 godzin ?

W warunkach szpitalnych defibrylator jest stale podłączony do sieci zasilającej, co w rzeczywistości zapewnia doładowanie akumulatora (po interwencji) do pełnej pojemności w czasie znacznie krótszym od wymaganego w SIWZ. Ponadto różnica w czasie ładowania nie ma żadnego znaczenia klinicznego, tym bardziej, że proponowane rozwiązanie zapewnia znacząco dłuższy czas monitorowania przy zasilaniu akumulatorowym, wobec czego ewentualność całkowitego rozładowania akumulatora jest ograniczona do minimum.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 30 – dot. zadania nr 1, Lp. 33:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z manualną i automatyczną regulacją wzmocnienia sygnału EKG na 5 poziomach w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV ?

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów i wystarczający dla poprawnego wyświetlenia zapisu EKG przy wielkości ekranu stosowanej w defibrylatorach. Wartości wzmocnienia spoza tego zakresu w praktyce nie są wykorzystywane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 31 – dot. zadania nr 1, Lp. 34:**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator bez możliwości pomiaru respiracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 32 – dot. zadania nr 1, Lp. 35:**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie z akumulatorem i łyżkami 6,9 kg ?

Niewielka różnica wagi aparatu nie ma żadnego znaczenia użytkowego ani klinicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 33 – dot. zadania nr 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnień klatki piersiowej w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Najnowsze Wytyczne 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej podkreślają znaczenie prawidłowego prowadzenia uciśnień klatki piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia, cyt: „Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość wykonywania uciśnień klatki piersiowej. Celem powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnień na minutę.Podczas resuscytacji

krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania urządzeń pozwalających na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania i poprawy jakości wykonywania RKO ..”; Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych Resuscytacji, Wytyczne ERC; Polska Rada Resuscytacji, www.prc.krakow.pl. Nowoczesne defibrylatory wiodących producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania i wspomagania resuscytacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

*** Pytanie nr 34 – dot. zadania nr 2 – warunki gwarancji, zał 6, pkt. 2,8**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu świadczenia usług serwisowych w siedzibie Kupującego. Prosimy o dopuszczenie świadczenia usług serwisowych w siedzibie Wykonawcy po przesłaniu asortymentu do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*** Pytanie nr 35 – dot. zad. nr 1 - Defibrylator z kardiowersją oraz stymulacją zew. serca**
pkt. 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający kolorowy ekran LCD typu TFT o przekątnej 6,5”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 6

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający defibrylację ręczną w zakresie energii od 1 do 200 J z zalecaną energią defibrylacji dla osoby dorosłej 150 J?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 10

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający defibrylację w trybie AED z energią nominalną 150 J w przypadku osób dorosłych oraz 50 J w przypadku niemowląt/dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 11

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator nieposiadający funkcji programowania przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 200 J i większą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 14

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający ustawianie wartości energii defibrylacji za pomocą pokrętła na panelu czołowym, natomiast funkcja ładowania i wstrząsu realizowana jest za pomocą przycisków umieszczonych na tyłkach defibrylacyjnych lub na panelu czołowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 19

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający w trybie stymulacji zewnętrznej nieinwazyjnej ustawienie natężenia prądu stymulacji w zakresie od 10 do 200mA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 24

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator nieposiadający funkcji programowania automatycznie wykonywanych testów nie wymagających włączenia defibrylatora?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

pkt. 28

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez funkcji wyświetlania czasu pracy urządzenia zasilanego akumulatorami?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

pkt. 29

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania 175 defibrylacji z maksymalną energią 200 J z całkowicie naładowanego akumulatora?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

pkt. 32

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości serca w zakresie od 16 do 300 bpm?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

pkt. 34

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator nieposiadający funkcji pomiaru respiracji?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

pkt. 37

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o masie 7,9 kg obejmującej defibrylator z akumulatorem, rolkę papieru, wielofunkcyjny kabel defibrylacyjny oraz zewnętrzneżyłki defibrylacyjne?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Z poważaniem