



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/296/2011

Sanok, dnia 2 maja 2011r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/38/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy.

*** Pytanie nr 1 - dot. zad. nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki 2ml posiadały skalę co 0,1ml, strzykawki 5ml oraz 10ml posiadały skalę co 0,2ml, natomiast strzykawki 20ml posiadały skalę co 0,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak wyżej.

*** Pytanie nr 2 - dot. zad. nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowania a 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż należy zaoferować 1000 opakowań a nie 1000szt.

JEST

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	j.m.	ilość
1	Igła iniekcyjna j.u. (op. 100szt) 1,2 x 40mm		szt	1 000

MA BYĆ

Lp	Nazwa	Nazwa handlowa produktu oferowanego	j.m.	ilość
1	Igła iniekcyjna j.u. (op. 100szt) 1,2 x 40mm		opak	1 000

*** Pytanie nr 3 - dot. zad. nr 1- testy**

Czy Zamawiający warunkuje konieczność taśm koloru niebieskiego w pozycjach 3,4,5 i czy można zaoferować taśmy o innym kolorze np. jasne?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż taśmy ze wskaźnikiem w poz. nr 3 należy zaoferować w kolorze jasnym, natomiast taśmy w poz. 4 i 5 mają posiadać inny kolor niż poz. 3.

*** Pytanie nr 4 - dot. wzoru umowy § ust.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za nieterminową dostawę z 2% do 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

*** Pytanie nr 5 - dot. zad. nr 8, poz. 2**

Czy z uwagi na fakt, iż zaworki biopsyjne („korki gumowe do kanału biopsyjnego”) są sprzedawane w niepodziewnych opakowaniach handlowych po 10 sztuk – Zamawiający dopuści zaoferowanie 4 opakowań po 10 sztuk zaworków każde, co daje taka sama ilość jaka wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 4 opakowań po 10 sztuk.

UWAGA:

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców jak również modyfikacji treści SIWZ mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy INDYWIDUALNIE UWZGLĘDNIĆ ZMIANY w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem