



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/330/2011

Sanok, dnia 02.06.2011r.

### do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych i innych materiałów szewnych dla SPZOZ Sanoku.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia**

#### **\* Pytanie nr 1 – dot. zad. nr 1.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w zadań na części, według typów (rodzajów) nici, bądź o umożliwienie składania ofert na poszczególne typy w ramach danego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ**

#### **\* Pytanie nr 2 – dot. zad. nr 1.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu plecioną, syntetyczną nić wchłaniającą, wykonaną z kwasu glikolowego w okresie podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok. 50% oraz okresie całkowitego wchłonięcia szwu ok. 42 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

#### **\* Pytanie nr 3 – dot. zad. nr 1.1 poz. 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę ostrą z trzema krawędziami tnącymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

#### **\* Pytanie nr 4 – dot. zad. nr 1.2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninową, syntetyczną nić wchłaniającą wykonaną z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania po 57 dniach ok. 40% oraz o okresie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

#### **\* Pytanie nr 5 – dot. zad. nr 1.3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninową, syntetyczną nić wchłaniającą, wykonaną z kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 90-120 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 6 – dot. zad. nr 1.4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu nić syntetyczną, plecioną, wykonaną z mieszaniny kwasu mlekowego i glikolowego, powlekaną mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni (ok. 75% po n14 dniach) oraz w okresie wchłaniania 60/70 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 7 – dot. zad. nr 2.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu jednowłókninowa, syntetyczna nić niewchłaniająca, wykonana z polipropylenu bez dodatku glikolu polietylenowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 8 – dot. zad. nr 2.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 9 – dot. zad. nr 2.4 poz.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nić bez silikonowej osłonki i metalowego guzika.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 10 – dot. zad. nr 2.6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w zadania do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 11 – dot. zad. nr 3.1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu nić syntetyczną, plecioną wykonaną z kwasu glikolowego powlekaną, o okresie podtrzymywania tkankowego po 8-100 dniach ok. 50% oraz o okresie wchłaniania ok.42 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 12 – dot. zad. nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 nić syntetyczną, plecioną wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 10 dni, oraz okresie wchłaniania 42 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 13 – dot. zad. nr 3 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji 1 i 2 dopuści mimo przyjętej tolerancji nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 14 – dot. zad. nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 w poz.3 dopuści mimo przyjętej tolerancji igłę o długości 22 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 15 – dot. zad. nr 1.2 poz. 2**

Czy Zamawiający zgodzi się w pozycji 2 pakietu 1.2 dopuścić igłę 65 mm (SIWZ: 76mm)? Gdyż kod z igłą 76 mm został niedawno wycofany z produkcji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**\* Pytanie nr 16 – dot. zad. nr 2.5 poz.4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu 2.5 dopuści nić 45 cm lub nić 5-0 USP? Pozostałe warunki jak w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**UWAGA!!!**

**Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**

*Z poważaniem,*