



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: [zampub@zozsanok.pl](mailto:zampub@zozsanok.pl), [www.zozsanok.pl](http://www.zozsanok.pl)

NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów

NIP 687-16-40-438 REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003 Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/204/2013

Sanok, dnia 27.08.2013r.

**do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/47/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

### **DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy**

#### **\* Pytanie nr 1 dot zad.2 pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 640x480 pikseli?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **\* Pytanie nr 2 dot zad.2 pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący rektalinearą (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **\* Pytanie nr 3 dot zad.2 pkt 7**

Czy Zamawiający dopuści niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy marki ZOLL z czasem ładowania do pierwszego zalecanego poziomu energii defibrylacji do 5 sekund, przy czym czas ładowania do energii maksymalnej 200 J nie przekracza 7 sekund?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

#### **\* Pytanie nr 4 dot zad.2 pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie 50 do 200J?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **\* Pytanie nr 5 dot zad.2 pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z programowaniem przez użytkownika wartości energii dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią do 200 J?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **\* Pytanie nr 6 dot zad.2 pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający bezpieczne rozładowanie energii poprzez zmianę poziomu energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz płycie czołowej aparatu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **\* Pytanie nr 7 dot zad.2 pkt 19**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji przezskórnej w technologii ZOLL NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **\* Pytanie nr 8 dot zad.2 pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym 2 krzywych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 9 dot zad.2 pkt 30**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający 240 minut monitorowania lub 100 defibrylacji z maksymalną energią przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 4 godzin ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 10 dot zad.2 pkt 33**

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z manualną i automatyczną regulacją wzmocnienia sygnału EKG na 5 poziomach w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 11 dot zad.2 pkt 34**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy bez funkcji monitorowania respiracji?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 12 dot zad.2 pkt 37**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy o wadze 6,9 kg z akumulatorem i łyżkami?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 13 dot zad.2**

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ale dopuszcza.**

**\* Pytanie nr 14 dot zad.2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie energii w trybie AED od 150 do 360J?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 15 dot zad.2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który wykonuje autotest nie wymagający włączania urządzenia zgodnie z ustawieniami fabrycznymi bez możliwości programowania go? Test ten wykonywany jest dobowo. Ponadto urządzenie przeprowadza autotest przy każdym uruchomieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 16 dot zad.2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna od 30 do 300 uderzeń/minutę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 17 dot zad.2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości pomiaru respiracji? Do tego typu zabiegów służą inne wyspecjalizowane urządzenia, typu kardiomonitor. Podstawowym zadaniem defibrylatora jest bezpośrednie ratowanie życia. Toteż wymaganie parametru pomiaru respiracji nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i stanowi jedynie sztuczną blokadę parametrów innych czołowych producentów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 18 dot zad.2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego waga wraz z oprzyrządowaniem nie przekracza 8,85 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 19 dot zad.1 pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści zapis 3 programowalne przyciski endoskopowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 20 dot zad.1 pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w komplecie z videokolonoskopem własnego kompatybilnego procesora obrazu w systemie HD?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 21 dot zał. nr 6 do SIWZ pkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie istniejącego zapisu następującym:

„ Czas reakcji serwisu od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) – 5 dni roboczych”.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 22 dot. zał. nr 6 do SIWZ pkt 3 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia oraz granicznego czasu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**\* Pytanie nr 23 dot. zał. nr 6 do SIWZ pkt 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu;

„Minimalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego podzespołu/elementu powodująca wymianę podzespołu/elementu na nowy – 3 naprawy”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**\* Pytanie nr 24 dot. zał. nr 6 do SIWZ pkt 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach i funkcjonalności podczas serwisowania sprzętu medycznego trwającego dłużej niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 25 dot. zał. nr 6 do SIWZ pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usług serwisowych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy (dostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 26 dot. zał. nr 6 do SIWZ pkt 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy po 5 naprawach tego samego istotnego elementu”.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 27 dot. zał. nr 6 do SIWZ serwis pogwarancyjny pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 28 dot. proj. umowy §3 ust.2 i 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%?

Jednocześnie wnioskujemy o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 29**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.**

**\* Pytanie nr 30 dot. zad nr 1**

Prosimy o dopuszczenie videokolonoskopu o średnicy zewnętrznej końcówki i sondy 13,2mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.**

**\* Pytanie nr 32 dot. SIWZ rozdz. XII ust. 1 pkt. e**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **nie** załączanie do oferty parafowanego wzoru umowy, ponieważ w formularzu oferty Wykonawca akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się do jej podpisania na opisanych w SIWZ warunkach?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 33 dot. SIWZ rozdz. XXV ust. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zmian umowy w zakresie zmiany cen brutto przy ustawowej zmianie stawki VAT

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 34 dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy § 3 ust. 2 i 3**

Czy w przypadku, kiedy Wykonawca na czas opóźnionej dostawy / naprawy zapewni sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 35 dot. wzoru umowy § 3 ust. 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od zapisu w przypadku Zapewnienia sprzętu zastępczego, który zagwarantuje ciągłość pracy Szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**\* Pytanie nr 36 dot. gwarancja zad.1 pkt 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych, tj. w ciągu 24 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 37 dot. gwarancja zad.1 pkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla zadania 1 czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia wynosił do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską (przy zapewnieniu sprzętu zastępczego)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**\* Pytanie nr 38 dot. gwarancja zad.1 pkt 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu w sposób następujący: „Minimalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę elementu lub podzespołu na nowy”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 39 dot. gwarancja zad.1 pkt 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby czas dostarczenia urządzenia zastępczego liczony był w dniach roboczych, tj. w ciągu 3 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 40 dot. serwis pogwarancyjny zad.1 pkt 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych, tj. w ciągu 48 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**\* Pytanie nr 41 dot. serwis pogwarancyjny zad.1 pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu (dostępu) części zamiennych do lat 8?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**UWAGA!!!**

**Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.**